



## Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60  
tel. 87 562 94 21 fax 87 562 92 00  
e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl  
NIP 844-17-86-376 REGON 790319362

Suwałki, dnia 26.01.2016 r.

L.dz. SZW/DZI.6./4PN/WU//2016

### Wszyscy uczestnicy postępowania

NS: 4/PN/WU/2016

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na **Dostawa sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku do zabiegów laparoskopowych i otwartych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach**

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach uprzejmie informuje, iż wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o poniżej przytoczonej treści. Na mocy art. 38 ust 1 -2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) udzielamy następujących wyjaśnień:

### Uczestnik 1

#### Dotyczy PAKIETU I Zadanie 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw zawierający następujący asortyment:

- dwie kaniule troakara 10 mm z jednym grotem z nożem w osłonie
- dwie kaniule troakara 5 mm z jednym grotem rozpychającym
- redukcja 10 mm x 5 mm
- igła veresa
- worek do ewakuacji tkanek
- dwa zasobniki klipsów kompatybilnych z różnymi klipsownicami

Odpowiedź: Nie

#### Dotyczy PAKIETU I Zadanie 3

Czy Zamawiający dopuści stapler określony o następujących parametrach

\*parametry staplera o średnicy 24 mm: Wysokość zszywki otwartej 4,5mm kompresja do 2,5 mm, ilość zszywek w głowce 18

\*parametry staplera o średnicy 25 mm: Wysokość zszywki otwartej 4,5mm kompresja do 2,5 mm, ilość zszywek w głowce 20

\*parametry staplera o średnicy 29 mm: Wysokość zszywki otwartej 4,8 mm kompresja do 2,5 mm, ilość zszywek w głowce 24

\*parametry staplera o średnicy 33 mm: Wysokość zszywki otwartej 5,0 mm kompresja do 2,5 mm, ilość zszywek w głowce 28.

stapler bez łamanego kowadełka, co w żaden sposób nie zaburza prawidłowego działania staplera?

Odpowiedź: Nie

#### Dotyczy PAKIETU I Zadanie 4

poz 1

Czy Zamawiający dopuści stapler o długości linii cięcia 54mm i długości linii szwu 61mm?

poz 3

Czy Zamawiający dopuści stapler o długości linii cięcia 54mm i długości linii szwu 61mm?

poz 5

Czy Zamawiający dopuści stapler o długości linii cięcia 74mm i długości linii szwu 81mm?

poz 7

Czy Zamawiający dopuści stapler o wysokości zszywki 3,8mm?

poz 8

Czy Zamawiający dopuści ładunek o wysokości zszywki 3,8mm?

poz 9

Czy Zamawiający dopuści stapler o wysokości zszywki 4,5mm?

poz 10

Czy Zamawiający dopuści stapler o wysokości zszywki 4,5mm?

Odpowiedź: Nie

**Dot. Rozdz. III pkt.2 oraz rozdz. XI pkt 2 SIWZ**

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w zapisach SIWZ dotyczących terminu dostaw, gdyż w Rozdz. III pkt.2 jest zapis: „**w terminie do 3 dni roboczych**”, natomiast w rozdz. XI pkt 2 jest zapis „**nie może być krótszy niż 3 dni**”.

Odpowiedź: Prawidłowy zapis : „nie może być dłuższy niż 3 dni .”

**Dot. Załącznika 2 §1 pkt 1 wzoru umowy**

Prosimy o modyfikację w/w paragrafu wzoru umowy poprzez zmianę nazwy przedmiotu umowy, gdyż jest ona różna niż w zapisach SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający zmienia zapis §1 pkt. 1 wzoru umowy na: " Przedmiot niniejszej umowy obejmuje dostawę sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku do zabiegów laparoskopowych i otwartych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ilości, asortymencie i cenach określonych w ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy."

**Dot. §3 pkt 8 wzoru umowy**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu wymiany towaru z 3 na 7 dni roboczych.

Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 3 dni jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

Odpowiedź: Nie

**Dot. §4 pkt 2, 3 wzoru umowy**

Nawiązując do projektu umowy stanowiącej element SIWZ wnosimy o dokonanie modyfikacji ww paragrafu umowy poprzez dopisanie treści o następującym brzmieniu:

[„..., **po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania zdarzenia**”].

Pozostawienie ww paragrafu w niezmienionej formie powoduje znaczącą dysproporcję w ewentualnych roszczeniach stron, w związku z czym wnioskujemy jak na wstępie.

Odpowiedź: Nie

**Uczestnik 2**

Pytanie nr 1

Zadanie nr 5 punkt 2

Czy zamawiający dopuści elektrodę igłową, prostą, długość 62mm, trzonek Ø4mm, dł. igły 20mm, Ø igły 1mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji .

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 2

Zadanie nr 5

Zadanie nr 5 punkt 3

Czy zamawiający dopuści elektrodę nożową, prostą, długość 62mm, trzonek Ø4mm, wymiary noża 2,6mm x 0,6mm x 13mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 3

Zadanie nr 5 punkt 4

Czy zamawiający dopuści elektroda nożową, prostą, długość 56mm, trzonek Ø4mm, wymiary noża 1,5mm x 0,3mm x 17mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji .

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 4

Zadanie nr 5 punkt 5

Czy zamawiający dopuści kabel o długości 4,5 m reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 5

Zadanie nr 5 punkt 6, 9

Czy zamawiający dopuści długość pincety 22 cm, reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 6

Zadanie nr 5 punkt 7, 8

Czy zamawiający dopuści długość pincety 16 cm, reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 7

Zadanie nr 5 punkt 10

Czy zamawiający dopuści kabel o długości 4,5 m, reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 8

Zadanie nr 5 punkt 1

Czy zamawiający dopuści kabel o długości 4,5m reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Tak

#### **Uczestnik 4**

Zadanie nr 5, pozycja nr 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na balon do pobierania próbek jednorazowego użytku, poliuretanowy 10cmx13cm z elastyczną metalową obręczą, sztywny trzon o średnicy 10mm z ergonomiczną rękojeścią nożycową z dwoma zamkniętymi uchwytami na palce.

Odpowiedź: Nie

Zadanie nr 4, poz.1

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii cięcia 55mm i długości linii szwu 57mm, załadowany ładunkiem tytanowych zszywek o przekroju okrągłym i wysokości 3,85mm przed zamknięciem. Ładunek pozbawiony piny dystansującego. Nóż zintegrowany ze staplerem. Dźwignia odpalająca zszywki zlokalizowana po obu stronach staplera. Rączka wykonana z materiału antypoślizgowego.

Odpowiedź: NIE

Zadanie nr 4, poz.2

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na ładunki do staplera liniowego o parametrach zgodnych z zadaniem pytaniem do pozycji nr1, zszywki 3,85mm (kolor niebieski).

Odpowiedź: Nie

Zadanie nr 4, poz.3

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii cięcia 55mm i długości linii szwu 57mm, załadowany ładunkiem tytanowych zszywek o przekroju okrągłym i wysokości 4,5mm przed zamknięciem. Ładunek pozbawiony piny dystansującego. Nóż zintegrowany ze staplerem. Dźwignia odpalająca zszywki zlokalizowana po obu stronach staplera. Rączka wykonana z materiału antypoślizgowego.

Odpowiedź: Nie

Zadanie nr 4, poz.4

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na ładunki do staplera liniowego o parametrach zgodnych z zadaniem pytaniem do pozycji nr3, zszywki 4,5mm (kolor zielony).

Odpowiedź: Nie

Zadanie nr 4, poz.5

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii cięcia 75mm i długości linii szwu 77mm, załadowany ładunkiem tytanowych zszywek o przekroju okrągłym i wysokości 3,85mm przed zamknięciem. Ładunek pozbawiony piny dystansującego. Nóż zintegrowany ze staplerem. Dźwignia odpalająca zszywki zlokalizowana po obu stronach staplera. Rączka wykonana z materiału antypoślizgowego.

Odpowiedź: Nie

Zadanie nr 4, poz.6

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na ładunki do staplera liniowego o parametrach zgodnych z zadaniem pytaniem do pozycji nr5, zszywki 3,85mm (kolor niebieski).

Odpowiedź: Nie

Zadanie nr 4, poz.7

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na jednorazowy stapler liniowy bez noża z automatycznym dociskiem, linia zespolenia 60mm, z jedną rączką spustową, załadowany ładunkiem tytanowych zszywek o przekroju okrągłym i wysokości 3,8mm przed zamknięciem. Rączka staplera wykonana z materiału antypoślizgowego. Stapler wyposażony w kolorystyczny wskaźnik trybu pracy staplera (wskaźnik regulacji poprawnego zakresu /grubości zespolenia)

Odpowiedź: Nie

Zadanie nr 4, poz.8

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na ładunki do staplera liniowego bez noża o parametrach zgodnych z zadaniem pytaniem do pozycji nr7, zszywki 3,8mm (kolor niebieski).

Odpowiedź: Nie

Zadanie nr 4, poz.9

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na jednorazowy stapler liniowy bez noża z automatycznym dociskiem, linia zespolenia 60mm, z jedną rączką spustową, załadowany ładunkiem tytanowych zszywek o przekroju okrągłym i wysokości 4,5mm przed zamknięciem. Rączka staplera wykonana z materiału antypoślizgowego. Stapler wyposażony w kolorystyczny wskaźnik trybu pracy staplera (wskaźnik regulacji poprawnego zakresu /grubości zespolenia)

Odpowiedź: Nie

Zadanie nr 4, poz.10

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na ładunki do staplera liniowego bez noża o parametrach zgodnych z zadaniem pytaniem do pozycji nr9, zszywki 4,5mm (kolor zielony).

Odpowiedź: Nie

#### **Uczestnik 5**

##### **Pytanie 1 – zadanie 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 1 trokara z ostrzem zaostrzonym jednostronnie oraz z jednodrożnym płynny zaworem gazowy pozwalający na umiejscowienie go w 3 pozycjach? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Nie

#### **Uczestnik 6**

1. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyłączenie z objęcia umową depozytową Zadania 1 w Pakiecie 1 – Jednorazowy zestaw laparoskopowy - ze względu na skład zestawu, w którym będą różne produkty, o różnym terminie ważności, co może uniemożliwić prawidłową inwentaryzację produktów.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

2. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o umieszczenie w umowie depozytowej następujących zapisów:

- a). Zamawiający zobowiązuje się do przechowywania wyrobów medycznych we właściwych warunkach, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą.
- b) W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że wyroby przechowywane są nieprawidłowo Wykonawcy przysługuje prawo do natychmiastowego ich odbioru.
- c) Zamawiający zobowiązuje się do zużywania powierzonych wyrobów poczynwszy od wyrobu o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu.
- d) Braki oraz uszkodzenia wyrobów stwierdzone podczas spisu z natury, upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury. Faktura zostanie wystawiona w oparciu o formularz spisowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

3. Czy Zamawiający w Pakiecie 1 Zadanie 3 dopuści staplery okrężne wygięte, z łamanym kowadełkiem, z rękojeścią pokrytą powłoką antypoślizgową, o średnicach: 25mm, 28mm, 31mm, 33mm i wysokością zszywek 4,8mm przed zamknięciem i 2,00mm po zamknięciu, zszywki spłaszczone na całej długości?

Odpowiedź: Tak

4. Czy zamawiający w Pakiecie 1 Zadanie 4 poz. 1 dopuści jednorazowy stapler liniowy z nożem dł. 60mm, zszywki spłaszczone na całej długości, wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8mm?

Odpowiedź: Tak

5. Czy Zamawiający w Pakiecie 1 Zadanie 4 poz.2 dopuści ładunki do staplera z pozycji 1?

Odpowiedź: Tak

6. Czy Zamawiający w Pakiecie 1 Zadanie 4 poz. 3 dopuści jednorazowy stapler liniowy z nożem dł. 60mm, zszywki spłaszczone na całej długości, wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8mm?

Odpowiedź: Tak

7. Czy Zamawiający w Pakiecie 1 Zadanie 4 poz.4 dopuści ładunki do staplera z pozycji 3?

Odpowiedź: Tak

8. Czy zamawiający w Pakiecie 1 Zadanie 4 poz. 5 dopuści jednorazowy stapler liniowy z nożem dł. 80mm, zszywki spłaszczone na całej długości, wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8mm?

Odpowiedź: Tak

9. Czy Zamawiający w Pakiecie 1 Zadanie 4 poz.6 dopuści ładunki do staplera z pozycji 5?

Odpowiedź: Tak

10. Czy zamawiający w Pakiecie 1 Zadanie 4 poz. 7 dopuści jednorazowy stapler liniowy bez noża dł. 60mm, zszywki spłaszczone na całej długości, wysokość zszywki przed zamknięciem 3,5mm?

Odpowiedź: Tak

11. Czy Zamawiający w Pakiecie 1 Zadanie 4 poz.8 dopuści ładunki do staplera z pozycji 7?

Odpowiedź: Tak

12. Czy zamawiający w Pakiecie 1 Zadanie 4 poz. 9 dopuści jednorazowy stapler liniowy bez noża dł. 60mm, zszywki spłaszczone na całej długości, wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8mm?

Odpowiedź: Tak

13. Czy Zamawiający w Pakiecie 1 Zadanie 4 poz.10 dopuści ładunki do staplera z pozycji 9?

Odpowiedź: Tak

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 4/PN/WU/2016 z dnia 20.01.2016 r.

Z poważaniem

**DYREKTOR**

Szpitala Wojewódzkiego  
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

**Adam Szałanda**