



**SZPITAL POWIATOWY**

w Limanowej

**Imienia Miłosierdzia Bożego**

ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa  
www.szpitallimanowa.pl  
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

**Sekcja Zamówień Publicznych**

**faks: 18 3372 710**

**e-mail: zampub@szpitallimanowa.pl**

**Pismo: NZ/06/D/N/P/2016/15/2016**

Limanowa dnia: 2016-02-10

**Wszyscy zainteresowani**

## **ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ nr 1**

Informujemy, iż w dniach 2016-02-08 i 09 wpłynęła prośba (3 zestawy) o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 38 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (T.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

**Dostawy taśm do leczenia nietrzymania moczu,**

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

**ZESTAW NR 1:**

Pytanie nr 1

Wraz z wprowadzeniem zmian finansowania systemu opieki zdrowotnej wspieranie działań zmierzających do poprawy jakości usług medycznych zaczęło być postrzegane jako jeden z elementów wyróżniający szpital na rynku usług. W związku z tym zwracamy się z zapytaniem czy zgodnie z Dyrektywą 2010/32/UE dla placówek w rozporządzeniu dotyczącym ochrony przed zranieniami ostrymi narzędziami i koniecznością stosowania bezpiecznych wyrobów Zamawiający wprowadzi wymóg stosowania wyłącznie igieł jednorazowych?

**UZASADNIENIE:** W trakcie zabiegu implantacji operator sprawdza umiejscowienie implantu palpacyjnie, w związku z tym jest szczególnie narażonym na zranienie lub zakłucie.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści system alternatywny, o parametrach równoważnych, a mianowicie:

System całkowicie jednorazowy, sterylny, do implantacji drogą przez otwory zasłonowe metodą „out-in”, który składa się z:

- taśmy polipropylenowej, monofilamentowej o długości 50 cm i szerokości 1,1 cm, zakończonej szybkozłączami. Taśma zawiera przeplecioną wzdłuż nić zapewniającą beznapięciowe założenie implantu. Taśma w koszulce foliowej.
- dwóch jednorazowych igieł o średnicy 3 mm z uchwytami, o ostrzach wyprofilowanych helikalnie z atraumatycznym zakończeniem umożliwiającym połączenie ze złączami taśmy. Igły niepołączone z taśmą.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**ZESTAW NR 2:**

Czy zamawiający w zadaniu nr 1 w pozycji 1 dopuści taśmę polipropylenową, monofilamentową do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu o długości 50 cm i szerokości 1,25 cm, grubość 0,5 mm, brzegi taśmy atraumatyczne zakończone pętelkami, taśma jednorodna niewchłaniana bez plastikowych osłonek?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA  
Bakteriologiczna



ISO 9001:2008  
Zarządzanie  
Jakością  
ISO 9001:2008  
Systematycznie monitorowany



ZESTAW NR 3:

1. Czy zamawiający w zadaniu nr 1 w pozycji 1 wymaga, aby oferowany produkt posiadał ważny certyfikat CE zawierający nazwę handlową oferowanego wyrobu wraz z kodem referencyjnym (zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 nr 107 poz. 679)?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Przedstawione stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy pzp, zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

DYREKTOR  
Szpitala Powiatowego w Limanowej  
*mgr Marcin Radzięta*

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



ISO 9001:2008  
Zarządzanie  
Jakością  
ISO 9001:2008  
Systematycznie monitorowany



PRACOWNIA  
Bakteriologiczna