



SZPITAL POWIATOWY

w Limanowej

Imienia Miłosierdzia Bożego

ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa
www.szpitallimanowa.pl
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

Sekcja Zamówień Publicznych

faks: 18 3372 710

e-mail: zampub@szpitallimanowa.pl

Pismo: NZ/12/D/N/P/2016/36/2016

Limanowa dnia: 2016-03-03

Wszyscy zainteresowani

ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ

Informujemy, iż w dniach 29-02 do 03-03-2016 wpłynęła prośba (6 zestawów pytań) o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 38 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (T.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Dostawy układów oddechowych i akcesoria do respiratorów i aparatów do znieczulania, akcesoriów do elektrochirurgii, laparoskopii i zamykania naczyń oraz artykułów medycznych do żywienia dojelitowego w 7 zadaniach,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

ZESTAW NR 1

Dotyczy pakiet 7 poz. 3.

Czy zamawiający miał na myśli Zgłębnik PUR przeznaczony do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego, bezpieczny, łatwy do założenia, cienki, łączy się z opakowaniem diety przez zestawy FloCare®, wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu, z podziałką centymetrową ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika, z przewodnicą ułatwiającą zakładanie, z linią kontrastującą w promieniach RTG o rozmiarze CH 10/110 oraz w rozmiarze 12/110 w ilości po 50 sztuk w każdym rozmiarze?

Odpowiedź: Tak.

ZESTAW NR 2

Zadanie nr 2 - Akcesoria do elektrochirurgii

Punkt 1.(1.1-1.8) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrody neutralne jednorazowego użytku, dzielone po obwodzie każdej z dwóch części, powierzchnia aktywna 110 cm², wymiary 176 x 122 mm, podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki, skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu, pokryte hydrożelem, z systemem eliminującym zjawisko koncentracji prądu wysokiej częstotliwości w jednym punkcie elektrody, nie zawierające lateksu, opakowanie 50 szt.?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Punkt 3.

Czy Zamawiający ma na myśli kabel elektrody neutralnej jednorazowej, od strony aparatu wtyczka 1 bolcowa, średnica 6,3mm, z klipssem do elektrody o szerokości 2,5cm?

Odpowiedź: Tak.

Punkt 4.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania uchwyt do elektrod 4 mm, szeroki, 2 przyciski, wtyk 3-bolcowy, z kablem o długości minimum 4m, wielorazowy do sterylizacji parowej min. 200 cykli sterylizacyjnych w temp. od 134 stopni C?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania uchwyt do elektrod 4 mm, wąski, 2 przyciski, wtyk 3-bolcowy, z kablem o długości minimum 4,5m, wielorazowy do sterylizacji parowej min. 200 cykli sterylizacyjnych w temp. od 134 stopni C?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
Bakteriologiczna



Zarządzanie
Jakością
ISO 9001:2008
Systematycznie monitorowany



Punkt 5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania uchwyt do elektrod 4 mm, szeroki, dł. min. 15,5 cm, 2 przyciski, wtyk 1-bolcowy, z kablem o długości minimum 4m, wielorazowy do sterylizacji parowej min. 200 cykli sterylizacyjnych w temp. od 134 stopni C?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania uchwyt do elektrod 4 mm, wąski, dł. min. 15,5 cm, 2 przyciski, wtyk 1-bolcowy, z kablem o długości minimum 4,5m, wielorazowy do sterylizacji parowej min. 200 cykli sterylizacyjnych w temp. od 134 stopni C?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Punkt 6.2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lancet prosty o długości części pracującej 110mm?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Punkt 6.3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lancet prosty o długości części pracującej 125mm?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Punkt 6.4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szpatułę prostą o długości części pracującej 24mm?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Punkt 6.5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szpatułę prostą o długości części pracującej 24mm?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Zadanie nr 3

Punkt 1.3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrody argonowe do koagulacji śr. 5 mm, do aparatu ES 350 Argon&Thermostapler firmy EMED, wielorazowe do sterylizacji parowej w temperaturze od 134 stopni C, długość robocza 350 mm?

Odpowiedź: Tak.

Punkt 2. Czy Zamawiający ma na myśli kabel do elektrod argonowych do aparatu ES 350 Argon&Thermostapler firmy EMED, długość minimum 3,5m, wielorazowy, do sterylizacji parowej min. 100 cykli sterylizacyjnych w temperaturze od 134 stopni C przeznaczony do elektrod z punktu nr 1?

Odpowiedź: Tak.

Zadanie 5

Punkt 3, 3.1, 3.2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nożyczki bipolarne, zagięte, dł. 180, 210, 230, 280 mm (± 10 mm) do aparatu ES 350 Argon&Thermostapler firmy EMED, wielorazowe do sterylizacji parowej w temp. od 134 °C?

Odpowiedź: Tak.

ZESTAW NR 3

Pakiet 1

Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu 1 pozycję 1, 2, 4 w celu utworzenia nowego, bardziej konkurencyjnego Pakietu? Zwiększy to konkurencyjność składanych ofert.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ – Zamawiający nie wydziela pozycji.

ZESTAW NR 4

Dotyczy pakiet 1

Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 2 dopuści układ oddechowy o długości 160 cm? Pozostałe warunki jak w SIWZ.

Odpowiedź: Tak.

Dotyczy SIWZ i wzoru umowy

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do zapisu §7 ust. 2 wzoru umowy następującego zdania: "W przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegnie cena brutto, zaś cena netto pozostanie bez zmian"?

Odpowiedź: Kwestię tę reguluje §7 ust. 3 umowy.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §3 ust. 1 na następujący: "Wykonawca oświadcza, że zapewni ciągłość dostaw przedmiotu umowy wymienionego w umowie, chyba że opóźnienie w płatności przez Zamawiającego przekroczy 30 dni"

Odpowiedź: Bez zmian. Zamawiający na bieżąco reguluje swoje zobowiązania.

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §5 ust. 4 na następujący: " Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przełać wierzytelności pieniężnych związanych z realizacją niniejszej umowy na rzecz osób trzecich (art. 509 § 1 kodeksu cywilnego). Nieuiszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane, jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody na cesję wierzytelności"?

Odpowiedź: Taka zmiana byłaby niezgodna z ustawą o działalności leczniczej.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kary umownej w §6 ust. 1.a na 10% wartości brutto części umowy pozostałej do realizacji?

Odpowiedź: Bez zmian. Zamawiającemu zależy na terminowości dostaw.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §6 ust. 3 na następujący: "Naliczenie przez Zamawiającego kary następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem i terminem zapłaty"?

Odpowiedź: Bez zmian. Zamawiający stosuje taką praktykę.

Pytanie 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §9ust.1 na następujący: "Wykonawca odpowiada za rodzaj, jakość - na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych, ilość oraz termin przydatności do użycia dostarczonego przedmiotu umowy objętego każdym jednostkowym zamówieniem"?

Odpowiedź: Zamawiający nie widzi podstaw do zmiany umowy.

ZESTAW NR 5

Dotyczy Zadania nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy jednorazowy do aparatu do znieczulenia dla dorosłych mikrobiologicznie czysty?

Odpowiedź: Tak.

Dotyczy Zadania nr 1 poz. 3

Prosimy o wyłączenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ – Zamawiający nie wydziela pozycji.

Dotyczy Zadania nr 1 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści rurę 1x użytku z polietylenu w rolkach po 25 lub 50 m, złącza 22mm, co 30 cm lub 60 cm?

Odpowiedź: Tak.

ZESTAW NR 6

Pytanie do zad. 2 Akcesoria do elektrochirurgii

Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści kabel elektrody neutralnej, jednorazowej, długość 4,5 m, wielorazowy, od strony elektrody zakończony klipsem, od strony aparatu wtyczka 1-bolcowa średnica 6,3 mm do aparatu Erbe VIO 300 D?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Przedstawione stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy pzp, zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego w Limanowej

mgr Marcin Radzięta

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



ISO 9001:2008
Zarządzanie
Jakością
ISO 9001:2008
Systematycznie monitorowany



PRACOWNIA
Bakteriologiczna