



SZPITAL POWIATOWY

w Limanowej

Imienia Miłosierdzia Bożego

ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa
www.szpitallimanowa.pl
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

Sekcja Zamówień Publicznych

faks: 18 3372 710

e-mail: zampub@szpitallimanowa.pl

Pismo: NZ/15/D/N/L/2016/47/2016

Limanowa dnia: 2016-03-23

Wszyscy zainteresowani !!!

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ nr 1**

Informujemy, iż w dniach 2016-03-10,11,14 wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 38 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (T.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Dostawy implantów ortopedycznych dla Szpitala Powiatowego w Limanowej ujęte w 16 zadaniach,

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w zadaniu 3 pozycji 2 druty do wiązania odłamów kostnych w zwojach po 10 m zamiast 5m.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Czy zamawiający w zadaniu nr 8 weźmie pod uwagę ofertę na: Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego, cementowa, z zachowaniem lub bez zachowania PCL; Część udowa anatomiczna (lewa i prawa) wykonana z chromokobaltu, przynajmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron.

Część piszczelowa uniwersalna, wykonana z chromokobaltu ,modularna (nie związana na stałe z wkładką polietylenową) przynajmniej w 9 rozmiarach .Możliwość rozbudowy o system rewizyjnych przedłużeń i podkładek augmentacyjnych.

Wkładka polietylenowa z polietylenu najnowszej generacji, dostępna w minimum 6 grubościach , przynajmniej w 5 rozmiarach dla każdej grubości. Sterylizowana promieniami beta. Mocowana na zasadzie zatrzaskowej. Możliwość zastosowania wkładki pogłębionej lub rotacyjnej. Możliwość zastosowania komponentu rzepkowego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie nr 1

1. Z uwagi na niewielkie ilości asortymentu do zakupu czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od użyczenia instrumentarium na czas trwania umowy w odniesieniu do pozycji nr 1 i 3 na rzecz dostarczania instrumentarium wraz implantami na zabieg?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zadanie nr 1, 2

1. Z uwagi na to, że zabiegi usuwania implantów są zabiegami planowanymi prosimy o zmianę zapisu o pozostawieniu do dyspozycji Zamawiającego instrumentarium do usuwania gwoździ przez min 3 lata po zakończeniu umowy w taki sposób, aby wynikało w niego, że ww. instrumentarium będzie dostarczane każdorazowo na zabieg usunięcia implantu w terminie 2 dni roboczych od otrzymania zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie 1 kompletu rozwiertaków w przypadku wygrania dwóch pakietów na gwoździe śródszpikowe?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zadanie nr 2

1. Czy Zamawiający zamiast gwoździ opisanych w poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie gwoździ śródszpikowych typu Gamma o następujących parametrach:

Śródszpikowy gwoździe typu Gamma do zespołów złamań okołokrętarzowych kości udowej z 6 stopniową antetorsją o kącie szyjkowo - trzonowym 125, 130 i 135 stopni, wersja kaniulowana, średnice 10-12mm w wersji krótkiej dł.180-240mm, w wersji długiej lewy, prawy, dł. 280-420mm, materiał tytan. Gwoździe blokowany w części bliższej śrubą zespajającą o średnicy 11mm, długość od 70-120mm wraz ze śrubą kompresyjną, możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej przy pomocy dodatkowego pina antyrotacyjnego o średnicy 6,5mm.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie w poz. 1c) pina antyrotacyjnego ø6,5mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
Bakteriologiczna



ISO 9001:2008
Zarządzanie
Jakością
ISO 9001:2008
Systematycznie monitorowany



3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie w poz. 1d) śrub ryglujących z gniazdem sześciokątnym zamiast gwiazdkowym?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

4. Czy w poz.1e Zamawiający zgodzi się uwzględnić śrubę kompresyjną i jednocześnie zwiększy według potrzeb ilość sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów projektu umowy:

- 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie w §2 ust. 2: „Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w toku realizacji umowy nie może przekroczyć 20% ilości określonej w niniejszej umowie”.**

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15-01-2004 roku (w sprawie o sygnaturze: V Ca 2306/03)- w którym Sąd stwierdził, że: „zapis (...) projektu umowy, z którego wynika, że dostawcy nie przysługuje roszczenie z tytułu zamówienia mniejszej i większej ilości towaru niż określona w załączniku (...) do umowy wymaga modyfikacji” oraz, że dostawca: „Musi mieć zatem pewność, że zrealizuje w przyszłości dostawę określonej ilości towaru” a projekt umowy „winien być zmodyfikowany w taki sposób, aby dostawca stosując zasadę pewności obrotu i możliwości zaplanowania sprzedaży na określonym poziomie miał pewność, że zawarta umowa pozwoli mu sprzedać zamówioną ilość towaru”.

Odpowiedź: Zamawiający tak przygotował zamówienie, aby osiągnąć poziom zamówień co najmniej 80 %.

- 2. Czy Zamawiający w § 3 ust. 3 i w § 5 ust. 2 lit. d) umowy oraz w zapisie pod formularzem asortymentowo-cenowym wyrazi zgodę na wydłużenie terminu na 2 dni robocze w odniesieniu do zadania nr 1 i 2? Z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin dostawy wyznaczony w godzinach bez dookreślenia, iż są to dni robocze jest dla Wykonawcy niekorzystny, ponieważ w sytuacji gdy zgłoszenie wpłynie w piątek pod koniec dnia pracy Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować zgłoszenia na czas.**

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

- 3. Czy Zamawiający dookreśli w §4 ust. 3, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?**

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

Odpowiedź: Zapis SIWZ bez zmian.

- 4. Czy Zamawiający doda zapis w §12, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?**

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczymi określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

Odpowiedź: Zapis SIWZ bez zmian.

Przedstawione stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy pzp, zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego w Limanowej

mgr Marcin Radzięta

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
Bakteriologiczna