



SZPITAL POWIATOWY

w Limanowej

Imienia Miłosierdzia Bożego

ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa
www.szpitallimanowa.pl
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

Sekcja Zamówień Publicznych

faks: 18 3372 710

e-mail: zampub@szpitallimanowa.pl

Pismo: NZ/26/D/N/P/2016/65/2016

Limanowa dnia: 2016-04-22

Wszyscy zainteresowani

ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ nr 1

Informujemy, iż w dniu 2016-04-18 - 21 wpłynęły prośby (7 zestawów pytań) o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 38 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (T.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Dostawy staplerów, klipsów, siatek chirurgicznych, siatek i taśm ginekologicznych, folii operacyjnych, narzędzi do platformy elektrochirurgicznej, materiału syntetycznego do ostrzykiwania cewki moczowej w 13 zadaniach,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

ZESTAW NR 1:

Zadanie nr 7. Siatki do operacyjnego leczenia tylnej plastyki pochwy.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu o parametrach równoważnych, a mianowicie siatka do operacyjnego leczenia tylnej plastyki pochwy (korekcja rectocele) z polipropylenu monofilamentowego, o kształcie anatomicznym, o wymiarach 63 x 120 mm, z dodatkową górną wypustką o wymiarach 63 mm x 40 mm, wielkość oczek 1 x 1,25 mm, grubość siatki 0,34 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie nr 8. Siatki do korekcji cystocele.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktów o parametrach równoważnych, a mianowicie:

- 1) w pozycji nr 1 siatki do korekcji cystocele z polipropylenu monofilamentowego, o kształcie anatomicznym, o wymiarach: podstawy 60 i 90 mm x wysokość 75 mm, z podwójnymi ramionami, każde w plastikowej osłonce (górne dł. 19 cm, dolne 18,5 cm); grubość siatki 0,34 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- 2) w pozycji nr 2 siatki do korekcji cystocele z polipropylenu monofilamentowego, o kształcie anatomicznym, o wymiarach: podstawy 60 i 90 mm x wysokość 75 mm, z podwójnymi ramionami, każde w plastikowej osłonce (górne dł. 19 cm, dolne 18,5 cm); grubość siatki 0,34 mm, bez wplecionej niebieskiej nici.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie nr 12. Siatki do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu o parametrach równoważnych, a mianowicie siatka do leczenia zaburzeń dna miednicy mniejszej z polipropylenu monofilamentowego, o kształcie anatomicznym, o wymiarach wysokość 8 cm, szerokość górna 4 cm, dolna 6 cm, implant z sześcioma ramionami; grubość siatki 0,34 mm, gramatura 45 g/m², porowatość 1500-1950 µm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA



ISO 9001:2008
Zarządzanie
Jakością
ISO 9001:2008
Systematycznie monitorowany



ZESTAW NR 2:

Zadanie nr 3

1. Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert dopuści zaoferowanie staplerów okrężnych w rozmiarach 21, 24, 26, 29, 32, 34. Wysokość zszywki 4,5mm dla rozmiarów 21, 24 oraz 5,0mm dla pozostałych rozmiarów. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie nr 1, poz. 2 i 2a

1. Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert dopuści zaoferowanie w pozycji 2, staplerów liniowych w rozmiarze 55mm z nożem wbudowanym w stapler, staplery załadowane ładunkami ze zszywkami do wyboru (1,5 i 2,0 mm wysokości zespolenia), z możliwością załadownia do jednego pacjenta nawet do 10 wkładów. Ładunki posiadające 4 rzędy zszywek, o długości linii szwu 57mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

2. Czy Zamawiający w przypadku akceptacji powyższych zmian wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 2 - 40 szt staplerów załadowanych ładunkiem a w pozycji 2a 10 szt. wkładów do nich. To pozwoli na uzyskanie konkurencyjnych ilościowo i cenowo ofert pozwalających na ich porównanie z ofertami zawierającymi staplery bez ładunku plus oddzielne ładunki.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

3. Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert dopuści zaoferowanie w poz. 3, staplerów liniowych w rozmiarze 75mm z nożem wbudowanym w stapler, staplery załadowane ładunkami ze zszywkami do wyboru (1,5 i 2,0 mm wysokości zespolenia), z możliwością załadownia do jednego pacjenta nawet do 10 wkładów. Ładunki posiadające 4 rzędy zszywek, o długości linii szwu 77mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

4. Czy Zamawiający w przypadku akceptacji powyższych zmian wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 3 - 40 szt staplerów załadowanych ładunkiem a w pozycji 3a 10 szt. wkładów do nich. To pozwoli na uzyskanie konkurencyjnych ilościowo i cenowo ofert pozwalających na ich porównanie z ofertami zawierającymi staplery bez ładunku plus oddzielne ładunki.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

ZESTAW NR 3:

Pytanie nr 1 do pakietu nr 7, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści produkt o następujących właściwościach?:

Zestaw do leczenia zaburzeń statyki miednicy - korekcja rectocele.

Implant o anatomicznym kształcie wykonany z niewchłanianego polipropylenu monofilamentowego, czteroramienny. Parametry techniczne - wymiary: 9 x 37 cm, gramatura: 39 g/m² ± 3, wielkość porów 1,7 mm x 1,7mm, porowatość: 20µm, wytrzymałość: 20N/cm, grubość siatki: 0,38 mm. W zestawie znajduje się specjalnie zaprojektowane narzędzie jednorazowego użytku do implantacji siatki.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2 do pakietu nr 8, poz. nr 1

Czy Zamawiający dopuści produkt o następujących właściwościach?:

Zestaw do leczenia zaburzeń statyki miednicy - korekcja rectocele.

Implant o anatomicznym kształcie wykonany z niewchłanianego polipropylenu monofilamentowego, czteroramienny. Parametry techniczne - wymiary: 9 x 37 cm, gramatura: 39 g/m² ± 3, wielkość porów 1,7 mm x 1,7mm, porowatość: 20µm, wytrzymałość: 20N/cm, grubość siatki: 0,38 mm. W zestawie znajduje się specjalnie zaprojektowane narzędzie jednorazowego użytku do implantacji siatki.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



ISO 9001:2008
Zarządzanie
Jakością
ISO 9001:2008
Systematycznie monitorowany



PRACOWNIA
Bakteriologiczna

Pytanie nr 3 do pakietu nr 8, poz. nr 2

Czy Zamawiający dopuści produkt o następujących właściwościach?:

Zestaw do leczenia zaburzeń statyki miednicy - korekcja cystocele.

Implant o anatomicznym kształcie wykonany z niewchłanialnego polipropylenu monofilamentowego, czteroramienny, z wplecioną niebieską nicią ułatwiającą operatorowi równomierne rozmieszczenie. Parametry techniczne - wymiary: 7,5 cm x 60 cm, gramatura: 39 g/m², wielkość porów 1,7 mm x 1,7mm, porowatość: 20µm, wytrzymałość: 20N/cm.

W zestawie znajdują się 4 narzędzia jednorazowego użytku (2 anterior + 2 posterior).

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4 do pakietu nr 9, poz. nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśm z narzędziami jednorazowego użytku?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

ZESTAW NR 4:

1. Czy zamawiający w zadaniu nr 9 wymaga taśmy do leczenia nietrzymania moczu czy siatki chirurgicznej?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

2. Zamawiający w zadaniu nr 9 oraz nr 12 żąda podania w ofercie nazwy producenta oraz numeru katalogowego. Czy zamawiający wymaga również posiadania przez wykonawcę ważnego certyfikatu CE zawierającego nazwę oraz numer katalogowy oferowanego wyrobu w tych zadaniach (nr 9 oraz nr 12), aby można było jednoznacznie stwierdzić, że oferowany wyrób jest tożsamy z zamieszczonym w certyfikacie CE?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

ZESTAW NR 5:**Pytanie 1 - pakiet 4 poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie 4 poz. 3 na bezpłatną dzierżawę/użyczenie klipsownicy na 2 lata, pozostałe parametry bez zmian, co pozwoli Wykonawcy na złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

ZESTAW NR 6:**Dotyczy: Zadanie nr 4**

Wnosimy o poprawienie oczywistej pomyłki pisarskiej w opisie przedmiotu zamówienia klipsów tytanowych poprzez wykreślenie słów „zewewnętrzne” w pozycjach 1 i 2.

Uzasadnienie: Klipsy tytanowe w kształcie podkowy i przekroju poprzecznym w kształcie serca posiadają tylko i wyłącznie rowkowanie wewnętrzne.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

ZESTAW NR 7:**1. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 7, poz. nr 1:**

20 szt. siatek do operacyjnego leczenia tylnej plastyki pochwy, jednorodnych, niewchłanialnych, implanty o anatomicznym kształcie, dwa ramiona pokryte plastikową osłonką, o właściwościach siatki: monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m², porowatość średnia 1000 µm, porowatość max 1870 µm, wysokość implantu 12 cm, długość ramion 45 cm, wypustka: szerokość 3,5 cm, wysokość 4 cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wytrzymałość na rozciąganie od 68 do 70 N/cm, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, podwójna nić wzmacniająca)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



Zarządzanie
Jakością
ISO 9001:2008
Systematycznie monitorowany



PRACOWNIA
Bakteriologiczna

2. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 8, poz. nr 1:

6 szt. siatek do korekcji cystocele, monofilamentowych, polipropylenowych, z plastikową osłonką, jednorodnych, niewchłaniających, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, najszerszy wymiar w środkowej części 3,5 cm, porowatości średniej 1000 μm , porowatości max 1870 μm , grubości taśmy 0,33 mm, gramaturze 48 g/m², wytrzymałość na rozciąganie od 68 do 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, podwójna nić wzmacniająca)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 8, poz. nr 2:

60 szt. siatek do korekcji cystocele, jednorodnych, niewchłaniających, implanty o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką, o właściwościach siatki: monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m², porowatość średnia 1000 μm , porowatość max 1870 μm , wysokość implantu 8 cm, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, bez wplecionej niebieskiej nici, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wytrzymałość na rozciąganie od 68 do 70 N/cm, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, podwójna nić wzmacniająca)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

4. Dotyczy Zadania nr 8:

W razie nie wyrażenia zgody na którąkolwiek z pozycji w/w Zadaniu, zwracamy się z uprzejmą prośbą o jej wydzielenie i utworzenie z niej odrębnego Zadania.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

5. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 9, poz. nr 1:

140 szt. taśm do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, monofilamentowych, polipropylenowych, z plastikową osłonką, jednorodnych, niewchłaniających, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości średniej 1000 μm , porowatości max 1870 μm , grubości taśmy 0,33 mm, gramaturze 48 g/m², brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wytrzymałość na rozciąganie od 68 do 70 N/cm, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, podwójna nić wzmacniająca)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

6. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 12, poz. nr 1:

50 szt. siatek do leczenia zaburzeń dna miednicy mniejszej, jednorodnych, niewchłaniających, implanty o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką, o właściwościach siatki: monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m², porowatość 84 %, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wytrzymałość na rozciąganie od 68 do 70 N/cm, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, podwójna nić wzmacniająca)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Przedstawione stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy pzp, zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego w Limanowej
mgr Marcin Radzięta

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
Bakteriologiczna



ISO 9001:2008
Zarządzanie
Jakością
ISO 9001:2008
Systematycznie monitorowany

