



Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60

tel. 87 562 94 21 fax 87 562 92 00

e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl

NIP 844-17-86-376

REGON 790319362

Suwałki, dnia 24.05.2016 r.

L.dz. SZW/DZI.161/26/PN/WU//2016

Wszyscy uczestnicy postępowania NS: 26/PN/WU/2016

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na : Zakup i dostawa sprzętu do badań endoskopowych i urologicznych na okres 12 miesięcy dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach uprzejmie informuje, iż wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o poniżej przytoczonej treści. Na mocy art. 38 ust 1 -2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) udzielamy następujących wyjaśnień:

Uczestnik 1

Pytanie 1

1. Pakiet II poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki o śr. 2,4 mm?. Pozostałe parametry jak w specyfikacji.
Odpowiedź: Tak

2. Pakiet II poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki o śr. 2,4 mm?. Pozostałe parametry jak w specyfikacji.
Odpowiedź: Tak

3. Pakiet II poz. 4

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki o śr. 2,4 mm?. Pozostałe parametry jak w specyfikacji.
Odpowiedź: Tak

4. Pakiet II poz. 5

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki o śr. 2,4 mm?. Pozostałe parametry jak w specyfikacji.
Odpowiedź: Tak

5. Pakiet II poz. 6

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki o śr. 2,4 mm?. Pozostałe parametry jak w specyfikacji.
Odpowiedź: Tak

6. Pakiet II poz. 7

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki o śr. 2,4 mm?. Pozostałe parametry jak w specyfikacji.
Odpowiedź: Tak

Uczestnik 2

Pakiet II

1. Czy Zamawiający w pozycji 2 Pakietu II dopuści zaoferowanie kleszczyków o długości 160 cm, pozostałe parametry zgodne z opisem.
Odpowiedź: Tak

Pakiet V

2. Czy Zamawiający w pozycji 1 Pakietu V dopuści zaoferowanie cewnika o średnicy 2,2 mm z końcówką zwężaną, pozostałe parametry zgodne z opisem.
Odpowiedź: Tak
3. Czy Zamawiający w pozycji 2 Pakietu V dopuści zaoferowanie cewnika o średnicy 1,8 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź: Tak

4. Czy Zamawiający w pozycji 3 Pakietu V dopuści zaoferowanie przewodnicy o długości 450 cm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź: Tak

5. Czy Zamawiający w pozycji 5 (7) Pakietu V dopuści zaoferowanie koszyka o średnicy cewnika 2,5 mm, szerokość koszyka po rozłożeniu 20, 25 i 30 mm,, bez kanału na przewodnice, sposób zamykania bez rotacji, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź: Nie

Pakiet VI

6. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania klipsownicy jednorazowego użytku.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga klipsownicy wielorazowego użytku.

Uczestnik 3

Pytanie 1

Dotyczy Pakietu nr 1 – poz. 1

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować sfinkterotom łukowy, wielorazowy, śr. 7F ze zwężaną końcówką do śr. 5F, długość 200 cm, nosek długości ok 4 mm, cięciwa długości 30 mm, możliwość użycia przewodnika .035", oferowany razem z nie odłączanym uchwytem?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 2

Dotyczy Pakietu nr 1 – poz. 2

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować sfinkterotom łukowy, wielorazowy, śr. 7F, długość 200 cm, nosek standard, cięciwa długości 30 mm, możliwość użycia przewodnika .035", oferowany razem z nie odłączanym uchwytem?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 3

Dotyczy Pakietu nr 1 – poz. 4

Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować pętle do polipektomii owalna wielorazowa, wielkość pętli 20 mm, 25 mm, 35 mm; wszystkie pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 4

Dotyczy Pakietu nr 1 – poz. 5

Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować pętle do polipektomii owalna wielorazowa, wielkość pętli 20 mm, 25 mm, 35 mm; wszystkie pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 5

Dotyczy Pakietu nr 2 – poz. 1

Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować kleszczyki do biopsji wielorazowe, standard, bez igły, dł. 120 cm, śr. 1,8 mm, do kanałów roboczych 2,0 mm?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 6

Dotyczy Pakietu nr 5 – poz. 1

Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować cewnik do podawania kontrastu /ECPW/, wielorazowy, dł. min. 195 cm, śr. 2,45 mm / 1,8 z mandrynem, do kanałów roboczych 2,8 mm, możliwość użycia przewodnicy .035"?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 7

Dotyczy Pakietu nr 5 – poz. 2

Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować cewnik do podawania kontrastu /ECPW/, wielorazowy, dł. min. 195 cm, śr. 1,8 mm, do kanałów operacyjnych 2,8 mm, końcówka metalowa okrągła, możliwość użycia przewodnicy .035"?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 8

Dotyczy Pakietu nr 6 – poz. 1

Zamawiający w w/w pozycji wymaga klipsownicy jednorazowego użytku?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga klipsownicy wielorazowego użytku.

Pytanie 9

Dotyczy projektu umowy § 5 ust. 2

Prosimy o następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „Wykonawca nie może odmówić świadczenia usług objętych niniejszą umową w przypadku ewentualnego wystąpienia zaległości płatniczych u Zamawiającego, o ile opóźnienia w płatności nie przekracza 30dni od daty wymagalności faktury.”

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 10

Dotyczy projektu umowy § 8 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą zmianę istniejącego zapisu: „W przypadku opóźnienie w zakresie spełnienia świadczenia pieniężnego strona popadająca w opóźnienie zapłaci wyłącznie odsetki ustawowe.”

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 11

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy zapisu następującej treści: „Strony ustalają, że w wyjątkowych, uzasadnionych przez Wykonawcę przypadkach, gdy wyrób objęty umową przejściowo nie jest dostępny na rynku, Wykonawca, po uzyskaniu zgody Zamawiającego może dostarczyć wyrób równoważny, o parametrach nie gorszych od produktu

objętego umową. Zmiany powyższe nie powodują zwiększenia cen jednostkowych brutto. Dostawa wyrobu równoważnego nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.”
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 12

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja bądź nie przekształca się w spółkę prawa handlowego?
Odpowiedź: Nie

Uczestnik 4

Czy zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie III Urologii- zadaniu nr 1 na zmianę czasu dostawy do 14 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, ze względu na czas potrzebny na sprowadzenie narzędzia od niemieckiego producenta?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę dla Pakietu III Zadanie 1 wydłużyć termin realizacji do 14 dni roboczych .

Zamawiający na mocy art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 .) dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie :

✓ Kryterium 2 który otrzymuje nowe brzmienie:

2/ Kryterium „ Termin realizacji zamówienia „Ocena ofert w kryterium termin realizacji zamówienia (termin realizacji jednostkowego zamówienia, liczony od otrzymania przez Wykonawcę zamówienia do chwili dostawy) zostanie dokonana na podstawie informacji przedstawionej przez Wykonawcę w Druku oferty według poniższych zasad:

- Wykonawca winien wskazać termin w pełnych dniach
- maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi: **3 dni**
- dla Pakietu 3 Zadanie 1 maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi **:14 dni**

✓ Załącznik nr 1 do oferty -Druk „Oferta”

Zmodyfikowany Załącznik nr 1 do oferty został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego . Wykonawcy zobowiązani składać oferty na zmienionym załączniku .

Zamawiający jednocześnie zmienia następujące terminy:

Termin składania ofert: na 27.05.2016r.godzina 11:00

Termin otwarcia ofert: na 27. 05.2016r. godzina 12:00

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 26/PN/WU/2016 z dnia 16.05.2016 r.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora

d/s. Lecznictwa

Szpitala Wojewódzkiego

m. dr. Ludwik Rydygiera w Suwałkach

Dr. n. med. Marek Kiluk