



Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60
tel. 87 562 94 21 fax 87 562 92 00
e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl
NIP 844-17-86-376 REGON 790319362

Suwałki, dnia 31.05.2016 r.

L.dz. SZW/DZI.172/26/PN/WU//2016

**Wszyscy uczestnicy postępowania
NS: 27/PN/WU/2016**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na : Dostawa roztworów do dializ dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach uprzejmie informuje, iż wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o poniżej przytoczonej treści. Na mocy art. 38 ust 1 -2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) udzielamy następujących wyjaśnień:

Uczestnik 1

Zwracam się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w poz. 1 – Koncentrat kwaśny A w zestawach o stężeniach:

- K od 1 do 4 mmol/l
- Ca od 1,25 do 1,75 mmol/l
- Mg od 0,5 do 0,75 mmol/l

Spełniający pozostałe parametry zawarte w siwz.

Odpowiedź: Tak

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 26/PN/WU/2016 z dnia 25.05.2016 r.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora

d/s. Lecznictwa

Szpitala Wojewódzkiego

m. dr. Ludwik Rydygiera w Suwałkach

Dr. n. med. Marek Kiluk