

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach
ul. Dworcowa 31
44-145 Pilchowice

Pismo: 08/ZP/2016/4

Pilchowice dnia: 2016-06-06

«@t_oferent_zglo#nazwa»
«@t_oferent_zglo#kod»
«@t_oferent_zglo#miasto»
«@t_oferent_zglo#ulica»
«@t_oferent_zglo#dom»«@t_oferent_zglo#
okab»

O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2016-06-03 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

Dostawy odczynników, sprzętu laboratoryjnego i medycznego dla szpitala w Pilchowicach,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Zapytanie nr 1

Zadanie nr 6

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie odczynnika do czasu PT w konfekcjonowaniu 10 x 5 ml lub 10 x 10 ml, o stabilności min. 12 dni po rozpuszczeniu w temp. 2-80C (ISI nie większe niż 1,2)?

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie odczynnika do APTT w konfekcjonowaniu 12 x 2 ml,
o stabilności min. 14 dni po otwarciu w temp. 2-80C?

3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na pominięcie w wycenie kalibratora, jeśli producent odczynników wyznacza krzywą kalibracyjną dla każdej serii odczynnika na aparat K - 3002 Optic?

4. Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dołączył do oferty oświadczenie producenta odczynników, że wyznacza oczekiwane wartości na aparat K-3002 OPTIC (pozwoli to na jednoznaczne określenie, czy oferowane odczynniki spełniają wymagania Zamawiającego)?

5. Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił autoryzowany przegląd techniczny koagulometru K-3002 OPTIC zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia?

Zapytanie nr 2

1. Pakiet 9 - Sprzęt laboratoryjny sterylny

a) Czy Zamawiający w poz. 9.1 dopuszcza pipetę Pasteura o dł. 15cm?

b) Czy Zamawiający w poz. 9.4 dopuszcza końcówki o pojemności 5-200ul?

Zapytanie nr 3

1. Czy Zamawiający w Zadaniu 9, poz. 9.6 dopuści czy z polipropylenu?
2. Czy Zamawiający w Zadaniu 9 dopuści podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku?

Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma bowiem możliwości zakupu jednej sztuki końcówki, czy szkiełka). (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06)

Zapytanie nr 4

Dotyczy zadania nr 1 Podłoża i testy do diagnostyki prętka gruzlicy.

Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie pozycje w pakiecie nr 1 pochodziły od jednego producenta ze względu na standaryzację badań?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

- Ad. 1.1 Zamawiający nie wyraża zgody
- Ad. 1.2 Zamawiający nie wyraża zgody
- Ad. 1.3 Zamawiający nie wyraża zgody
- Ad. 1.4 Zamawiający wymaga
- Ad. 1.5 Zamawiający nie wymaga
- Ad. 2.1 Zamawiający dopuści
- Ad. 2.2 Zamawiający dopuści
- Ad. 3.1 Zamawiający dopuści
- Ad. 3.2 Zamawiający dopuszcza podawanie cen jednostkowych z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku z zaznaczeniem, iż wartość poszczególnych pozycji musi być zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku.
- Ad. 4.1 Zamawiający wymaga

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

D Y R E K T O R

lek. med. Joanna Niostrój-Ostrowska