



SZPITAL POWIATOWY

w Limanowej

Imienia Miłosierdzia Bożego

ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa
www.szpitallimanowa.pl
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

Sekcja Zamówień Publicznych

faks: 18 3372 710

e-mail: zampub@szpitallimanowa.pl

Pismo: NZ/39/D/N/L/2016/122/2016

Limanowa dnia: 2016-07-012

Wszyscy zainteresowani !!!

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ nr 1**

Informujemy, iż w dniach 2016-07-06,07,08 wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 38 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (T.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Dostawy wyrobów medycznych ujętych w 15 zadaniach asortymentowych dla zaopatrzenia Szpitala Powiatowego w Limanowej,

Zadanie nr 1 poz. IV pozycje 1-4. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie ww. pozycji z zadania nr 1 i utworzenie z niej odrębnego zadania ponieważ czujniki do kardiomonitora Mindray IMEC 12 wykonane są w technologii Massimo, natomiast pozostały asortyment z zadania nr 1 poz. I, II, III nie jest wykonany w tej technologii. Wydzielenie poz. IV 1-4 umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert zarówno na poz. I, II, III jak i IV.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 3 poz. 2. Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod w rozmiarach od 4F do 7F, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 3 poz. 2. Prosimy o wyjaśnienie czy w ww. pozycji należy zaoferować elektrody z końcówką prostą czy zagiętą?

Odpowiedź: Elektrody z końcówką zagiętą.

Zadanie nr 11 poz. I poz. 3. Prosimy o wyjaśnienie czy złącze prostokątne kabla ma znajdować się od strony przewodów pacjenta czy od strony monitora? Dla aparatu Philips IntelliVue MP5 wejście kabla od strony monitora jest okrągłe, natomiast od strony przyłączenia przewodów pacjenta jest prostokątne.

Odpowiedź: Złącze prostokątne kabla ma znajdować się od strony przewodów pacjenta.

Zadanie nr 7, pozycja 2. Zwracam się z prośbą o wydzielenie pozycji i utworzenie odrębnego Pakietu z samymi opaskami do rurek tracheostomijnych. Wydzielenie w/w pozycji umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów, a tym samym pozwoli Zamawiającemu uzyskać korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zadanie nr 4. Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w pozycji nr 1 igieł do szpiku kostnego z mostka i talerza biodrowego z uchwytem zdejmowalnym typu młotek, sterylne, z blokową regulacją głębokości wkłucia; rozmiar 15G; regulacja 55 – 75 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 4 Pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści igły do aspiracji szpiku kostnego w rozmiarze 15G o długości całkowitej 73 mm, regulacją w zakresie 35-60 mm z dodatkowym uchwytem motylkowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 15 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jako równoważnych rękawic diagnostycznych nitrilowych bezpudrowych o grubości na palcu 0,08mm ($\pm 0,02$ mm); pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 15 poz. 1. Czy na potwierdzenie zgodności z normą EN 374-1,2,3 Zamawiający dopuści przedłożenie badań z jednostki niezależnej od Producenta?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 3, poz. 2. Prosimy o dopuszczenie cewników endokawitarnych dwubiegunowych, odznaczających się najwyższą jakością. Pragniemy zaoferować 2 krzywizny do wyboru w trakcie trwania umowy. Elektrody o długości roboczej 120mm dostępne są w rozmiarach 4Fr, 5Fr, 6Fr (wymagane 4-8F). Posiadają identyfikację kolorystyczną.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
Bakteriologiczna



Zarządzanie
Jakością
ISO 9001:2008
Systematycznie monitorowany



Zadanie nr 1 poz. I. 1. Czy Zamawiający wymaga bezpośredniego czujnika do saturacji dla dzieci i dorosłych wielokrotnego użytku dla pacjentów o masie ciała powyżej 40 kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 1 poz. II.1, III.1, IV.1. Czy Zamawiający wymaga bezpośredniego czujnika do saturacji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 1 poz. II.1, III.1, IV.1. Prosimy o określenie technologii, w jakiej mają być wykonane czujniki.

Odpowiedź: Technologia Mindray.

Zadanie nr 6 poz. 1.1 i 1.2. Prosimy o określenie technologii, w jakiej mają być wykonane czujniki i kable.

Odpowiedź: Technologia Mindray.

Zadanie nr 6 poz. 1.1 i 1.2. Prosimy o podanie numeru katalogowego czujnika i kabla obecnie stosowanego u Zamawiającego, co umożliwi złożenie oferty zgodnej z oczekiwaniami Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje.

Zadanie nr 6 poz. 1.7. Prosimy o podanie numeru katalogowego pułapki wodnej obecnie stosowanej u Zamawiającego, co umożliwi złożenie oferty zgodnej z oczekiwaniami Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje.

Zadanie nr 8 poz. 1, 2. Czy Zamawiający wymaga czujnika w technologii RED czy SET?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga czujnika w technologii RED.

Zadanie nr 11 poz. I.1 i I.2. Czy Zamawiający wymaga czujnika typu soft czy klips na palec?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga czujnika typu klips.

Zadanie nr 11 poz. III.1 i III.2. Czy Zamawiający wymaga czujnika typu soft czy klips na palec?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga czujnika typu klips.

Zadanie nr 6. Jako autoryzowany dystrybutor akcesoriów GE do urządzeń Datex Ohmeda prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, które rozwiązanie ma na myśli:

Poz. 1 wstępnie wykalibrowany w technologii GE z niebieską prostokątną złączką i strzałką wskazującą kierunek połączenia:

- czujnik TruSignal klips na palec > 20kg dł. 1m;
- czujnik TruSignal klips na ucho > 10 kg dł. 1m;
- czujnik TruSignal silikonowy > 30 kg z możliwością wywinięcia na drugą stronę, dł. 1m;
- wszystkie 3 rozwiązania z możliwością wyboru przez Zamawiającego podczas zamówienia.

Odpowiedź: Wszystkie 3 rozwiązania z możliwością wyboru przez Zamawiającego podczas zamówienia.

Poz. 2 Kabel połączeniowy SPO2 Tru Signal z niebieską prostokątną złączką kompatybilny z w/w czujnikami oraz z czujnikami, w których posiadaniu jest Zamawiający z:

- niebieską prostokątną wtyczką do monitora, dł. 3m
- szarą prostokątną wtyczką do monitora, dł. 3m
- szarą okrągłą wtyczką do monitora, dł. 3m
- czarną okrągłą wtyczką do monitora, dł. 3m

Odpowiedź: Niebieską prostokątną wtyczką do monitora, dł. 3m

Poz. 1.4 Czy zestaw 3 odprowadzeń EKG ma być długości 74 cm czy 130 cm?

Odpowiedź: Zestaw 3 odprowadzeń EKG ma być długości 74 cm.

Poz. 1.5_Które rozmiary mankietów Zamawiający ma na myśli: 17-25 cm, 23-33 cm, 31-40 cm czy wszystkie 3 rozmiary do wyboru podczas zamówienia?

Odpowiedź: Wszystkie 3 rozmiary do wyboru podczas zamówienia.

Zadanie nr 8. Ponieważ Państwa Szpital jest w posiadaniu 2 rozwiązań: LNOP i LNCS oraz w związku z wprowadzanymi przez producenta Masimo zmianami technologicznymi związanymi z połączeniem LNOP (wycofanie z produkcji) prosimy o uwzględnienie rozwiązania LNCS,

w poz. 1 - długości czujnika 90 cm (Masimo nie posiada długości 100cm)

oraz do wyboru długości kabla 120 cm lub 305 cm (Masimo nie posiada kabla o dł. 200cm)

i modyfikację zapisu:

Pozycja 1:

„Czujnik do saturacji dla noworodków typ Y kompatybilny z serią LNOP lub LNCS wielokrotnego użytku do pulsoksymetru Masimo model Radical 7 kabel dł. 90 cm”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Poz. 2

„Kabel główny do czujnika jw. **dł 120 cm lub 305 cm** (do wyboru przez Zamawiającego), wtyczka **LNCS**”.

Odpowiedź: Długość 305 cm.

Dotyczy SIWZ i wzoru umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do zapisu §7 ust. 1 wzoru umowy podpunktu g o następującej treści: „zmianę ceny brutto w przypadku zmiany stawki VAT, cena netto pozostanie bez zmian”?

Odpowiedź: Taki zapis znajduje się w §2 ust. 3 projektu umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §3 ust. 1 na następujący: „Wykonawca oświadcza, że zapewni ciągłość dostaw przedmiotu umowy wymienionego w umowie, chyba że opóźnienie w płatności przez Zamawiającego przekroczy 30 dni”

Odpowiedź: Zapis bez zmian.

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
Bakteriologiczna

Zadanie nr 15. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic posiadających grubość na palcu 0,12 mm, z rolowanym mankietem. Rękawice przebadane zgodnie z EN 374-1 (z wył.pkt.5.3.2), 2, 3 potwierdzone certyfikatem badania typu WE. Pragniemy nadmienić, iż pkt.5.3.2 dotyczy odporności na przenikanie podczas badania z użyciem min. 3 substancji chemicznych powyżej 30 minut, stosowanych głównie w przemyśle. Pozostałe wymaganie zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 1 Poz. II. Akcesoria do kardiomonitora firmy Mindray PM 6000

Prosimy o podanie jaki moduł posiada Zamawiający w monitorze PM6000: Nellcor/Nellcor Oximax czy Masimo lub prosimy o podanie nr katalogowych obecnie użytkowanych czujników.

Odpowiedź: Moduł Nellcor.

Zadanie 1 Poz. II. W związku z tym, iż czujniki typu klips na palec występują w wersji dla dzieci od 10 do 40 kg i dla dorosłych powyżej 40 kg, prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający będzie dookreślał typ czujnika w momencie składania zamówienia cząstkowego, czy też Zamawiający oczekuje czujnika uniwersalnego typu Y, przeznaczonego dla pacjentów w każdym przedziale wagowym?

Odpowiedź: Zamawiający będzie określał typ czujnika w momencie składania zamówienia cząstkowego.

Zadanie 1 Poz. II. W związku z tym, iż czujniki typu klips na palec występują w wersji dla dzieci od 10 do 40 kg i dla dorosłych powyżej 40 kg, prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający będzie dookreślał typ czujnika w momencie składania zamówienia cząstkowego, czy też Zamawiający oczekuje czujnika uniwersalnego typu Y, przeznaczonego dla pacjentów w każdym przedziale wagowym?

Odpowiedź: Zamawiający będzie określał typ czujnika w momencie składania zamówienia cząstkowego.

Zadanie 1 Poz. III.1 Akcesoria do kardiomonitora firmy Mindray PM 9000

Prosimy o podanie jaki moduł posiada Zamawiający w monitorze PM9000: Nellcor/Nellcor Oximax czy Masimo lub prosimy o podanie nr katalogowych obecnie użytkowanych akcesoriów

Odpowiedź: Moduł Nellcor.

Zadanie 1 Poz. III.1 W związku z tym, iż czujniki typu klips na palec występują w wersji dla dzieci od 10 do 40 kg i dla dorosłych powyżej 40 kg, prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający będzie dookreślał typ czujnika w momencie składania zamówienia cząstkowego, czy też Zamawiający oczekuje czujnika uniwersalnego typu Y, przeznaczonego dla pacjentów w każdym przedziale wagowym?

Odpowiedź: Zamawiający będzie określał typ czujnika w momencie składania zamówienia cząstkowego.

Zadanie 1 Poz. IV.1 Akcesoria do kardiomonitora firmy Mindray IMEC12

Prosimy o podanie jaki moduł posiada Zamawiający w monitorze IMEC12: Nellcor/Nellcor Oximax czy Masimo lub prosimy o podanie nr katalogowych obecnie użytkowanych akcesoriów

Odpowiedź: Moduł Nellcor.

Zadanie 1 Poz. IV.1 W związku z tym, iż czujniki typu klips na palec występują w wersji dla dzieci od 10 do 40 kg i dla dorosłych powyżej 40 kg, prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający będzie dookreślał typ czujnika w momencie składania zamówienia cząstkowego, czy też Zamawiający oczekuje czujnika uniwersalnego typu Y, przeznaczonego dla pacjentów w każdym przedziale wagowym?

Odpowiedź: Zamawiający będzie określał typ czujnika w momencie składania zamówienia cząstkowego.

Zadanie 6 Poz. 1.1 , 2.1 . W związku z tym, iż czujniki typu klips na palec występują w wersji dla dzieci od 10 do 40 kg i dla dorosłych powyżej 40 kg, prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający będzie dookreślał typ czujnika w momencie składania zamówienia cząstkowego, czy też Zamawiający oczekuje czujnika uniwersalnego typu Y, przeznaczonego dla pacjentów w każdym przedziale wagowym?

Odpowiedź: Zamawiający będzie dookreślał typ czujnika w momencie składania zamówienia cząstkowego.

Zadanie 6 Poz.1.6 , 1.7. Prosimy o wydzielenie 1.6, 1.7 do osobnego zadania, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zadanie 10. Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający posiada w monitorze Spacelabs moduł Novamatrix.

Odpowiedź: Zamawiający posiada.

Przedstawione stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy pzp, zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego w Limanowej

mgr Marcin Radzięta

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
Bakteriologiczna



ISO 9001:2008
Zarządzanie
Jakością
ISO 9001:2008
Systematycznie monitorowany

