



**SZPITAL POWIATOWY**

w Limanowej

**Imienia Miłosierdzia Bożego**

ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa  
www.szpitallimanowa.pl  
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

**Sekcja Zamówień Publicznych**

**faks: 18 3372 710**

**e-mail: zampub@szpitallimanowa.pl**

**Pismo: NZ/42/D/N/L/2016/133/2016**

Limanowa dnia: 2016-07-26

**Wszyscy zainteresowani !!!**

**ODPOWIEDŹ  
na zapytania w sprawie SIWZ nr 1**

Informujemy, iż w dniach 2016-07-20,22,25, wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 38 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (T.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

**Dostawa sprzętu medycznego ujętego w 6 zadaniach asortymentowych**, Treść wspomnianej prośby jest następująca:

**Zadanie nr 1** - Łóżka szpitalne ortopedyczne - 6 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty metalowe, lakierowane proszkowo, łatwo odemowane, wypełnione wysokiej jakości płytą dwustronnie laminowaną, odporną na wilgoć, temperaturę, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

2. Czy Zamaw. dopuści łóżko wyposażone w szczyty ze stali nierdzewnej, łatwo odemowane, wypełnione wysokiej jakości płytą dwustronnie laminowaną, odporną na wilgoć, temperaturę, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty bez możliwości wyjmowania wypełnienia szczytów?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

4. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne składane, metalowe lakierowane proszkowo, zgodne z normą PN-EN 60601-2-52?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

5. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne składane, wykonane ze stali nierdzewnej, zgodne z normą PN-EN 60601-2-52?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Zad.2** - Łóżka szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym. 1. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szer. całkowitej 970 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym płytami z tworzywa ABS?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w 4 tuleje umiejscowione w 4 narożnikach łóżka do mocowania wieszaka kroplówki i uchwytu ręki?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

4. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty bez możliwości wyjmowania wypełnienia szczytów?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

5. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne składane, metalowe lakierowane proszkowo, zabezpieczające pacjenta na 3/4 długości leża, z możliwością zastosowania dodatkowych protektorów zabezpieczających leże na całej jego długości, zgodne z normą PN-EN 60601-2-52?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

6. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne składane, wykonane ze stali nierdzewnej, zabezpieczające pacjenta na 3/4 długości leża, z możliwością zastosowania dodatkowych protektorów zabezpieczających leże na całej jego długości, zgodne z normą PN-EN 60601-2-52?

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA  
Bakteriologiczna

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

7. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w 4 jednoosiowe krążki odbojowe?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

8. Czy Zamawiający dopuści łóżko niewyposażone w elastyczne listwy odbojowe chroniące barierki? Rolę odbojów pełnią kółka odbojowe.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

9. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w metalowe uchwyty do materaca niewystające ponad powierzchnię materaca, a tym samym również zabezpieczające pacjenta przed urazami?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Łóżko szpitalne dwusegmentowe - 20 szt. 1. Czy Zamawiający wymaga łóżko z leżem o wymiarach 200 x 80 cm?

**Odpowiedź:** Pytanie zgodne z SIWZ. Winno być wymiary leża 2000mm x 800mm z późniejszymi dopuszczeniami.

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o wymiarach 200 x 85 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 97 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

4. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty metalowe, lakierowane proszkowo, łatwo odejmowane, wypełnione wysokiej jakości płytą dwustronnie laminowaną, odporną na wilgoć, temperaturę, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

5. Czy Zamaw. dopuści łóżko wyposażone w szczyty ze stali nierdzewnej, łatwo odejmowane, wypełnione wysokiej jakości płytą dwustronnie laminowaną, odporną na wilgoć, temperaturę, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

6. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty bez możliwości wyjmowania wypełnienia szczytów?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

7. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w metalowe uchwyty do materaca niewystające ponad powierzchnię materaca, a tym samym również zabezpieczające pacjenta przed urazami?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Pyt 1. Dot. pkt 17: Prosimy o dopuszczenie zapisu: Średnica odcinka sztywnego na końcu dystalnym max 5,9 mm

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Pyt 2. Dot. pkt 18: Prosimy o dopuszczenie zapisu: Średnica wewnętrzna kanału roboczego min 2,7mm

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Pyt 3. Dot. pkt 12: Prosimy o dopuszczenie zapisu: Długość całkowita max 900 mm

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Pyt 4. Dot. pkt 26: Prosimy o dopuszczenie zapisu: Dioptrie: +3 ~ -8 dptry.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Pyt 5. Dot. pkt 33: Prosimy o dopuszczenie zapisu: Wielorazowy, zawór ssący - 1 szt.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Pyt 6. pkt 37: Prosimy o dopuszczenie zapisu: Możliwość podłączenia do sieciowego, przenośnego źródła światła typu Halogen

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza. Zamawiający nie wymaga zasilania i skreśla pkt. 34.

Pyt 7. Dot. pkt 44: Prosimy o dopuszczenie zapisu: Waga walizki do przenoszenia endoskopu max 3,9 kg

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

#### **ZADANIE NR 1. Łóżka szpitalne ortopedyczne – 6 szt.**

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne dostępne w 2 kolorach ramy w tym biały i szary?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne o całkowitej szerokości 960 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne bez listew ochronnych wzdłuż ramy, gdyż najbardziej skrajnymi elementami łóżka są krążki odbojowe?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z szczytami łóżka ze stali nierdzewnej?

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA  
Bakteriologiczna



ISO 9001:2008  
Zarządzanie  
Jakością  
ISO 9001:2008  
Systematycznie monitorowany



**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne ze szczytami stalowymi pokryte lakierem proszkowym odpornym na dezynfekcję oraz promieniowanie UV?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z segmentami leża wypełnionymi siatką stalową, wykonane z pręta stalowego o średnicy 4 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z wzmocnioną ramą, której dopuszczalne obciążenie wynosi 230 kg bez poprzeczek łączących nogi łóżka, które przy takiej konstrukcji łóżka są elementem zbędnym? Opisane w SIWZ rozwiązanie jest stosowane w przypadku wiotkiej konstrukcji.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z barierkami ze stali nierdzewnej składanymi wzdłuż ramy leża?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w materac medyczny jednostronny o zwiększonej sprężystości, dostosowany do wagi ciała pacjenta na poziomie 180 kg, (wykonany z pianki o jednakowej gęstości na całej powierzchni) posiadający konstrukcję w postaci wycięć w kształcie gofra jednolitą na całej powierzchni powodującą równomierny rozkład sił nacisku na powierzchnię ciała pacjenta, niwelując w ten sposób koncentrację nacisku na wystające, najbardziej predysponowane miejsca na powstanie odleżyn, pokryty pokrowcem materaca zapinany na zamek z listwą chroniącą zamek przed przeciekaniem, wykonany z tkaniny nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej - materiał posiada właściwości barierowe, jest odporny na przesiąkanie krwi, przenikanie cząstek wirusowych i bakterii, wycięcia na powierzchni materaca w połączeniu z paroprzepuszczalną membraną pokrowca zapewniają dobrą wentylację między materacem i powierzchnią ciała pacjenta, zmniejszają poziom wilgoci, przez co ograniczają ryzyko powstawania odleżyn, zamiast materaca opisanego w SIWZ?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

## **ZADANIE NR 2. Łóżko szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym – 10 szt.**

10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne o całkowitej szerokości 960 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne które posiada w 4 narożnikach leża po jednej tulei do mocowania wieszaka kroplówki lub uchwytu ręki? Bez możliwości mocowania w jednym narożniku razem wieszaka kroplówki i uchwytu ręki?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne sterowane przewodowym pilotem oraz panelem sterującym mocowanym do szczytu łóżka?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne sterowane przewodowym pilotem oraz panelem sterującym z możliwością schowania go w półce na pościel?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z szczytami wypełnionymi płytą HPL lecz bez możliwości zastosowanie jej jako deska reanimacyjna?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

15. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z barierkami składanymi wzdłuż ramy leża wykonanymi ze stali nierdzewnej?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

16. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z barierkami zabezpieczającymi pacjenta na 70% długości leża?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

17. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z 4 krążkami odbojowymi jednoosiowymi chroniącymi łóżko?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

18. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne bez elastycznych listew odbojowych chroniących barierki przed zarysowaniem? gdyż najbardziej skrajnymi elementami są krążki odbojowe.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

19. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z możliwością zamocowania uchwytów na kaczkę i basen w jednym miejscu pod leżem bez możliwości przesuwania ich na całej długości leża?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

20. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w materac medyczny jednostronny o zwiększonej sprężystości, dostosowany do wagi ciała pacjenta na poziomie 180 kg, (wykonany z pianki o jednakowej gęstości na całej powierzchni) posiadający konstrukcję w postaci wycięć w kształcie gofra jednolitą na całej powierzchni powodującą równomierny rozkład sił nacisku na powierzchnię ciała pacjenta, niwelując w ten sposób koncentrację nacisku na wystające, najbardziej predysponowane miejsca na powstanie odleżyn, pokryty pokrowcem materaca zapinany na zamek z listwą chroniącą zamek przed przeciekaniem, wykonany z tkaniny nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej - materiał posiada właściwości barierowe, jest odporny na przesiąkanie krwi, przenikanie cząstek wirusowych i bakterii, wycięcia na powierzchni materaca w połączeniu z paroprzepuszczalną membraną pokrowca zapewniają dobrą wentylację między materacem i powierzchnią ciała pacjenta, zmniejszają poziom wilgoci, przez co ograniczają ryzyko powstawania odleżyn, zamiast materaca opisanego w SIWZ?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



Zarządzanie  
Jakością  
ISO 9001:2008  
Systematycznie monitorowany



PRACOWNIA  
Bakteriologiczna

**Łóżko szpitalne dwusegmentowe – 20 szt.**

21. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne o całkowitej szerokości 960 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

22. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne o całkowitej długości 2180?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

23. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające wymiar leża 2000x85 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

24. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające szczyty łóżka ze stali nierdzewnej?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

25. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające szczyty łóżka stalowe lakierowane proszkowo odporne na dezynfekcję oraz promieniowanie UV?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

26. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z segmentami leża wypełnionymi siatką stalową, wykonane z pręta stalowego o średnicy 4 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

27. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne które posiada w 4 narożnikach leża po jednej tulei do mocowania wieszaka kroplówki lub uchwytu ręki? Bez możliwości mocowania w jednym narożniku razem wieszaka kroplówki i uchwytu ręki?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

28. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z wzmocnioną ramą, której dopuszczalne obciążenie wynosi 230 kg bez poprzeczek łączących nogi łóżka, które przy takiej konstrukcji łóżka są elementem zbędnym? Opisane w SIWZ rozwiązanie jest stosowane w przypadku wiotkiej konstrukcji.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

29. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne dostępne w 2 kolorach ramy w tym biały i szary?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

30. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w materac medyczny jednostronny o zwiększonej sprężystości, dostosowany do wagi ciała pacjenta na poziomie 180 kg, (wykonany z pianki o jednakowej gęstości na całej powierzchni) posiadający konstrukcję w postaci wycięć w kształcie gofra jednolitą na całej powierzchni powodującą równomierny rozkład sił nacisku na powierzchnię ciała pacjenta, niwelując w ten sposób koncentrację nacisku na wystające, najbardziej predysponowane miejsca na powstanie odleżyn, pokryty pokrowcem materaca zapinany na zamek z listwą chroniącą zamek przed przeciekaniem, wykonany z tkaniny nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej - materiał posiada właściwości barierowe, jest odporny na przesiąkanie krwi, przenikanie cząstek wirusowych i bakterii, wycięcia na powierzchni materaca w połączeniu z paroprzepuszczalną membraną pokrowca zapewniają dobrą wentylację między materacem i powierzchnią ciała pacjenta, zmniejszając poziom wilgoci, przez co ograniczają ryzyko powstawania odleżyn, zamiast materaca opisanego w SIWZ?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

31. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne bez elastycznych listew odbojowych chroniących bariery przed zarysowaniem? gdyż najbardziej skrajnymi elementami są krążki odbojowe.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (6 szt.), w którym elementy metalowe lakierowane proszkowo dostępne są w dwóch kolorach – białym lub szarym?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamaw. dopuści łóżko szpitalne (10 szt.) o szer. całkow. 996 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (10 szt.), w którym elementy metalowe lakierowane proszkowo dostępne są w dwóch kolorach – białym lub szarym?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

4. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (10 szt.) z leżem wypełnionym panelami z polipropylenu?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

5. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (10 szt.) z uchwytami/drażkami do przemieszczania łóżka rurkowymi wykonanymi ze stali nierdzewnej?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

6. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (20 szt.) z metalowymi uchwytami do materaca?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

7. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (20 szt.), w którym elementy metalowe lakierowane proszkowo dostępne są w dwóch kolorach – białym lub szarym?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Dotyczy: Zadanie nr 2 - Łóżko szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym - szt. 10**

1. Czy Zamaw. dopuści łóżko o całkowitej szerokości 99cm, co jest parametrem nieznacznie różniącym się od wymaganego?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA  
Bakteriologiczna



2. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości gwarantującą bezpieczne opuszczenie łóżka przez pacjenta oraz wygodną i ergonomiczną pracę personelowi (brak konieczności pochylania nad pacjentem) w zakresie 370 – 735mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym panelami ABS, które to rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego z uwagi na możliwość wyjęcia wszystkich paneli i dokładnego wyczyszczenia leża?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

4. Czy Zamaw. dopuści łóżko z czterema tulejami do montowania wieszaka kroplówki/wysięgnika ręki lub ramy ortopedycznej?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

5. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją segmentu uda w zakresie 0 – 34°?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

6. Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją przedłużenia leża do 150mm, zapewniającą możliwość wykorzystania łóżka dla wysokich pacjentów o wzroście nawet ponad 200cm ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

7. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w odejmowane szczyty z tworzywa ABS, wykonane w technologii jednolitego odlewu, dzięki czemu powierzchnie szczytów są gładkie, brak jest miejsc trudno dostępnych do dezynfekcji, co minimalizuje ryzyko rozwoju bakterii?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

8. Czy Zamawiający dopuści bariery boczne zabezpieczające pacjenta na całej długości leża, metalowe, lakierowane proszkowo z systemem blokady na ergonomicznej wysokości (w górnej poprzeczce), dzięki której złożenie bariery nie wymaga na personelu konieczności pochylania się?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

9. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w czterech narożnikach w tworzywowe, jednoosiowe krążki odbojowe chroniące ściany i łóżko podczas zmiany położenia leża i transportu ?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

10. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w metalowe uchwyty materaca umieszczone w taki sposób aby nie narażały pacjenta na urazy?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

11. Czy Zamawiający dopuści łóżko z kołami zapewniającymi doskonałą mobilność i zwrotność łóżka o średnicy 125mm z centralną blokadą oraz blokadą kierunkową?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

12. Czy Zamawiający dopuści łóżko z listwą, umieszczoną pod leżem, z haczykami na worki urologiczne, na której możliwe jest zawieszenie uchwytu na kaczkę i basen?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

13. Czy Zamawiający dopuści łóżko z materacem o grubości min 100mm, wykonanym z piany poliuretanowej o gęstości 30kg/m3, posiadający nacięcia w celu lepszego dopasowania się materaca do leża oraz rozkładu ciężaru ciała pacjenta, w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzepuszczającym wody z zamkiem zabezpieczonym przed wnikaniem płynów?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

14. Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością wyboru kolorów wypełnień szczytów (10 kolorów) oraz z ramą w kolorze bieli szpitalnej, który jest najczęściej stosowanym kolorem w łóżkach szpitalnych?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Zad. nr 1 Łóżka szpitalne ortopedyczne - 6 szt.** 1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości łóżka szpitalne o wymiarach zewnętrznych 2160 x 970 mm, wymiarach leża 1950 x 860 mm i wysokości 550 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

2. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu posiadania przez łóżko listew odbojowych, parametr wskazuje na jednego wytwórcę łózek, dodatkowo, nie wszystkie łóżka posiadają konstrukcję umożliwiającą montaż listew odbojowych.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

3. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości łóżka szpitalne, w których nie ma potrzeby stosowania poprzeczek łączących nogi, wysoki udźwóg łóżka 250 kg jest zachowany bez poprzeczek.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

4. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości łóżka szpitalne wyposażone w bariery stalowe pokryte warstwą lakieru epoksydowanego znajdującego szerokie zastosowanie w obszarze medycznym? Oferowane przez Wykonawcę bariery pokryte są dodatkowo substancją antybakteryjną zapobiegającą namnażaniu się bakterii, wirusów i grzybów.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Zadanie nr 2 poz.1 Łóżko szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym - szt. 10**

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości łóżka szpitalne o wymiarach zewnętrznych: 1020 x 2210 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości łóżka szpitalne z leżem wykonanym z odpornego na uderzenia materiału ABS? Leże proponowane przez Wykonawcę charakteryzuje się wysoką odpornością również na wysoką wagę pacjenta.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości łóżka szpitalne z regulacją sekcji oparcia ud w zakresie 0 - 30° oraz z funkcją przedłużenia leża o 175 mm, co jest parametrem nieznacznie różniącym się od wymaganego?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA  
Bakteriologiczna

4. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości łóżka szpitalne, w którym panel sterowania dla personelu medycznego umieszczony jest na szczycie od strony nóg pacjenta?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

5. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości łóżka szpitalne wyposażone w szczyty wykonane z wysokiej jakości polietylenu?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

6. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości łóżka szpitalne wyposażone w stalowe barierki boczne umieszczone na ponad 2/3 długości leża, co jest zgodne z normą bezpieczeństwa EN 60601-2-52? Oferowane przez Wykonawcę barierki pokryte są dodatkowo substancją antybakteryjną zapobiegającą namnażaniu się bakterii, wirusów i grzybów.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

7. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości łóżka szpitalne wyposażone w krążki jednoosiowe?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

8. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu posiadania przez łóżko listew odbojowych, parametr wskazuje na jednego wytwórcę łóżek, dodatkowo, nie wszystkie łóżka posiadają konstrukcję umożliwiającą montaż listew odbojowych.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

9. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości łóżka szpitalne o śr. kół 125 mm? W oferowanych łóżkach szpitalnych istnieje możliwość uzyskania wysokości leża wymaganej przez Zamawiającego tylko z kołami o średnicy 125 mm.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

10. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu posiadania przez łóżko wyboru kolorystyki ramy. Oferowane przez Wykonawcę łóżko posiada jeden kolor ramy jasno szary.

**Odpowiedź:** Dopuszcza się kolor jasno szary.

**Łóżko szpitalne dwusegmentowe - szt. 20.** 5. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości łóżka szpitalne o wymiarach zewnętrznych 2160 x 970 mm, wymiarach leża 1950 x 860 mm i wysokości 550 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

6. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości łóżka szpitalne wyposażone w 4 tuleje do mocowania wieszaka na kroplówkę i wysięgnika do ręki?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

7. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości łóżka szpitalne, w których nie ma potrzeby stosowania poprzeczek łączących nogi, wysoki udźwиг łóżka 250 kg jest zachowany bez poprzeczek.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

8. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości łóżka szpitalne wyposażone w barierki stalowe pokryte warstwą lakieru epoksydowanego znajdującego szerokie zastosowanie w obszarze medycznym? Oferowane przez Wykonawcę barierki pokryte są dodatkowo substancją antybakteryjną zapobiegającą namnażaniu się bakterii, wirusów i grzybów.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

9. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu posiadania przez łóżko listew odbojowych, parametr wskazuje na jednego wytwórcę łóżek, dodatkowo, nie wszystkie łóżka posiadają konstrukcję umożliwiającą montaż listew odbojowych.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

Pyt. dot. zadania 4 – Czy dopuście Państwo do przetargu systemu do pomiaru DLCO z zastosowaniem gazów tlenek węgla i hel?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Zad. nr 1.** Czy Zamaw. dopuści materac jednowarstwowy o parametrach znacznie przewyższających (40kg m<sup>3</sup> wys. 14cm) oczekiwane parametry bez konieczności stosowania materaca zmienno-ciśnieniowego co znacznie obniża koszty eksploatacji materaca? Przy podanych parametrach przez zamawiającego, materace nie będą spełniały funkcji przeciwdoleźnowej.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

Czy zamawiający oczekuje atestu niepalności na pianę i pokrowiec?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga.

Przedstawione stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy pzp, zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Szpital Powiatowy w Limanowej  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Lecznictwa  
*(podpis)*  
lek. med. Mariusz Bobula

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA  
Bakteriologiczna