



SZPITAL POWIATOWY

w Limanowej

Imienia Miłosierdzia Bożego

ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa
www.szpitallimanowa.pl
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

Sekcja Zamówień Publicznych

faks: 18 3372 710

e-mail: zampub@szpitallimanowa.pl

Pismo: NZ/42/D/N/L/2016/134/2016

Limanowa dnia: 2016-07-28

Wszyscy zainteresowani !!!

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ nr 2

Informujemy, iż w dniu 2016-07-27 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 38 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (T.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Dostawa sprzętu medycznego ujętego w 6 zadaniach asortymentowych,

Zadanie nr 1 (łóżka szpitalne ortopedyczne - 6szt)

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego szerokość całkowita, wraz ze wszystkimi elementami wyposażenia, wynosi 985mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza max. 960mm.

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko z bezpiecznym obciążeniem 180kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści ramki na karty gorączkowe z ochroną danych osobowych, metalowe, malowane farbą proszkową?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

4. Czy Zamawiający dopuści materac przeciwoleżynowy z pianki o gęstości 30-35 kg na m³ o wysokości 12 cm, w pokrowcu oddychającym, paroprzepuszczalnym, odpornym na dezynfekcję, zmywalnym, zapinanym na zamek błyskawiczny w kształcie litery „L”? Pokrowiec z możliwością prania mechanicznego w wodzie o temperaturze do 95oC min 50 cykli – sterylizacja parowa w temperaturze 123oC

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Przedstawione stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy pzp, zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego w Limanowej

mgr Marcin Radzięta

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



AB 1480
PRACOWNIA
Bakteriologiczna



Zarządzanie
Jakością
ISO 9001:2008
Systematycznie monitorowany

