



Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60
tel. 87 562 94 21 fax 87 562 92 00
e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl
NIP 844-17-86-376REGON 790319362

Suwałki, dnia 03/08/2016r.

Pismo: SZW.DZI.262. 218/33/PN/MN/2016

Wszyscy uczestnicy postępowania
NS: 33/PN/MN/2016

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Urologii Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach przesyła treść zapytań dotyczących zapisów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Uczestnik 1

Pyt. 1. Dot. Załącznik nr.6 do SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał aby laser był urządzeniem jezdnym i posiadał 4 kółka skrętne, w tym dwa z hamulcami.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pyt. 2. Dot. Załącznik nr.6 do SIWZ pkt. 1.4

Zamawiający w pkt. 1.4 specyfikuje Energię impulsów w zakresie 200-3500 mJ.

Pragniemy zwrócić uwagę, że obecnie lasery wysokiej klasy posiadają parametry Energii impulsów w zakresie 200–4000mJ.

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał aby laser posiadał Energię impulsów w zakresie 200 – 4000 mJ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pyt. 3. Dot. Załącznik nr.6 do SIWZ pkt. 1.11

W pkt. 1.11, Zamawiający wyspecyfikował włókno 272 μ m, które jest włóknem dedykowanym do użytku z np: ureterenoskopem giętym, ureterenoskopem igłowym, zestawem Micro Perc, których z Naszej wiedzy Zamawiający nie posiada na Oddziale.

W związku z powyższym, mając na względzie dobro Zamawiającego, prosimy o zmianę zapisu w pkt. 1.11 na:

„Wielorazowe włókna o średnicy min. 550 μ m oraz mocy końcowej 30W – 1szt.”

Włókno o średnicy 550 μ m jest najpopularniejszym włóknem i mającym najwyższą trwałość w procedurach litotrypsji kamieni przy użyciu lasera i URS sztywnego (takiego jaki Zamawiający posiada na Oddziale)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pyt. 4. Dot. Załącznik nr.6 do SIWZ pkt. 2

Prosimy zmianę zapisów dot. czasu trwania naprawy na:

„ Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów dostępnych w kraju max 3 dni **robocze**”

„ Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych z zagranicy **max 7 dni roboczych**”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Uczestnik 2

Pytanie 1 do SIWZ - pkt XII SIWZ

„w KRYTERIA WYBORU OFERTY I SPOSÓB OCENY OFERT” ppkt. 3. 2/ Kryterium „ Okres gwarancji mowa jest o okresach gwarancji dla zadania 1 i 2 oraz zadania 3 – w dokumentach załączonych na stronie brak załączników poza zadaniem 1 – czy to jest błąd maszynowy czy nie załączono na stronie załączników dotyczących pozostałych pakietów.?”

Odpowiedź: Nastąpił błąd maszynowy. Przedmiot zamówienia obejmuje 1 zadanie. Zaproponowany w ofercie okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

Przy czym termin gwarancji:

24 miesiące – 0 pkt.

30 miesięcy -1 pkt.

36miesięcy – 2pkt.

Pytanie 2 do załącznika nr 6 do SIWZ -

„Parametry techniczne Zadanie 1 Laser holmowy do dezintegracji złogów w drogach moczowych z instrumentarium podstawowym –szt. 1 na potrzeby Oddziału Urologicznego”

- **Tabela pkt. 1.5** „Regulacja impulsu 95-1500 μ s” prosimy o dopuszczenie lasera o regulacja impulsu 150-500 μ s.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 do załącznika nr 6 do SIWZ -

„Parametry techniczne Zadanie 1 Laser holmowy do dezintegracji złożeń w drogach moczowych z instrumentarium podstawowym – szt. 1 na potrzeby Oddziału Urologicznego”:

a/ w tabeli parametrów technicznych brak jest w określonym/wymaganym wyposażeniu okularów do pracy z laserem – prosimy o potwierdzenie że Zamawiający ich nie oczekuje.? - w szczególności w kontekście zapisów pod tabelą „(1. Oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych. 2.Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.”)

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje okularów do pracy z laserem w ilości 2 szt.

b/ W tabeli parametrów technicznych brak jest w wyposażeniu określenia sposobu oraz wyposażenia sterowania laserem czy oczekiwane i wymagane jest sterowanie za pomocą pedału nożnego bezprzewodowego zapewniającego min. wyzwolenie pracy, regulacja energii i częstotliwości? – a wymagacie Państwo zgodnie z zapisami pod tabelą kompletności - „(1. Oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych)

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje sterowania laserem za pomocą pedału nożnego przewodowego lub bezprzewodowego.

c/ Prawidłowa dezintegracja złożeń (kamieni) wymaga tzw. częstotliwości impulsów - czy w tym przypadku wymagana/oczekiwana jest częstotliwość impulsów 3-20 Hz?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje częstotliwości impulsów 3Hz – min. 20Hz.

Uczestnik 3

Dot. ZADANIE 1 – Laser holmowy do dezintegracji złożeń w drogach moczowych z instrumentarium podstawowym – szt. 1 na potrzeby Oddziału Urologicznego

Pytanie 1

Pkt. 1.4 – Czy Zamawiający dopuści laser holmowy z energią impulsów 500 – 4000mJ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2

Pkt. 1.5 – Czy Zamawiający dopuści laser holmowy z regulacją impulsu 300 – 600µs?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r, poz. 2164 ze zm.) dokonał modyfikacji SIWZ w zakresie:

- ✓ Błędnie wpisanego numeru i daty ogłoszenia o zamówieniu
- ✓ Rozdziału XII, Rozdziału XVII
- ✓ druku oferty – termin płatności
- ✓ Załącznika nr 6 do SIWZ – parametry techniczne.

Zmodyfikowaną specyfikację wraz z załącznikami umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia wszelkich zmian wynikających z odpowiedzi w ofercie oraz składania ofert na obowiązujących załącznikach.

Jednocześnie Zamawiający informuje że, działając zgodnie z art. 38 ust. 4a ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku przesunął:

- ✓ Termin składania ofert: 09/08/2016r. godz. 11:30
- ✓ Termin otwarcia ofert: 09/08/2016r. godz. 12:00

Warunki dotyczące miejsca oraz godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 33/PN/MN/2016 z dnia 27.07.2016 r.

Z poważaniem

Dr. n. med. Marek Kiluk

Z-ca Dyrektora d/s. Lecznictwa

Szpitala Wojewódzkiego

im. dr. Ludwika Rydygiera

w Suwałkach