



Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60
tel. 87 562 94 21 fax 87 562 92 00
e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl
NIP 844-17-86-376REGON 790319362

Suwałki, dnia 24/08/2016r.

Pismo: SZW.DZI.262. 245./28/PN/MN/2016

Wszyscy uczestnicy postępowania
NS: 28/PN/MN/2016

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze. zm.) Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach przesyła treść zapytań dotyczących zapisów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Uczestnik 1

Pytanie 1 dotyczy pakietu nr 9 poz. nr 2

Czy Zamawiający dopuści elektrodę powrotną żelową Typ REM dla dzieci o wadze od 5 kg do 15 kg, jednorazową, dzieloną, kompatybilną z diatermią Zamawiającego?

Odpowiedzi: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 dotyczy pakietu nr 9 poz. nr 3

Czy Zamawiający dopuści elektrodę powrotną żelową Typ REM dla dzieci o wadze od 2,5 kg do 5kg, jednorazową, dzieloną, kompatybilną z diatermią Zamawiającego?

Odpowiedzi: Zamawiający dopuszcza.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia zmian wynikających z odpowiedzi na zapytania w składanych ofertach. Zamawiający wymaga złożenia oferty na zmodyfikowanych drukach. Wersję edytowalną Zamawiający zamieścił na stronie zamawiającego www.szpital.suwalki.pl

Jednocześnie Zamawiający informuje że, działając zgodnie z art. 38 ust. 4a ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku przesunął:

- ✓ Termin składania ofert: 16/09/2016r. godz. 11:30
- ✓ Termin otwarcia ofert: 16/09/2016r. godz. 12:00
- ✓

Warunki dotyczące miejsca oraz godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Dr. n. med. Marek Kiluk
Z-ca Dyrektora d/s. Lecznictwa
Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera
w Suwałkach