



Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60
tel. (0-87) 562 94 21 fax (0-87) 562 92 00
e-mail: zamowienia@szpital.suwalki.pl

NIP 844-17-86-376

REGON 790319362

L.dz. SZW.DZI.262. 246.28/PN/MN/2016

Suwałki, dnia 26/08/2016r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania
28/PN/MN/2016**

Dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

INFORMACJA O SPROSTOWANIU ODPOWIEDZI

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach uprzejmie informuje, że w wyniku prowadzenia ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonał sprostowania udzielonych odpowiedzi z dnia 24/08/2016r. w poniższym zakresie:

Uczestnik 16:

Jest

Pytanie 27 Pakiet 55

Czy zamawiający oczekuje rękawic lateksowych pudrowanych o zmniejszonej zawartości protein < 80ug/g rękawicy w badaniach niezależnych, AQL 1,5 fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach? Pragniemy zauważyć, że rękawice z mniejszą ilością protein lateksowych wpływają na ograniczenie ilości uczuleń wśród personelu medycznego a także znacznie poprawiają jakość i komfort pracy użytkowników.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Powinno być:

Pytanie 27 Pakiet 55

Czy zamawiający oczekuje rękawic lateksowych pudrowanych o zmniejszonej zawartości protein < 80ug/g rękawicy w badaniach niezależnych, AQL 1,5 fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach? Pragniemy zauważyć, że rękawice z mniejszą ilością protein lateksowych wpływają na ograniczenie ilości uczuleń wśród personelu medycznego a także znacznie poprawiają jakość i komfort pracy użytkowników.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje rękawic bezpudrowych.

Jest:

Pakiet 204

Pytanie 74 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika Firmy Carefusion do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek intubacyjnych o długości 54 cm, z adapterem kątowym 45 stopni do dróg oddechowych, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi ułożonymi naprzemiennie, z portem do przepłykiwania cewnika, z przezroczystą komorą płuczącą, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę nauwężi, cewnik pozbawiony DEHP, w rozmiarach: 16 CH, 14 CH

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Powinno być:

Pakiet 204

Pytanie 74 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika Firmy Carefusion do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek intubacyjnych o długości 54 cm, z adapterem kątowym 45 stopni do dróg oddechowych, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi ułożonymi naprzemiennie, z portem do przepłykiwania cewnika, z przezroczystą komorą płuczącą, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę nauwężi, cewnik pozbawiony DEHP, w rozmiarach: 16 CH, 14 CH

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu wymaganych rozmiarów tj. CH 12/14/16/18.

Jest:

Pakiet 204

Pytanie 75

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika Firmy Carefusion do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek tracheotomijnych o długości 34 cm z adapterem kątowym 45 stopni do dróg oddechowych, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi ułożonymi naprzemiennie, z portem do przepłukiwania cewnika, z przezroczystą komorą płuczącą, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę nauwężi, cewnik pozbawiony DEHP, w rozmiarach: 16 CH

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Powinno być:

Pytanie 75

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika Firmy Carefusion do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek tracheotomijnych o długości 34 cm z adapterem kątowym 45 stopni do dróg oddechowych, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi ułożonymi naprzemiennie, z portem do przepłukiwania cewnika, z przezroczystą komorą płuczącą, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę nauwężi, cewnik pozbawiony DEHP, w rozmiarach: 16 CH

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu wymaganych rozmiarów tj. CH 12/14/16.

Jest:

Pakiet 204

Pytanie 78 poz.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu: składającego się z drenów oraz z łącznika Y (w jednej płaszczyźnie) o konstrukcji: jeden koniec żeński (lejek) dwa końce męskie, oraz zastawki ssącej z bezkontaktową kontrolą ssania, umożliwiającą rozgałęzienie drenów na ssaku lub w przypadku odpowiedzi odmownej o wyłączenie tej pozycji do odrębnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Powinno być:

Pytanie 78 poz.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu: składającego się z drenów oraz z łącznika Y (w jednej płaszczyźnie) o konstrukcji: jeden koniec żeński (lejek) dwa końce męskie, oraz zastawki ssącej z bezkontaktową kontrolą ssania, umożliwiającą rozgałęzienie drenów na ssaku lub w przypadku odpowiedzi odmownej o wyłączenie tej pozycji do odrębnego pakietu.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Jest:

Pakiet 206

Pytanie 80 Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do higieny jamy ustnej składający się ze szczoteczki do zębów z odsysaniem, z zastawką manualną do regulacji siły odsysania, z 3 otworami ssącymi, oraz z pofałdowaną gąbką. Pakowana pojedynczo.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Powinno być:

Pakiet 206

Pytanie 80 Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do higieny jamy ustnej składający się ze szczoteczki do zębów z odsysaniem, z zastawką manualną do regulacji siły odsysania, z 3 otworami ssącymi, oraz z pofałdowaną gąbką. Pakowana pojedynczo.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Jest:

Pytanie 81

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Zestawu składającego się z dwóch szczoteczek do zębów z odsysaniem z zastawką manualną do regulacji siły odsysania, z 3 otworami ssącymi, oraz z pofałdowaną gąbką. Każda szczoteczka pakowana w oddzielne pojedyncze opakowanie, które pełnią jednocześnie funkcje pojemnika

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Powinno być:

Pytanie 81

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Zestawu składającego się z dwóch szczoteczek do zębów z odsysaniem z zastawką manualną do regulacji siły odsysania, z 3 otworami ssącymi, oraz z pofałdowaną gąbką. Każda szczoteczka pakowana w oddzielne pojedyncze opakowanie, które pełni jednocześnie funkcję pojemnika

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Treść niniejszego pisma stanowi uzupełnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 18/07/2016r. i została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpital.suwalki.pl

Z poważaniem

Dr. n. med. Marek Kiluk
Z-ca Dyrektora d/s. Lecznictwa
Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera
w Suwałkach