



SZPITAL POWIATOWY

w Limanowej

Imienia Miłosierdzia Bożego

ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa
www.szpitallimanowa.pl
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

Sekcja Zamówień Publicznych

faks: 18 3372 710

e-mail: zampub@szpitallimanowa.pl

Pismo: NZ/63/D/N/AC/2016/165/2016

Limanowa dnia: 2016-11-23

Wszyscy zainteresowani !!!

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ nr 1**

Informujemy, iż w dniu 2016-11-22 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 38 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (T.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Dostawy artykułów medycznych - ujęte w 16 zadaniach asortymentowych,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie nr 1

Zadanie 10 pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści pakiety typu Bowie-Dick z arkuszem testowym zmieniającym barwę z fioletowego na zielony?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Zadanie 10 pozycja 2 i 3: Czy Zamawiający dopuści system wsadu składający się z 250 wskaźników samoprzylepnych typu 6 i 1 przyrządu testowego PCD?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga testów określonych w pkt. 2 i 4 przyrządów PCD

Pytanie nr 3

Zadanie 10 pozycja 2 i 3: Czy Zamawiający dopuści system wsadu składający się z 250 wskaźników i 1 przyrządu w każdym opakowaniu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga testów określonych w pkt. 2 i 4 przyrządów PCD

Pytanie nr 4

Zadanie 10 pozycja 4: Czy Zamawiający dopuści wskaźniki typu 6 o parametrach punktu końcowego 134°C-7 minut i 121°C-20 minut z substancją wskaźnikową zmieniającą barwę na kolor referencyjny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Zadanie 10 pozycja 6: Czy Zamawiający dopuści ampułki z papierowymi etykietami zawierającymi wskaźnik sterylizacji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6

Zadanie 10 pozycja 12: Czy Zamawiający dopuści etykiety w rolkach po 500 sztuk przy odpowiednim przeliczeniu zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7

Zadanie 10 pozycja 13: Czy Zamawiający dopuści test kontroli zgrzewu odwzorowujący typowe opakowanie papierowo-foliowe?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
Bakteriologiczna



Zarządzanie
Jakością
ISO 9001:2008
Systematycznie monitorowany



Pytanie nr 8

Zadanie 10 pozycja 17: Czy Zamawiający dopuści wskaźniki samoprzylepne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9

Zadanie 10 pozycja 20: Czy Zamawiający dopuści wskaźniki do kontroli sterylizacji suchym gorącym powietrzem o parametrach 180°C / 30 minut?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10

Zadanie 10 pozycja 20: Czy Zamawiający dopuści wskaźniki do kontroli sterylizacji suchym gorącym powietrzem o parametrach 160°C / 120 minut?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11

Zadanie 10 pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści pakiet typu Bowie-Dick z arkuszem wskaźnikowym zmieniającym barwę z niebieskiej na czarną?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12

Zadanie 10 pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści potwierdzenie zgodności z obowiązującą normą PN-EN ISO 11140-4?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13

Zadanie 10 pozycja 17, 18 i 19: Czy Zamawiający dopuści potwierdzenia zgodności z obowiązującą normą PN-EN ISO 11140-1?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14

Zadanie 10 pozycja 4: Czy Zamawiający dopuści wskaźniki typu 5 z oznaczeniem klasy na etykiecie opakowania zbiorczego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 15

Zadanie 11 pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści rękawy skonstruowane z papieru o gramaturze 70 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 16

Zadanie 11 pozycja 2: Czy w miejsce potwierdzenia gramatury przez jednostkę notyfikowaną Zamawiający dopuści papier z potwierdzeniem szczelności mikrobiologicznej wydanym, zgodnie z dyrektywami europejskimi, przez jego wytwórcę na podstawie badań specjalistycznego zewnętrznego laboratorium?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Przedstawione stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy pzp, zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego w Limanowej
mgr Marcin Radzięta

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
Bakteriologiczna



Zarządzanie
Jakością
ISO 9001:2008
Systematycznie monitorowany

