



**SZPITAL POWIATOWY**

w Limanowej

**Imienia Miłosierdzia Bożego**

ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa  
www.szpitallimanowa.pl  
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

**Sekcja Zamówień Publicznych**

**faks: 18 3372 710**

**e-mail: awiecek@szpitallimanowa.pl**

**Pismo: NZ/62/D/Nu/A/2016/169/2016**

Limanowa dnia: 2016-11-25

**Wszyscy zainteresowani !!!**

**ODPOWIEDŹ  
na zapytania w sprawie IWZ nr 1**

Informujemy, iż w dniu 2016-11-24, 23, 22 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym w trybie **przetarg nieograniczony** –procedura poniżej 30 000 € na:

**Dostawy szwów chirurgicznych, zestawów do rekonstrukcji łokotek w 3 zadaniach asortymentowych,**

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

**Pytanie 1**

Dot. Zadania 1 poz. 1,2

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach igły o długości 8mm.

**Odpowiedź:** Zamawiający w IWZ wymaga igły o długości 8mm

**Pytanie 2**

Dot. Zadania 1 poz.8

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły o długości 30mm.

**Odpowiedź:** Zgodnie z IWZ

**Pytanie 3**

Dot. Zadania 2

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w/w zadaniu szwów niewchłaniających, syntetycznych, jedwabne, plecionych, powlekanych woskiem.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 4**

Dot. Zadania 2 poz. 1

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną)?

**Odpowiedź:** Zgodnie z IWZ

**Pytanie 5**

Pytanie do zadania nr 3: Zestaw do rekonstrukcji łokotek

Czy Zamawiający dopuści : Sterylny zestaw do szycia łokotek typu Sequent złożony z 3 podłużnych implantów wykonanych z materiału PEEK pozwalający założyć 2 szwy z jednego aplikatora. Aplikatory dostępne w zagięciu 15 stopni. System zaopatrzony w samozaciskający się węzeł z kontrolowanym dociskiem. Zestaw fabrycznie wyposażony w jednorazową kaniulę prowadzącą mocowaną na igłę aplikatora, chroniącą implanty przed uszkodzeniem podczas wprowadzania igły aplikatora do stawu i służącą do pomiaru wielkości uszkodzenia ?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 6**

Zadanie nr 1, poz. 1

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie nici USP 7/0 zamiast 8/0 z igłą podwójną okrągłą standardową (bez "parametru czarna"). Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zgodnie z IWZ

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



Zarządzanie  
Jakością  
ISO 9001:2008  
Systematycznie monitorowany



PRACOWNIA  
Bakteriologiczna

### Pytanie 7

Zadanie nr 1, poz. 1

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie nici USP 7/0 o długości 75 cm, z igłą podwójną tnącą. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zgodnie z IWZ

### Pytanie 8

Zadanie nr 1, poz. 3 i 4

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie nici o długości 75 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zgodnie z IWZ

### Pytanie 9

Zadanie nr 1, poz. 8

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igły o długości 30 mm, zamiast 31 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zgodnie z IWZ

### Pytanie 10

Zadanie nr 2, poz. 1

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie nici USP 0, zamiast USP 1. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zgodnie z IWZ

Przedstawione stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii, , zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

DYREKTOR  
Szpitala Powiatowego w Limanowej

*mgr Marcin Radzięta*

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



ISO 9001:2008  
Zarządzanie  
Jakością  
ISO 9001:2008  
Systematycznie monitorowany



PRACOWNIA  
Bakteriologiczna