



**Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach**

16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60  
tel. 87 562 94 21 fax 87 562 92 00  
e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl  
NIP 844-17-86-376REGON 790319362

Suwałki, dnia 21/12/2016r.

Pismo: SZW.DZI.262. 337/39/PN/MN/2016

**Wszyscy uczestnicy postępowania**  
**NS: 39/PN/MN/2016**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa testów kontroli skuteczności maszynowego procesu mycia i dezynfekcji, wskaźników sterylizacji i innych materiałów zużywalnych w Centralnej Sterylizacji Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach**

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze. zm.) Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach przesyła treść zapytań dotyczących zapisów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Uczestnik 1**

**Pytanie 1 Pak. 2 poz. 1**

Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wymaga w tej pozycji, aby oferowane testy były kompatybilne z posiadanym autoczytnikiem tzn. dopuszczone do stosowania na podstawie instrukcji obsługi posiadanego sprzętu ?

**Odpowiedź: TAK. Zamawiający wymaga w tej pozycji, aby oferowane testy były kompatybilne z posiadanym autoczytnikiem tzn. dopuszczone do stosowania i zgodne z zapisem instrukcji obsługi posiadanego sprzętu**

Z poważaniem

Adam Szałanda  
Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego  
im. Dr. Ludwika Rydygiera  
w Suwałkach