



SZPITAL POWIATOWY

w Limanowej

Imienia Miłosierdzia Bożego

ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa
www.szpitallimanowa.pl
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

Sekcja Zamówień Publicznych

faks: 18 3372 710

e-mail: awiecek@szpitallimanowa.pl

Pismo: NZ/02/D/Nu/A/2017/06/2017

Limanowa dnia: 2017-01-19

Wszyscy zainteresowani !!!

ODPOWIEDŹ

na zapytania w sprawie IWZ nr 1

Informujemy, iż w dniu 2017-01-18 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym w trybie **przetarg nieograniczony – procedura poniżej 30 000 €**, na:

Dostawa sprzętu medycznego ujętego w 3 zadaniach,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Zadanie 1: Kardiomonitor stacjonarno-przenośny

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z zakresem pomiarowym odchylenia odcinka ST od -2.0 do +2.0 mV?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z zakresem alarmu bezdechu od 10 do 40 s?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor przystosowany do pracy w standardowej sieci Ethernet (złącze RJ-45) bez złącza RS 232? Obecnie nie są budowane sieci w oparciu o łącze RS-232.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Przedstawione stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii, zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego w Limanowej

mgr Marcin Radzięta

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



AB 1480
PRACOWNIA
Bakteriologiczna



Zarządzanie
Jakością
ISO 9001:2008
Systematycznie monitorowany

