



SZPITAL POWIATOWY

w Limanowej

Imienia Miłosierdzia Bożego

ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa
www.szpitallimanowa.pl
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

Sekcja Zamówień Publicznych

faks: 18 3372 710

e-mail: awiecek@szpitallimanowa.pl

Pismo: NZ/02/D/Nu/A/2017/10/2016

Limanova dnia: 2017-01-24

Wszyscy zainteresowani !!!

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie IWZ nr 2**

Informujemy, iż w dniu 2017-01-23 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym w trybie **przetarg nieograniczony – procedura poniżej 30 000 €** na:

Dostawa sprzętu medycznego ujętego w 3 zadaniach,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie 1

Pkt. 1 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor, posiadający ciche i wydajne chłodzenie aktywne, zapewniające właściwą temperaturę pracy urządzenia, spełniające wszystkie wymogi medyczne?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 2

Pkt.4 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor, wymagający każdorazowego zdefiniowania użytego kabla EKG (ilość odprowadzeń)? Ta prosta czynność w żaden sposób nie pomniejsza walorów użytkowych monitora i nie stanowi żadnego utrudnienia dla obsługującego monitor personelu medycznego.

Odpowiedź: Nie

Pytanie 3

Pkt. 5 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor, posiadający 3 szybkości przesuwu krzywej EKG: 6,25mm/s, 12,5 mm/s, 25mm/s ?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 3

Pkt. 11 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor, posiadający analizę odcinka ST w zakresie +/- 2 mV z prezentacją wszystkich odprowadzeni jednocześnie?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 4

Pkt. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor, posiadający 3 szybkości przesuwu krzywej EKG: 6,25mm/s, 12,5 mm/s, 25mm/s ?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 5

Pkt. 45 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor, posiadający alarm bezdechu w granicach 10-40 sekund ?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 6

Pkt. 47 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor, bez funkcji wyboru z pozycji kardiomonitora odprowadzenia użytego do pomiaru oddechu

Odpowiedź: Nie

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
Bakteriologiczna



Zarządzanie
Jakością
ISO 9001:2008
Systematycznie monitorowany



Przedstawione stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii, zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego w Limanowej

mgr Marcin Radzięta

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
Bakteriologiczna



Zarządzanie
Jakością
ISO 9001:2008
Systematycznie monitorowany

