



SZPITAL POWIATOWY

w Limanowej

Imienia Miłosierdzia Bożego

ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa
www.szpitallimanowa.pl
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

Sekcja Zamówień Publicznych

faks: 18 3372 710

e-mail: awiecek@szpitallimanowa.pl

Pismo: NZ/25/D/Nu/A/2017/67/2017

Limanowa dnia: 2017-04-26

Wszyscy zainteresowani !!!

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie IWZ nr 1**

Informujemy, iż w dniu 2017-04-24, 25 wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym w trybie **przetarg nieograniczony** – procedura poniżej 30 000 € na:

Dostawa i montaż łóżek szpitalnych, łóżeczek dziecięcych oraz automatycznej myjni endoskopowej do mycia i dezynfekcji endoskopów giętkich w 3 zadaniach,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie 1

ZADANIE 2

1. Czy Zamawiający w pkt. 2 parametrów - dopuści łóżko o szerokości całkowitej z zamontowanymi barierkami 970 mm z leżem 850x2000 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z IWZ

Pytanie 2

2. Czy Zamawiający w pkt. 4 dopuści szczyty wykonane z trwałego tworzywa ABS w kolorze białym z szeroką gamę wklejek do wyboru jako motyw dekoracyjny?

Odpowiedź: Zgodnie z IWZ

Pytanie 3

3. Czy Zamawiający w pkt. 4 dopuści szczyty wykonane ze stali nierdzewnej łatwo odejmowane, wypełnione wysokiej jakości płytą HPL co jest parametrem równoważnym do oczekiwanego?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 4

4. Czy Zamawiający w pkt. 4 dopuści szczyty wykonane ze stali malowanej proszkowo łatwo odejmowane, wypełnione wysokiej jakości płytą HPL co jest parametrem równoważnym do oczekiwanego?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 5

5. Czy Zamawiający w pkt. 6 dopuści metalowe uchwyty materaca ?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 6

6. Czy Zamawiający w pkt. 12 dopuści barierki ze stali malowanej farbą proszkową składane wzdłuż ramy leża za pomocą jednej dźwigni pod ramą leża, montowane pod ramą w specjalnych tulejach z możliwością demontażu bez użycia narzędzi, barierka zabezpiecza pacjenta w ok 75% zgodna z normą PN-EN 60601-2-52?

Odpowiedź: Zgodnie z IWZ

Pytanie 7

7. Czy Zamawiający w pkt. 12 dopuści barierki ze stali nierdzewnej składane wzdłuż ramy leża za pomocą jednej dźwigni pod ramą leża, montowane pod ramą w specjalnych tulejach z możliwością demontażu bez użycia narzędzi, barierka zabezpiecza pacjenta w ok 75% zgodna z normą PN-EN 60601-2-52?

Odpowiedź: Tak + listwa na barierkach odbojowa chroniąca ściany i barierki przed otarciem.

Pytanie 8

Dotyczy Zadania 1 - automatyczna myjnia endoskopowa punkt 31 oraz umowa § 3 ust. 10

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu dostępności części zamiennych do 8 lat ?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 9

Dotyczy Zadania 1 - automatyczna myjnia endoskopowa punkt 32 oraz umowa § 3 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu z 48h do 72h ?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 10

Dotyczy projektu umowy § 3 ust. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

"W przypadku naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 7 dni roboczych od daty dostarczenia urządzenia do serwisu (w okresie gwarancji przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy)-urządzenie zastępcze."

Odpowiedź: Zgodnie z IWZ

Pytanie 11

Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,5% do 0,1% oraz z 15% do 10% ?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 12

Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% do 5% ?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 13

Dotyczy zapisów umowy § 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

"(...) Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić." ?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 14

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja, czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego bądź nie toczy się względem placówki postępowanie upadłościowe.

Odpowiedź: nie została wszczęta. Zamawiający nie przekształca się

Pytanie 15

Dot. pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści zapis: możliwość stosowania środków myjących różnych producentów?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 16

Dot. pkt. 8

Czy Zamawiający ma na myśli proces przedmuchiwania trwający aż 9 godzin?

Czy Zamawiający oczekuje możliwości dowolnego zaprogramowania czasów realizacji poszczególnych procesów w zależności od rodzaju stosowanych środków?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwości dowolnego zaprogramowania czasów realizacji poszczególnych procesów w zależności od rodzaju stosowanych środków

Pytanie 17

Dot. pkt. 15

Czy Zamawiający zrezygnuje z systemu archiwizacji i dopuści skaner z identyfikacją modelu i numeru serii endoskopu oraz dane personelu?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 18

Dot. pkt. 17

Czy Zamawiający dopuści zbiornik na alkohol o pojemności min. 1 l?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 19

Dot. pkt. 19

Czy Zamawiający dopuści zbiornik na koncentrat detergentu min. 1,5 l?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 20

Dot. pkt. 21

Czy Zamawiający dopuści myjnię endoskopową z dwoma lampami UV stale zanurzonymi w zbiorniku wodnym co powoduje stałe uzdatnianie wody niezależnie dla każdej komory?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 21

Dot. pkt. 23

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu zewnętrznego zmiękczacza wody gdy zaoferowana myjnia takiego rozwiązania nie wymaga? Urządzenie nie wymaga zmiękczacza zaś obecny zapis jedynie zwiększa koszty eksploatacji.

Odpowiedź: Jeżeli urządzenie posiada wbudowany to Zamawiający odstępuje.

Pytanie 22

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne o długości całkowitej 2180 mm? Parametr ten w niewielkim stopniu odbiega od wymaganego w SIWZ

Odpowiedź: Nie

Pytanie 23

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne o szerokości całkowitej 960 mm? Parametr ten w niewielkim stopniu odbiega od wymaganego w SIWZ

Odpowiedź: Nie

Pytanie 24

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające wymiar leża 2000 mm x 850 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 25

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w szczyty łóżka ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 26

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z wypełnieniem szczytów płytą HPL mocowaną na stałe bez możliwości wyjmowania wypełnienia?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 27

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z segmentami leża wypełnionymi siatką o grubości pręta 4 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 28

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w metalowe (sztywne) uchwyty materaca, zamocowane na stałe, dostosowane do szerokości materaca, nie wystające powyżej powierzchni materaca, tym samym nie zagrażające powstaniu urazów kończyn? Uchwyty te są bardziej trwałe oraz nie ulegną one zniszczeniu.

Odpowiedź: Tak

Pytanie 29

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w 4 narożnikach leża tuleje do mocowania wieszaka kroplówki lub uchwytu ręki?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 30

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w 4 narożnikach leża tuleje do mocowania wieszaka kroplówki, uchwytu ręki bez dodatkowej kolejnej tuleji ?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 31

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z wzmocnioną ramą, której dopuszczalne obciążenie wynosi 230 kg bez poprzeczek łączących nogi łóżka, które przy takiej konstrukcji łóżka są elementem zbędnym? Opisane w SIWZ rozwiązanie jest stosowne w przypadku wiotkiej konstrukcji.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 32

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z możliwością wyboru 2 kolorów ramy łóżka?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 33

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w poręcze boczne z możliwością ich składania/odblokowywania w dwóch ruchach tj. poprzez odciążenie mechanizmu blokującego oraz lekkie przesunięcie jej w kierunku nóg pacjenta – poręcz składana wzdłuż ramy leża?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 34

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne bez listew odbojowych umieszczonych na barierkach? W oferowanych łóżkach najbardziej skrajnym elementem są krążki odbojowe chroniące łóżka oraz ściany przed otarciami.

Odpowiedź: Nie

Pytanie 35

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżeczko dziecięce z leżem 2 sekcyjnym z wypełnieniem siatką montowaną na stałe?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 36

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżeczko dziecięce z leżem 2 sekcyjnym z wypełnieniem z płytą HPL?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 37

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżeczko dziecięce z leżem pod oparciem pleców zabezpieczone płytą HPL, chroniącą pacjentów przed wypadnięciem w przypadku uniesionego oparcia pleców?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 38

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżeczko dziecięce o całkowitej szerokości z krążkami odbojowymi i barierkami wynoszącą 750 mm?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 39

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżeczko dziecięce posiadające wymiar leża 1280 x 600 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 40

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżeczko dziecięce z regulacją wysokości leża w zakresie 650 mm do 900? Parametr ten w niewielkim stopniu odbiega od wymaganego w SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 41

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżeczko dziecięce z możliwością uzyskania pozycji Trendelenburga do 8 °?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 42

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżeczko dziecięce z możliwością uzyskania pozycji anty- Trendelenburga do 8 °?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 43

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżeczko dziecięce z płynną regulacją wysokości poręczy bocznych wspomaganą sprężyną gazową z blokadą?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 44

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko dziecięce z ergonomicznie wykonanym mechanizmem zwalniania barierki bocznych umiejscowionym w jej górnej części w końcowym odcinku, umożliwiając odbezpieczenie blokady lewą ręką a ustawienie poręczy na żądanej wysokości prawą ręką, z dodatkowym zabezpieczeniem uniemożliwiającym odbezpieczenie barierki przez dziecko w postaci pedału nożnego uruchamiającego sprężynę gazową wspomagającą ruch poręczy. Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego w SIWZ.

Odpowiedź: Tak

Pytanie 45

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżeczko dziecięce o dopuszczalnym obciążeniu 50 kg?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 46

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżeczko dziecięce z kołami tworzywowymi z tworzywowym widelcem?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 47

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżeczko dziecięce z krążkami odbojowymi umieszczonymi w 4 narożnikach podstawy łóżeczka?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 48

Pkt. 4 - Prosimy o odstąpienie od wymogu możliwości stosowania środków wielorazowego użytku. Takie rozwiązanie nie zapewnia procesu w pełni powtarzalnego, i nie jest rekomendowane przez normę PN-EN ISO 15883-4, na którą Zamawiający powołuje się w pkt.26

Odpowiedź: Tak

Pytanie 49

pkt. 8, 9 - Prosimy o odstąpienie od wymogu możliwości dowolnego zaprogramowania czasów realizacji poszczególnych procesów oraz ustawienia dowolnych indywidualnych programów. Taki zapis jest z sprzecznym z wymaganiami ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Załącznik nr 5 Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia pracowni badań endoskopowych) gdzie jest wyraźne wskazanie, że myjnia ma zapewniać powtarzalny proces mycia i dezynfekcji. Dodatkowo norma PN-EN ISO 15883-4, na którą Zamawiający powołuje się w pkt. 26, określa, że wartość każdej zmiennej procesu, która wpływa na skuteczność cyklu, powinna być wstępnie ustalona, a regulacja powinna wymagać użycia kodu, klucza lub narzędzia.

Odpowiedź: Tak

Pytanie 50

Pkt. 10 - Prosimy o odstąpienie od tego wymogu. Stosowanie preparatów wielokrotnego użytku nie zapewnia procesu w pełni powtarzalnego, i nie jest rekomendowane przez normę PN-EN ISO 15883-4, na którą Zamawiający powołuje się w pkt. 26

Odpowiedź: Tak

Pytanie 51

pkt. 16, 17, 19 - Prosimy o odstąpienie od wymogu zbiorników na detergent, i dezynfektant. Konieczność przelewania preparatów z kanistrów do zbiorników jest rozwiązaniem niestosowanym u większości producentów w pełni automatycznych myjni-dezynfektorów, gdzie urządzenie samodzielnie pobiera odpowiednią dawkę koncentratu w dany etap procesu. Szczególnie bezzasadny jest wymóg zbiornika na koncentrat dezynfekcyjny. Powszechnie wiadomo, że nie jest zalecane przelewanie silnie skoncentrowanych płynów, z uwagi na duże zagrożenie dla personelu i nie tylko.

Odpowiedź: Tak

Pytanie 52

Pkt. 26 - Ponieważ Zamawiający powołuje się na normę PN-EN ISO 15883-4, prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z pkt. 5.3 Zamawiający wymaga, aby myjnia była zaprojektowana tak, że nie występuje żadna szkodliwa emisja czyli urządzenie posiada np. system umożliwiający odprowadzenie oparów do wentylacji?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 53

Pkt. 26 - Ponieważ Zamawiający powołuje się na normę PN-EN ISO 15883-4, prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z pkt. 5.2.2.1 Zamawiający wymaga, aby myjnia kontrolowała i zgłaszała ewentualną niedrożność kanału endoskopu?


Odpowiedź: Tak

Pytanie 54

Pkt. 26 - Ponieważ Zamawiający powołuje się na normę PN-EN ISO 15883-4, prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z pkt. 5.2.2.4 Zamawiający wymaga, aby myjnia umożliwiała podłączenie każdego kanału niezależnie, o różnym ciśnieniu zasilania w zależności od średnicy kanału? W innym przypadku, zgodnie z treścią ww. normy, wytwórca myjni powinien udowodnić, że został osiągnięty lub przekroczony minimalny przepływ przez każdy kanał, wymagany do skutecznego czyszczenia, dezynfekcji i płukania każdego kanału wyrobu poddawanego procesowi. Prosimy o wskazanie jakich dowodów na potwierdzenie spełnienia wymagania normy, będzie oczekiwał Zamawiający od Wykonawcy.

Odpowiedź: Tak

Przedstawione stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii, zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Szpital Powiatowy w Limanowej
ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Lecznictwa

lek. med. Mariusz Bobula