



Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60
tel. (0-87) 562 94 21 fax (0-87) 562 92 00
e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl

NIP 844-17-86-376

REGON 790319362



Suwałki, dnia 27/04/2017r.

L.dz. SZW.DZI.262.109/13/PN/MN/2017

Wszyscy uczestnicy postępowania

NS: 13/PN/MN/2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: **Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów oraz dostawa testów różnych na potrzeby Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i Mikrobiologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach**

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach przesyła treść zapytań dotyczących zapisów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Uczestnik 1

Pytanie 1 Dotyczy Pakietu nr VII:

Czy Zamawiający - dopuszczając oferty równoważne - dopuszcza kontrolę do moczu w postaci odczynnika gotowego do użycia, w ilości uwzględniającej trwałość kontroli po otwarciu oraz z jednoczesnym wymaganiem uwzględnienia przez wykonawcę dodatkowej ilości pasków do moczu, niezbędnych do wykonania tej kontroli?

Jeśli nie, to prosimy o uzasadnienie odpowiedzi.

Odpowiedzi: Zamawiający dopuszcza kontrolę do moczu w postaci odczynnika gotowego do użycia, w ilości uwzględniającej trwałość kontroli po otwarciu oraz z jednoczesnym uwzględnieniem przez wykonawcę dodatkowej ilości pasków do moczu niezbędnych do wykonania tej kontroli.

Pytanie 2

Uprzejmie prosimy o informację jak często i na ilu poziomach Zamawiający będzie wykonywał oznaczenia kontroli jakości.

Odpowiedzi: Zamawiający wykonuje kontrolę na dwóch poziomach: pozytywny i negatywny - codziennie jeden poziom naprzemiennie.

Uczestnik 2

Pytanie 1 Dotyczy pakietu XVIII:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 7 podłoża wg załączonej metodyki?

Odpowiedzi: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2 Dotyczy pakietu XIX:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, że wszystkie testy muszą mieć identyczne warunki przechowywania od 2°C do 8°C ? Niektóre substancje aktywne dłużej zachowują swoje właściwości (aktywność), gdy przechowywane są w temperaturze -20°C

Odpowiedzi: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3 Dotyczy pakietu XIX:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedłożenia pozytywnej opinii KORLD? Oferowane testy mają wiele pozytywnych opinii od jednostek medycznych pracujących na nich.

Odpowiedzi: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4 Dotyczy pakietu XXIII:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szczepów wzorcowych z pierwszego pasażu w postaci liofilizowanych krążków w op. a10szt i wycenę po 1 opakowaniu oferowanego asortymentu?

Odpowiedzi: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5 Dotyczy pakietu XXIX:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowania a'300 ozn. i wycenę 5 takich opakowań?

Odpowiedzi: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6 Dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie dokumentów (metodyk oraz kart charakterystyki) w postaci elektronicznej na płycie CD? Jeśli nie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na przestanie ich w postaci oddzielnego, zbindowanego tomu, gdzie poświadczenie za zgodność będzie widniało tylko na pierwszej stronie tomu dla jego pozostałych stron?

Odpowiedzi: zgodnie z SIWZ, jednocześnie Zamawiający wyrazi zgodę na przestanie ich w postaci oddzielnego, zbindowanego tomu, gdzie poświadczenie za zgodność będzie widniało tylko na pierwszej stronie tomu dla jego pozostałych stron.

Uczestnik 3

Pytanie 1 do pakietu nr 7

Dostawa pasków testowych do badania fizyko-chemicznego moczu oraz pasków kontrolnych do reflektometru CLINITEC 500 będącego na wyposażeniu Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach na okres 17 miesięcy w ilości i asortymencie określonych w załącznikach do SIWZ.

Zamawiający w pakiecie nr 7 jako nazwę produktu określił " Paski kontrolne Check-stix combo-pak, wielkość op.= 25 szt., ilość pełnych opakowań – 15

Paski o tej nazwie pakowane są w opakowaniach po 25 szt. pasków pozytywnych i 25 szt. pasków negatywnych, tak więc łącznie w opakowaniu znajduje się 50 szt. pasków .

Czy biorąc pod uwagę powyższą informację , Zamawiający dopuści złożenie oferty na 8 pełnych opakowań pasków kontrolnych Check-stix combo-pak ?

Odpowiedzi: Zgodnie z SIWZ . Zamawiający wymaga 15 pełnych opakowań. Jedno opakowanie pasków = 25 szt. pasków pozytywnych i 25 szt. pasków negatywnych.

Uczestnik 4

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga aby próbówki nie zawierały substancji toksycznych tj. metali ciężkich i alkoholu metylowego?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby próbówki nie zawierały substancji toksycznych tj. metali ciężkich i alkoholu metylowego.

Pytanie 2

Prosimy o dodania do zapisu § 4 pkt. 2 po przecinku zapisu: chyba, że opóźnienie przekroczy 30 dni od wymagalnego terminu płatności.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Uczestnik 5

Pytanie 1 Pakiet IX

Czy Zamawiający zaakceptuje test o czułości 40 ng/ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 2 Pakiet X, XIV, XV, XXV, XXVI

Czy Zamawiający zaakceptuje testy pakowane po 10 testów, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Dla **Pakietów X, XIV, XV, XXV, XXVI** , Zamawiający dopuszcza testy pakowane po 10 testów przy zachowaniu pozostałych wymagań SIWZ.

Pytanie 3 Pakiet XXIV

Czy Zamawiający wymaga testu gdzie czułość i swoistość oraz dokładność zostały wyznaczone w oparciu o metodę PCR?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie 4 Pakiet XXIV

Czy Zamawiający wymaga testu z kontrolą dodatnią i ujemną na wymazówkach w zestawie?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Uczestnik 6

Pytanie 1 Dotyczy - pakiet 4 (Opis: dostawa systemów diagnostycznych do badania układu hemostazy oraz dzierżawa analizatora hemostazy)

Czy Zamawiający dopuści analizator podstawowy wyprodukowany w 2012 roku po generalnym przeglądzie?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2 Dotyczy - pakiet 4 (Opis: dostawa systemów diagnostycznych do badania układu hemostazy oraz dzierżawa analizatora hemostazy)

Czy Zamawiający dopuści analizator zapasowy wyprodukowany w 2009 roku po generalnym przeglądzie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Uczestnik 7

Pytanie 1 Dotyczy SIWZ, Pakiet nr 5: Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, pkt. 4:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie krwi kontrolnej do analizatora hematologicznego, której ważność jest krótsza niż 6 miesięcy od momentu dostarczenia zgodnie z harmonogramem, ale skalkulowana jest w ilości uwzględniającej zarówno ważność jak i ilość wymaganą przez Zamawiającego? Jeżeli tak, prosimy o uzupełnienie niniejszego punktu SIWZ zapisem w brzmieniu:

„z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności jest zgodny z harmonogramem dostaw materiału kontrolnego dostępnym na stronie www.....pl”.

Wykonawca wskazuje, iż krew kontrolna jest materiałem o krótkim okresie ważności ze względu na rodzaj materiału, dostarczana jest zgodnie z harmonogramem tak, aby Zamawiający miał zawsze ważną krew. Obecnie nie ma na rynku dostępnej krwi kontrolnej o dłuższym okresie ważności.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy SIWZ, Pakiet nr 5: Załącznik nr 4 do SIWZ – Parametry techniczno-eksploatacyjne oferowanych analizatorów, Inne wymagania Zamawiającego:

Pytanie 2 Punkt 7:

Wykonawca zwraca się z prośbą o ujednolicenie zapisów dotyczących zgłaszania awarii. Zgodnie z treścią Wzoru oferty na dostawy (Załącznik nr 5 do SIWZ), zgłoszenie awarii aparatu nastąpi za pomocą „*telefonu, emaila, faxu*”, zatem prosimy o wykreślenie zwrotu „*SMS*” i usunięcie możliwości zgłaszania awarii w formie SMS. Jednocześnie prosimy o uzupełnienie sformułowania poprzez brzmienie: „*fax, telefon, email*”.

Wykonawca wskazuje, iż wskazana forma zgłaszania reklamacji (SMS) jest nieodpowiednia z uwagi na brak możliwości po stronie Wykonawcy weryfikacji poprawności zgłaszanych awarii, jak i automatycznego potwierdzenia odbioru zgłoszenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3 Punkt 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas naprawy analizatorów liczony był w dniach roboczych?

Jeżeli tak, prosimy o dopisanie po słowach „*do 72 godzin*” wyrażenia „*w dni robocze*”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy SIWZ, Wzór umowy dostawy:

Pytanie 4 §2 ust. 2:

A.P./A.K.-R./A.F./M.N.

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie zapisu dotyczącego składania zamówień. Proponujemy następujący zapis:

„Dostawy Odczynników realizowane będą na podstawie prawidłowo wypełnionego pisemnego zamówienia Zamawiającego przesłanego faksem (na numer), email (na adres), lub pocztą na adres Wykonawcy. Minimalne dane niezbędne do prawidłowego zamówienia Odczynników to: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa handlowa i numer katalogowy zamawianych produktów, ilość, cena lub wskazanie właściwej umowy handlowej, miejsce dostawy oraz oczekiwana data dostawy. W przypadku materiału kontrolnego, niezbędną informacją jest również numer zamawianej serii (LOT), zgodnie z harmonogramem dostaw. Czas realizacji zamówienia biegnie od momentu jego skutecznego dotarcia do Wykonawcy.”

Wykonawca wskazuje, iż powyższy zapis umożliwia zapewnienie pod względem technicznym ciągłości dostaw do Zamawiającego, a także stanowi gwarancję Wykonawcy do rzetelnego wywiązania się z zobowiązań dotyczących dostaw Odczynników względem Zamawiającego – umożliwia precyzyjne planowanie oraz zapewnia pewność dostaw, pogłębiając wzajemne zaufanie obu stron umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie zapisu w następujący sposób:

„Dostawy Odczynników realizowane będą na podstawie prawidłowo wypełnionego pisemnego zamówienia Zamawiającego przesłanego faksem (na numer), email (na adres), lub pocztą na adres Wykonawcy. Minimalne dane niezbędne do prawidłowego zamówienia Odczynników to: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa handlowa i numer katalogowy zamawianych produktów, ilość, wskazanie właściwej umowy handlowej, miejsce dostawy. W przypadku materiału kontrolnego, niezbędną informacją jest również numer zamawianej serii (LOT), zgodnie z harmonogramem dostaw.”

Pytanie 5 §3 ust. 2 pkt 1):

Prosimy o doprecyzowanie niniejszego postanowienia poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: „wraz z pierwszą dostawą zamawianego towaru, a następnie wraz z każdą zmianą ww. dokumentów”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę jednocześnie doprecyzowując w/w zapis .

Pytanie 6 §4 ust. 1:

Prosimy o odpowiednią modyfikację ww. postanowienia poprzez zastąpienie zapisu „w terminie do 60 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury” wyrażeniem „w terminie do 60 dni od dnia wystawienia faktury. Jeżeli Zamawiający otrzyma fakturę po upływie 5 dni od daty jej wystawienia, termin płatności liczy się od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego”.

Wykonawca wskazuje, iż dotychczasowy zapis powoduje, że niemożliwe jest bezpośrednie ustalenie daty powstania obowiązku podatkowego oraz dokładne określenie początku biegu terminu płatności.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7 §4 ust. 2:

Prosimy o wykreślenie niniejszego postanowienia. Wykonawca wskazuje, iż w stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron, zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent swego świadczenia od kontrahenta, dlatego też zgodnie z art. 490 KC gdy spełnienie świadczenia przez drugą stronę staje się wątpliwe ze względu na jej stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem do czasu gdy druga strona zaoferuje świadczenie wzajemne lub da stosowne zabezpieczenie. Mając na uwadze powyższe prosimy o wykreślenie ww. postanowienia i dodanie zapisu w brzmieniu:

„Na wypadek zwłoki Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu ponad 60 dni licząc od terminu zapłaty, Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności”.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8 §4:

Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu:

„W przypadku przekroczenia terminu zapłaty Wykonawca będzie uprawniony do naliczania odsetek ustawowych zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9 §5 ust. 5:

Prosimy o usunięcie niniejszego postanowienia wzoru umowy, gdyż zastrzeżenie kary umownej na wypadek dokonywania przez Wykonawcę czynności, których celem jest doprowadzenie do spłaty zadłużenia jest rażąco wygórowane.

Zgodnie z art. 354 § 1 Kodeksu cywilnego, dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje - także w sposób odpowiadający tym zwyczajom.

W związku z powyższym wierzyciel dysponuje wszelkimi środkami – z wyłączeniem tych, których prawo zabrania mu używać. Ponadto zastrzeżenie kary umownej ma cel odszkodowawczy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonywania umowy. Kara umowna ma więc na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być nadmierna i nie może dążyć do przewyższenia poniesionej szkody.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10 §6 ust. 3:

Prosimy o modyfikację ww. postanowienia poprzez dodanie zdania w następującym brzmieniu:

„Przed zastosowaniem jednak powyższego środka, Zamawiający zobowiązany jest wezwać Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając mu odpowiedni termin do wykonania obowiązku umownego.”

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11 §6 ust. 9:

Wykonawca zwraca uwagę na kwestię potrącania kar umownych z wynagrodzenia. Prosimy o usunięcie tego zapisu. Zasadnym jest, aby Wykonawca znał ewentualną wysokość kary przed jej potrąceniem i mógł wówczas wyrazić zgodę na jej potrącenie z bieżących należności. Wskazany przez Zamawiającego sposób „potrącania” może prowadzić do licznych błędów.

Ewentualnie, prosimy o modyfikację ww. postanowienia poprzez dodanie zdania w następującym brzmieniu:

„W takim przypadku potrącenie dokonane będzie przez pisemne oświadczenie złożone Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT. W razie złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o potrąceniu kwoty z tytułu naliczonych kar umownych, należne wynagrodzenie wypłacane Wykonawcy pomniejszone zostanie o tę kwotę”.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12 §6:

Prosimy o uzupełnienie zapisu poprzez dodanie zdania:

„Obowiązek naliczania kar umownych nie dotyczy okoliczności, gdy Wykonawca wstrzyma kolejne dostawy na skutek zwłoki Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu ponad 60 dni licząc od terminu zapłaty.”

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13 §6:

Prosimy o modyfikację niniejszego postanowienia umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto, nie brutto.

Wykonawca wskazuje, iż VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14 §6:

Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia wzoru umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, z wyłączeniem okoliczności, o której mowa w §7 ust. 1 niniejszej umowy”.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15 §6:

Prosimy o uzupełnienie zapisu poprzez dodanie zdania:

„Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej”.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16 §6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu:

"Łącznie wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §1 ust. 4 niniejszej umowy".

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17 §7 ust. 2:

Prosimy o modyfikację ww. postanowienia poprzez dodanie zdania w następującym brzmieniu:

„Przed zastosowaniem jednak powyższego środka, Zamawiający zobowiązany jest wezwać Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając mu odpowiedni termin do wykonania obowiązku umownego.”

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18 §7 ust. 3:

Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia projektu umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„za wyjątkiem okoliczności, gdy Wykonawca poinformował wcześniej Zamawiającego o niemożności realizacji zamówienia w terminie, za co nie ponosi winy”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodatnie zapisu.

Pytanie 19 §10 ust. 1:

Prosimy o uzupełnienie postanowienia zapisem w brzmieniu:

„(..) lub do wyczerpania całkowitej wartości umowy określonej w §1 ust. 4 niniejszej umowy”.

Odpowiedź: Zamawiający zawarł powyższy zapis w §10 ust. 2 umowy dostawy.

Dotyczy SIWZ, Wzór umowy dzierżawy:

Pytanie 20 §2 ust. 2:

Prosimy o odpowiednią modyfikację ww. postanowienia poprzez zastąpienie zapisu *„od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury”* wyrażeniem *„od dnia wystawienia faktury. Jeżeli Zamawiający otrzyma fakturę po upływie 5 dni od daty jej wystawienia, termin płatności liczy się od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego”.*

Wykonawca wskazuje, iż dotychczasowy zapis powoduje, że niemożliwe jest bezpośrednie ustalenie daty powstania obowiązku podatkowego oraz dokładne określenie początku biegu terminu płatności.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 21 §3 ust. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby *termin na dostarczenie przedmiotu dzierżawy liczony był w dniach roboczych?*

Jeżeli tak, prosimy o dopisanie po słowach *„w nieprzekraczalnym terminie 7 dni”* wyrażenia *„roboczych”.*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 22 §9:

Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia wzoru umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„Dzierżawca zapłaci Wyzdierżawiającemu karę umową w wysokości 10% wartości wynagrodzenia niezrealizowanej części umowy dzierżawy, w przypadku odstąpienia od umowy przez Wyzdierżawiającego z przyczyn leżących po stronie Dzierżawcy”.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 23 §9:

Prosimy o modyfikację niniejszego postanowienia umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto, nie brutto.

Wykonawca wskazuje, iż VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 24 §9:

Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu:

„W przypadku przekroczenia terminu zapłaty Wykonawca będzie uprawniony do naliczania odsetek ustawowych zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 25 §9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu:

"Łącznie wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §2 ust. 1 niniejszej umowy".

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 26 §11 ust. 5:

Prosimy o usunięcie niniejszego postanowienia wzoru umowy, gdyż zastrzeżenie kary umownej na wypadek dokonywania przez Wykonawcę czynności, których celem jest doprowadzenie do spłaty zadłużenia jest rażąco wygórowane.

Zgodnie z art. 354 § 1 Kodeksu cywilnego, dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje - także w sposób odpowiadający tym zwyczajom.

W związku z powyższym wierzyciel dysponuje wszelkimi środkami – z wyłączeniem tych, których prawo zabrania mu używać. Ponadto zastrzeżenie kary umownej ma cel odszkodowawczy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonywania umowy. Kara umowna ma więc na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być nadmierna i nie może dążyć do przewyższenia poniesionej szkody.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Dotyczy SIWZ, Pakiet nr 5: Dotyczy SIWZ, Wzór umowy dostawy:

Pytanie 27 §3 ust. 4:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie krwi kontrolnej do analizatora hematologicznego, której ważność jest krótsza niż 6 miesięcy od momentu dostarczenia zgodnie z harmonogramem, ale skalkulowana jest w ilości uwzględniającej zarówno ważność jak i ilość wymaganą przez Zamawiającego? Jeżeli tak, prosimy o uzupełnienie niniejszego punktu SIWZ zapisem w brzmieniu:

„z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności jest zgodny z harmonogramem dostaw materiału kontrolnego dostępnym na stronie www.....pl”.

Wykonawca wskazuje, iż krew kontrolna jest materiałem o krótkim okresie ważności ze względu na rodzaj materiału, dostarczana jest zgodnie z harmonogramem tak, aby Zamawiający miał zawsze ważną krew. Obecnie nie ma na rynku dostępnej krwi kontrolnej o dłuższym okresie ważności.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Uczestnik 8

Pytanie 1 Dotyczy pakietu IX

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu w opakowaniu zawierającym 50 oznaczeń?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 Dotyczy pakietu IX

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu bez kontroli dodatniej i ujemnej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 Dotyczy pakietu XV

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach 1 i 2 testów bez kontroli dodatnich i ujemnych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4 Dotyczy pakietu XV

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pozycji 2 testu w opakowaniu zawierającym 25 oznaczeń i zaferowanie 6 takich opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5 Dotyczy pakietu XVI

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie testów z 4-miesięcznym terminem ważności?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6 Dotyczy pakietu XVIII

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pozycjach 5, 6, 9, 12 podłoża z 5-tygodniowym terminem ważności?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7 Dotyczy pakietu XVIII

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pozycji 7 podłoża 2 sekcyjnego Enterococoseł Agar/Arabinosa Agar zamiast samego podłoża z arabinozą, do różnicowania E.faecalis I E.faecium?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8 Dotyczy pakietu XVIII

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pozycji 11 podłoża do antymykogramów o następującym składzie (g/l): Hydrolizat kazeinowy 17,5 g; Skrobia ziemniaczana 1,5 g; Wyciąg mięsny 2,0 g; Agar 17,0 g; Glukoza 10,0 g; Glicerofosforan sodowy 2,5 g zamiast podłoża Mueller-Hinton II Agar +Glukoza+MB do mykogramu met.dyfuzyjno-krążkową?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9 Dotyczy pakietu XVIII

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu pozycji 7, 11 i utworzy dla nich oddzielny pakiet? Wydzielenie tych pozycji z pakietu umożliwi złożenie oferty większej licznie Wykonawców i znacznie zwiększy konkurencyjność cen?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10 Dotyczy pakietu XVIII

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pozycjach 7, 11, 24 produktów, które nie są wyrobami medycznymi?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11 Dotyczy pakietu XVIII

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie podłoża na płytkach i probówkach oznaczonych trwałym nadrukiem zawierającym nazwę skróconą podłoża, nr katalogowy, nr serii, datę ważności, nazwę producenta?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12 Dotyczy pakietu XXVI

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie testu w opakowaniu zawierającym 10 oznaczeń?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy odpowiednim przeliczeniu ilości.

Pytanie 13 Dotyczy pakietu XXVI

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie testu o czułości 95,65% i specyficzności 91,67%?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14 Dotyczy pakietu XXIX

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie testu w opakowaniu zawierającym 100 oznaczeń i zaferowanie 15 takich opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 15 Dotyczy pakietu XXX

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na brak wyceny enzymu z pozycji 4 jeżeli enzym ekstrakcyjny wchodzi w skład testów wymienionych w pozycjach 1-3?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 16 Dotyczy pakietu XXX

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu lateksowego do identyfikacji paciorkowców β -hemolizujących grupy A, B, C, D, F, G zamiast testu lateksowego do identyfikacji paciorkowców β -hemolizujących grupy A, B, C, D, G?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 17 Dotyczy pakietu XXXII

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krążków w opakowaniu zawierającym 100 krążków i zaoferowanie 25 takich opakowań?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18 Dotyczy pakietu XXXIII

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krążków w opakowaniu zawierającym 100 krążków i zaoferowanie 4 takich opakowań?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Dotyczy umowy

Pytanie 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby dokumenty dopuszczające towar do użytku w placówkach ochrony zdrowia RP (deklaracje CE) dostarczone były jednorazowo wraz z pierwszą dostawą, a nie do każdej dostawy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę aby dokumenty dopuszczające towar do użytku w placówkach ochrony zdrowia RP (deklaracje CE) dostarczone były jednorazowo wraz z pierwszą dostawą zamawianego towaru, a następnie wraz z każdą zmianę ww. dokumentów

Pytanie 20

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby termin ważności dostarczanych odczynników wymieniony w § 3 ust. 4 był zgodny z zapisem dla każdego pakietu?

Odpowiedź: tak, zgodnie z SIWZ.

Uczestnik 9

Pytanie 1 dot. pakiet IV

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie odczynnika do oznaczania PT w fiolkach 5 ml, o stabilności na pokładzie analizatora min. 5 dni, przy zachowaniu wymogu spełniania pozostałych wymogów dotyczących odczynnika?

Z podanej liczby badań wynika, że fiołka o wskazanej wielkości byłaby zużyta w ciągu 1 dnia. Postawienie wymogu stabilności odczynnika bez określenia wielkości fiołki może prowadzić do sytuacji, w której Zamawiający dopuszcza zaoferowanie odczynników w fiolkach np. 20 ml, które będą zużywane w ciągu 5 dni (przy stabilności 7 dni), a odrzuca możliwość zaoferowania fiołki 5 ml, która będzie zużyta w ciągu 1 dnia (przy stabilności 5 dni).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 2 dot. pakiet IV

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowania odczynnika do APTT wyprodukowanego w oparciu o naturalne fosfolipidy, przy zachowaniu spełniania pozostałych wymogów dotyczących odczynnika?

Z punktu widzenia diagnostycznego syntetyczne / naturalne fosfolipidy nie mają żadnego znaczenia i nie przekładają się na jakość uzyskiwanych wyników.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 3 dot. pakiet IV

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie odczynnika do Fibrynogenu o stabilności na pokładzie analizatora min. 5 dni, przy zachowaniu wymogu spełniania pozostałych wymogów dotyczących odczynnika?

A.P./A.K.-R./A.F./M.N.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 4 dot. pakiet IV

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie odczynnika do AT III w postaci liofilizatu, o stabilności min. 5 dni w temp. lodówki z jednoczesną kalkulacją odczynnika w taki sposób, że Wykonawca zapewni ciągły dostęp do stabilnego odczynnika? Dla Wykonawcy będzie wiązało się to z wyceną większej ilości fiolek odczynnika jednak patrząc na dotychczasowe doświadczenie kwota całkowitej oferty może być niższa niż w przypadku, kiedy w postępowaniu ofertę składa tylko jedna firma z pełną świadomością, że zapisy SIWZ spowodują całkowity brak konkurencji.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5 dot. pakiet IV

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie odczynnika do D-dimerów o liniowości w pierwszym oznaczeniu min. 5000 ng/ml FEU z poświadczoną wiarygodnością w wykluczaniu żylnej choroby zatorowej (zakrzepica żył głębokich i zatoru płucnego) poprzez niezależne badania kliniczne w renomowanych ośrodkach. Odczynnik spełnia standardy określone przez CLSI oraz posiada wszystkie niezbędne certyfikaty oraz badania umożliwiające sprzedaż odczynnika na terenie całej Unii Europejskiej.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6 dot. pakiet IV

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie z ofertą kart charakterystyk oraz ulotek przedmiotu zamówienia w plikach PDF na płycie CD? Oczekiwanie wymienionych dokumentów w formie papierowej w ofercie spowoduje znaczące zwiększenie jej objętości.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ, jednocześnie Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie ich w postaci oddzielnego, zbindowanego tomu, gdzie poświadczenie za zgodność będzie widniało tylko na pierwszej stronie tomu dla jego pozostałych stron.

Uczestnik 10

Pytanie1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby karty charakterystyk substancji niebezpiecznych były dostępne na Bibliotece Technicznej na stronie internetowej oferenta, do której Zamawiający posiada bezpłatny, całodobowy dostęp, bez konieczności dołączania ich do pierwszej dostawy? Adres strony internetowej zostanie podany w ofercie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę aby karty charakterystyk substancji niebezpiecznych były dostępne na Bibliotece Technicznej na stronie internetowej oferenta.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin ważności dla Pakiet nr XVI – min. 4 miesiące od daty dostawy do Zamawiającego i tym samym zmieni kryterium oceny ofert dla tego pakietu ?

Uzasadnienie: Ze względu na skład i komponenty nie można określić terminu ważności odczynników na wymagane przez Zamawiającego minimum

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 Dotyczy pakietu nr 17 Część A punkt 6 , część B punkt 1.

Czy Zamawiający dopuści aparaty z roku 2009? Aparaty są w pełni sprawne objęte gwarancją i autoryzowanym serwisem zgodnie w wymogami SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4 Dotyczy część B (wymagania graniczne podłoża hodowlane) punkt 11.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczania podłoża na sztuki. Uzasadnienie: Pełne opakowania gwarantują Zamawiającemu zachowanie wysokiej jakości produktu. Ze względu na procedury ISO oraz zgodnie z polskim ustawodawstwem - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro i zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 20 maja 2010r., firma nie ma możliwości rozpakowania i rozdzielania opakowań, bez utraty właściwości produktów.

A.P./A.K.-R./A.F./M.N.

Odpowiedź: Zamawiający odstepuje od wymogu dostarczenia podłoży na sztuki.

Pytanie 5 Dotyczy pakietu nr 17 pozycja część A pozycja 4 –

Czy nie nastąpiła omyłka pisarska w pozycji:

Szybki test do wykrywania karbapenemaz, zwalidowany na podłoża chromogenne i wybiórczo-różnicujące, czułość min. 95%, z ujemną próbą kontrolną i wzorcem gęstości zawiesiny, op. 25 sztuk	150	op.
---	-----	-----

Czy nie powinno być: ?

Szybki test do wykrywania karbapenemaz, zwalidowany na podłoża chromogenne i wybiórczo-różnicujące, czułość min. 95%, z ujemną próbą kontrolną i wzorcem gęstości zawiesiny, op. 25 sztuk	150	sztuk
---	-----	-------

Odpowiedź: Tak, nastąpiła omyłka pisarska, powinno być 150 szt. tj . 6 opakowań a'25szt.

Pytanie 6 Dotyczy pakietu nr 19 :

Czy Zamawiający wymaga, aby paski z gradientem stężeń były wykonane z trwałego plastiku, co uniemożliwia zniszczenie lub deformację paska podczas wyjmowania z opakowania zabezpieczającego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie 7 Dotyczy pakietu nr 19 :

Czy Zamawiający wymaga aby pasek z gradientem stężeń zawierał 30 wartości MIC na skali, co dwukrotnie zwiększy dokładność oznaczeń?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie 8 Dotyczy pakietu nr 25.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na testy konfekcjonowane po 20 sztuk w opakowaniu , spełniające wymogi odnoście czułości i swoistości , z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby spełnić wymogi ilościowe Zamawiającego ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby spełnić wymogi ilościowe Zamawiającego.

Pytanie 9 Dotyczy pakietu nr 17 tabela odczynnikowa B

Czy Zamawiający wymaga aby oferowane podłoża posiewów były wykonane z tworzywa sztucznego, uniemożliwiającego stłuczenie w trakcie transportu oraz w trakcie pobierania materiału od pacjenta ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Pytania do umowy dostawy:

Pytanie 10 §3 ust. 9

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„W przypadku dostawy w całości lub w części o niewłaściwej jakości, Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację złożoną na piśmie w ciągu 7 dni roboczych od daty jej otrzymania; jeżeli reklamacja zostanie uznana, towar wolny od wad Wykonawca dostarczy w terminach określonych w § 2 ust. 1”?

Uzasadnienie: Rozpatrzenie reklamacji wymaga przeprowadzenia specjalistycznych badań w laboratorium. Czas reklamacji jaki przewidział Zamawiający jest terminem nierealnym na prawidłowe przeprowadzenie badania, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę czas wzrostu bakterii, co jest niezbędnym elementem badania.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu.

Pytanie 11 §4 ust. 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Zapłata za dostarczony towar następować będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane poniżej: w terminie do 60 od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury na adres siedziby Zamawiającego bądź od daty jej otrzymania w formie elektronicznej, przesłanej na adres e-mail Zamawiającego tj.: Na fakturze powinien znajdować się numer umowy usługi bądź numer zamówienia wraz z wyodrębnieniem wszystkich pozycji wykonanej usługi oraz wszystkie dane określone w art. 106 e ustawy o VAT.”?

Uzasadnienie: Wykonawca prosi o modyfikację zapisu ze względu na wewnętrzne zmiany procedur firmowych, zgodnie z którymi faktury nie będą już dołączane do paczki z realizowanym zamówieniem. Faktury będą każdorazowo wystawiane w dniu wysyłki towaru do Zamawiającego oraz będą przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Zamawiającego adres email. W związku z powyższym prosimy o modyfikację zapisu celem uniknięcia nieporozumień na tle realizacji przedmiotowej umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, modyfikując jednocześnie zapisy umowy w zakresie §4 ust. 1 poprzez wprowadzenie w/w zapisu.

Pytanie 12 §5 ust. 4

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13 §5 ust. 5

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14 §6 ust. 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w wysokości 0,5 % wartości brutto wadliwego towaru, za każdy dzień zwłoki ponad terminy określone w § 3 ust. 9 umowy.”?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15 §6 ust. 6

Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 5%?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytania do umowy dzierżawy:

Pytanie 16 §2 ust. 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Czynsz za dzierżawę płatny będzie z dołu w terminie do 60 od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury na adres siedziby Zamawiającego bądź od daty jej otrzymania w formie elektronicznej, przesłanej na adres e-mail Zamawiającego tj.: Na fakturze powinien znajdować się numer umowy usługi wraz z wyodrębnieniem wszystkich pozycji wykonanej usługi oraz wszystkie dane określone w art. 106 e ustawy o VAT na rachunek bankowy Wyzierżawiającego wskazany poniżej:

..... Miesiącem zapłaty pierwszego czynszu dzierżawy jest miesiąc następujący po miesiącu, w którym dokonano odbioru przedmiotu dzierżawy przez komisję, o której mowa w §3 ust. 4, przy czym wysokość czynszu będzie proporcjonalna do faktycznego czasu posiadania przez Dzierżawcę sprzętu w danym miesiącu, tj. proporcjonalnie do ilości dni kalendarzowych tego miesiąca.”?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, modyfikując jednocześnie zapisy umowy w zakresie §4 ust. 1 poprzez wprowadzenie w/w zapisu.

Pytanie 17 §3 ust. 7

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18 §9 ust. 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Wyzierżawiający zapłaci Dzierżawcy karę umowną, w przypadku nieterminowego dostarczenia przedmiotu dzierżawy, w wysokości 0,2 % wartości łącznego wynagrodzenia brutto wynikającego z umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu umowy po terminie określonym w § 3 ust. 1 umowy.”?

A.P./A.K.-R./A.F./M.N.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 19 §9 ust. 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Wydzierżawiający zobowiązuje się zapłacić kary umowne Dzierżawcy w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy wynikającego, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wydierżawiającego.”?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 20 §11 ust. 4

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 21 §11 ust. 5

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 22

Czy Zamawiający przewiduje wprowadzenie zapisów do umowy, regulujących kwestię powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku z wymogiem podłączenia analizatora do szpitalnej sieci laboratoryjnej?

Uzasadnienie : W związku z tym, iż Zamawiający wymaga podłączenia analizatora do szpitalnej sieci laboratoryjnej, w której znajdują się dane osobowe, prosimy o doprecyzowanie ww. kwestii.

Jednym z wymagań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest konieczność wprowadzenia zapisów do umowy głównej bądź zawarcia odrębnej umowy regulującej kwestię powierzenia przetwarzania danych w rozumieniu art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych. Zgodnie z cytowanym przepisem Administrator danych (Zamawiający) może powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych. W takim przypadku warto zaznaczyć, iż to do obowiązków administratora danych należy zawarcie komentowanej umowy, w przypadku kiedy powierza przetwarzanie danych innemu podmiotowi. W przypadku braku umowy powierzenia administrator danych może się narazić na zarzut przekazania danych osobie nieuprawnionej i odpowiedzialność karną z art 51 oraz 52 ustawy o ochronie danych osobowych.

Odpowiedź: Zamawiający, zamieścił na stronie internetowej Zamawiającego umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Uczestnik 11

Pytanie 1, dotyczy pakietu nr I – pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści analizator posiadający certyfikat zgodności CE?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Uczestnik 12

Pytanie 1 Dotyczy pakiet nr X, Formularz asortymentowo-cenowy

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania testów pakowanych po 10 sztuk, z przeliczeniem na wymaganą przez Zamawiającego ilość.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 Dotyczy pakiet nr XIV, Formularz asortymentowo-cenowy

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania testów pakowanych po 10 sztuk, z przeliczeniem na wymaganą przez Zamawiającego ilość.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 Dotyczy pakiet nr XV, Formularz asortymentowo-cenowy

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania testów w pozycji nr 1 i nr 2 pakowanych po 10 sztuk, z przeliczeniem na wymaganą przez Zamawiającego ilość.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4 Dotyczy pakiet nr XXIII, Formularz asortymentowo-cenowy

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania szczepów wzorcowych w postaci liofilizowanych krążków pochodzących z pierwszego pasażu, pakowanych po 10 lub 25 sztuk w fiolkach, po jednym opakowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5 Dotyczy pakiet nr XXV, Formularz asortymentowo-cenowy

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania testów pakowanych po 10 sztuk, z przeliczeniem na wymaganą przez Zamawiającego ilość.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6 Dotyczy pakiet nr XXVI, Formularz asortymentowo-cenowy

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania testów pakowanych po 10 sztuk, z przeliczeniem na wymaganą przez Zamawiającego ilość.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7 Dotyczy pakiet nr XXIX, Formularz asortymentowo-cenowy

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania testów pakowanych po 100 sztuk, z przeliczeniem na wymaganą przez Zamawiającego ilość.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ i z przeliczeniem na wymaganą przez Zamawiającego ilość.

Pytanie 8 Dotyczy pakiet nr XXXVI, Formularz asortymentowo-cenowy

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania testów pakowanych po 250 sztuk, z przeliczeniem na wymaganą przez Zamawiającego ilość, z zaokrągleniem w górę do 2 opakowań, 500 testów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ i z przeliczeniem na wymaganą przez Zamawiającego ilość z zaokrągleniem w górę do 2 opakowań, 500 testów

Pytanie 9 dotyczące § 4 ust. 2 - dotyczy projektu umowy.

Wnosimy o wykreślenie ze wzoru umowy § 4 ust. 2 mówiącego o nie wstrzymywaniu dostaw w razie zaległości płatniczych Zamawiającego. Zapis tak sprzeczny jest z art. 14 ustawy (art. 353 ze znacznikiem 1, art. 552 kodeksu cywilnego). Zamawiający dokonał ograniczenia praw. Wykonawcy przynależnych mu w przypadku nie wykonania zobowiązani Zamawiającego. Mianowicie, w przypadku braku zapłaty za dostarczoną część przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest nieprzerwanie realizować kolejne zamówienia, mimo, że za poprzednie nie otrzymał zapłaty w umówionym terminie. Skoro zamawiający zapisuje cały szereg sankcji wobec Wykonawcy części jego ustawowych praw przysługujących w przypadku niewłaściwego wykonania umów wzajemnej przez Zamawiającego. Zastosowanie w praktyce treść § 5 ust. 2 poważnie zagraża płatności finansowej Wykonawcy

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10 - dotyczy projektu umowy.

W nawiązaniu do zapisów SIWZ, sugerujących konieczność uwzględnienia w cenie oferty wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie prognozowanej ilości zamówień, składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Powyższe stanowi niezbędne informacje, konieczne do właściwego przygotowania oferty przetargowej w zakresie dokonania właściwej wyceny asortymentu w koszt którego Wykonawcy powinni w kalkulować koszt wykonywanych dostaw.

Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie do projektu umowy zapisu o następującym brzmieniu:

„Zamawiający oświadcza, że w trakcie realizacji umowy przewiduje realizację maksymalnie dostaw miesięcznie, co daje liczbę dostaw przez pełen okres obowiązywania niniejszej umowy. W przypadku złożenia większej ilości zamówień od ilości prognozowanych w okresie miesięcznym, Zamawiający wyraża zgodę na realizację zamówienia w terminie dostosowanym do prognoz.”

Odpowiedź: : Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzeniu w/w zapisu, jednocześnie informuje, iż będzie realizował zamówienie sukcesywnie przez okres 17 miesięcy zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Pytanie 11 – dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie poniższego zapisu w § 1:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”.

Zgodnie z opinią UZP instytucja prawa zakłada, że zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany, co pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać. W orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyką jest określenie przez zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno wyda na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. „Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny”, Izba uznała ponadto w tym przypadku, że „zamawiający zastosował praktykę handlową, która pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze kontraktu, co z kolei stoi w sprzeczności z zasadą równości stron umowy”. Instytucja prawa opcji pozwala zatem na precyzyjne określenie poziomu zamówienia, który zostanie przez zamawiającego zrealizowany, co pozwala wykonawcom na prawidłowe dokonanie wyceny oferty (por. wyrok KIO z dnia 23 lipca 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1447/10, wyrok KIO z dnia, sygn. akt KIO/UZP 2376/10).

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ, Zamawiający zawarł powyższy zapis w § 1 ust. 2 umowy dostawy.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia zmian wynikających z odpowiedzi na zapytania w składanych ofertach. Zamawiający zamieścił odpowiedzi na stronie internetowej www.szpital.suwalki.pl

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 05/04/2017r.

Z poważaniem

Adam Szałanda

DYREKTOR

Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera
w Suwałkach