



Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60
tel. (0-87) 562 94 21 fax (0-87) 562 92 00
e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl

NIP 844-17-86-376

REGON 790319362



Suwałki, dnia 15/05/2017r.

L.dz. SZW.DZI.262.131/21/PN/MN/2017

Wszyscy uczestnicy postępowania

NS: 21/PN/MN/2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa systemów do pobierania krwi żyłnej i włóśniczkowej wraz z dzierżawą aparatu do OB dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

SPROSTOWANIE DO ODPOWIEDZI

Z DNIA 15/05/2017R.

Zamawiający dokonuje sprostowania odpowiedzi na zapytania a w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
Dostawa systemów do pobierania krwi żyłnej i włóśniczkowej wraz z dzierżawą aparatu do OB dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w zakresie Uczestnik 2 pytanie 1:

Jest:

Uczestnik 2

Pytanie 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w poz. 6 i 7 pakietu 1 zał. Nr 3 do SIWZ probówek do koagulologii gdzie objętość podana na etykiecie probówki jest miarą objętości pobranej krwi od pacjenta oraz objętości płynnego odczynnika znajdującego się w probówce.

Odpowiednio w przypadku probówki z poz 7. ilość pobranej krwi wynosi 2,7 ml, ilość odczynnika w probówce wynosi 0,3 ml co daje łącznie objętość 3 ml próbki poddanej analizie.

W przypadku probówki z poz.6 ilość pobranej krwi wynosi 1,8 ml, ilość odczynnika w probówce wynosi 0,2 ml co daje łącznie objętość 2 ml próbki poddanej analizie

Ilości pobranej krwi w stosunku do ilości odczynnika w probówce odpowiadają wymaganej dla probówek koagulologicznych proporcji 9:1.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ, tj. dla pozycji 6 - objętość pobrania 1,8 ml i ilość odczynnika w probówce wynosi 0,2 ml, dla poz. 7 - objętość pobrania 2,7 ml i ilość odczynnika w probówce wynosi 0,3 ml.

Powinno być:

Uczestnik 2

Pytanie 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w poz. 6 i 7 pakietu 1 zał. Nr 3 do SIWZ probówek do koagulologii gdzie objętość podana na etykiecie probówki jest miarą objętości pobranej krwi od pacjenta oraz objętości płynnego odczynnika znajdującego się w probówce.

Odpowiednio w przypadku probówki z poz 7. ilość pobranej krwi wynosi 2,7 ml, ilość odczynnika w probówce wynosi 0,3 ml co daje łącznie objętość 3 ml próbki poddanej analizie.

W przypadku próbki z poz.6 ilość pobranej krwi wynosi 1,8 ml, ilość odczynnika w próbce wynosi 0,2 ml co daje łącznie objętość 2 ml próbki poddanej analizie

Ilości pobranej krwi w stosunku do ilości odczynnika w próbce odpowiadają wymaganej dla próbek koagulologicznych proporcji 9:1.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, tj. dla pozycji 6 - objętość pobrania 1,8 ml i ilość odczynnika w próbce wynosi 0,2 ml, dla poz. 7 – objętość pobrania 2,7 ml i ilość odczynnika w próbce wynosi 0,3 ml.

Jednocześnie Zamawiający informuje że, działając zgodnie z art. 38 ust. 4a ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku przesunął:

- ✓ Termin składania ofert: 19/05/2017r. godz. 12:00
- ✓ Termin otwarcia ofert: 19/05/2017r. godz. 13:00

Warunki dotyczące miejsca oraz godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Adam Szalanda

DYREKTOR

Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera
w Suwałkach