



Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60
tel. (0-87) 562 94 21 fax (0-87) 562 92 00
e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl

NIP 844-17-86-376

REGON 790319362



Suwałki, dnia 2017-05-16

L.dz. SZW.DZI.262.135/18/PN/MN/2017

Wszyscy uczestnicy postępowania

NS: 18/PN/MN/2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: dostawa dializatorów, linii krwi i sprzętu specjalistycznego dla Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach przesyła treść zapytań dotyczących zapisów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Uczestnik 1

PAKIET NR 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku ze spongostanem w rozmiarze 38 x 72 mm. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Uczestnik 2

Pytanie 1

Czy Zamawiający w formularzu asortymentowo – cenowym stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej jako SIWZ) w Pakiecie 2 (dwa), w kolumnie oznaczonej jako „Przedmiot zamówienia” w zamian zaproponowanego dializatora z błoną syntetyczną z helixone dopuści dializator z błoną polisulfanową, z jednoczesnym zachowaniem pozostałych parametrów przedmiotu zamówienia oznaczonego w Pakiecie 2?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dializator polisulfonowy sterylizowany parą wodną pod warunkiem że klirens fosforanowy nie będzie gorszy dla odpowiednich powierzchni 1,4 m² – min. 160 ml/min. Dla dializatora 1,8 m² – min. 170 ml/min

Z poważaniem

Dr. n.med. Marek Kiluk

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Szpitala Wojewódzkiego
im. Dr. Ludwika Rydygiera
w Suwałkach