



Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem  
w Poznaniu

ul. Bolesława Kryśiewicza 7/8, 61-825 Poznań

Bank Śląski S.A. O/Poznaniu Nr 93 1050 1520 1000 0005 0332 1192

tel. 61 850 62 00  
fax. 61 852 98 06  
e-mail: kancelaria@szoz.pl  
www.szoz.pl  
NIP: 778-11-28-565  
REGON: 630863147

Poznań, data 26.05.2017 r.

Nasz znak: **ADZP –381-14/17**

**Do Wykonawców**

## **ODPOWIEDŹ**

### **na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-05-23, 2017-05-24, 2017-05-25 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

**Dostawę drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku.**

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

**Pytanie nr 1 – Pakietu nr V** Zwracamy się z wnioskiem o wyrażenie zgody na zaoferowanie produktu równoważnego do endoskopowego leczenia odpływów pęcherzowo-moczowodowych z powodzeniem stosowanego w największych polskich szpitalach na oddziałach dziecięcych, gdzie 1ml żelu zawiera:

Sól sodowa usieciowanego kwasu hialuronowego 17 mg

Dextranomer 50 mg

Chlorek sodu 6,9 mg

Woda do wstrzykiwań ad 1 ml

-biodegradowalny, jałowy żel do endoskopowego ostrzykiwania ujść moczowodowych, wraz z igłą metalową Cook Medical.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 2** -dotyczy zadania nr 1 poz. 24-32: zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie cewników Foley sterylizowanych EO, pakowanych podwójnie folia/ folia-papier.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 3**-dotyczy zadania nr 1 poz. 118: zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu IS wiodącego producenta BBraun o następujących parametrach: "Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych. Dwuczęściowa komora kroplowa - górna twarda wykonana z przezroczystego plastiku, natomiast dolna część miękka. Płaski filtr 15um położony na dnie komory kroplowej, dren 150 cm wykonany z elastycznego materiału, zacisk rolkowy z miejscem do umocowania końcówki drenu i zintegrowaną osłoną na kolec komory kroplowej po zużyciu aparatu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, przezroczyste zakończenie luer lock. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności Filtracji bakterii (BFE) min 99,99.

Dren bez DEHP i latexu.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Szpital św. Józefa  
ul. Kryśiewicza 7/8  
61-825 Poznań  
tel. 61 850 62 00  
fax. 61 852 98 06

Szpital św. Józefa  
ul. Nowowiejskiego 56/58  
60-734 Poznań  
tel. 61 852 44 91

Szpital św. Rodziny  
ul. Jarochońskiego 18  
60-235 Poznań  
tel. 61 866 50 12  
fax. 61 866 23 24

**Pytanie nr 4-**dotyczy zadania nr 1 poz. 125: zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 2 ml wiodącego producenta BBraun o następujących parametrach: „Strzykawki dwuczęściowe 2 ml, jałowe, końcówka luer slip, minimalna objętość zalegająca, dobrze czytelna, nieścieralna skala co 0,1 ml możliwość napełnienia do 3 ml; zabezpieczenie przed wysunięciem się tłoka np. kryza, przesuw tłoka płynny, równomierny. Opakowanie jednostkowe typu blister-pack.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 5-**dotyczy zadania nr 1 poz. 126: zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 5 ml wiodącego producenta BBraun o następujących parametrach: „Strzykawki dwuczęściowe 5 ml, jałowe, końcówka luer slip, minimalna objętość zalegająca, dobrze czytelna, nieścieralna skala co 0,2 ml możliwość napełnienia do 6 ml; zabezpieczenie przed wysunięciem się tłoka np. kryza, przesuw tłoka płynny, równomierny. Opakowanie jednostkowe typu blister-pack.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 6-**dotyczy zadania nr 1 poz. 127: zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 10 ml wiodącego producenta BBraun o następujących parametrach: „Strzykawki dwuczęściowe 10 ml, jałowe, końcówka luer slip, minimalna objętość zalegająca, dobrze czytelna, nieścieralna skala co 0,5 ml możliwość napełnienia do 12 ml; zabezpieczenie przed wysunięciem się tłoka np. kryza, przesuw tłoka płynny, równomierny. Opakowanie jednostkowe typu blister-pack.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 7-** dotyczy zadania nr 1 poz. 128: zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 20 ml wiodącego producenta BBraun o następujących parametrach: „Strzykawki dwuczęściowe 20 ml, jałowe, końcówka luer slip, minimalna objętość zalegająca, dobrze czytelna, nieścieralna skala co 1,0 ml możliwość napełnienia do 24 ml; zabezpieczenie przed wysunięciem się tłoka np. kryza, przesuw tłoka płynny, równomierny. Opakowanie jednostkowe typu blister-pack.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 8-**dotyczy zadania nr 1 poz. 133-134: zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie woreczków do pobierania próbek moczu u niemowląt o poj. 100 ml, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 9-** dotyczy zadania nr 1 poz. 143: zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do wlewów rektalnych mikrobiologicznie czystych.

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ.

**Pytanie nr 10** - dotyczy zadania nr 1 poz. 154: zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu IS bursztynowy wiodącego producenta BBraun o następujących parametrach: „Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych bursztynowy Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania, dł drenu 180 cm.

Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,99. Zestaw wolny od DEHP i latexu. Osobno dołączony worek ochronny w kolorze zielonym na płyny infuzyjne o objętości 100-250 ml lub 500-1000ml”.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 11-** dotyczy zadania nr 1 poz. 156: zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do infuzji wiodącego producenta BBraun o następujących

parametrach: „Aparat z precyzyjnym regulatorem przepływu w zakresie od 0-250 z zastawką antyrefluksową w kształcie koła z możliwością regulacji jedną ręką. Bez DEHP, długość drenu 180 cm”.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 12-** zamówienie częściowe nr 1-Czy Zamawiający dopuści wycenę pakietu na pozycje? Pakiet jest bardzo zróżnicowany pod względem asortymentowym i znacznie ogranicza możliwość wystartowania większej ilości wykonawców?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z zapisami SIWZ.

**Pytanie nr 13-**Czy Zamawiający w poz. 105 dopuści wycenę za opakowanie a'144 szt.?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 14-**Czy Zamawiający dopuści w poz. 106-114 Sterylne ostrza chirurgiczne ze stali węglowej jednorazowego użytku z wygrawerowanym rozmiarem, pakowane pojedynczo w folię aluminiową z identyfikacją rozmiarową oraz zbiorcze opakowanie zawierające 100 szt.?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 15-**Czy Zamawiający dopuści w poz. 118 dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, komora kroplowa min. 5 cm, z ostrą igłą biorczą czterokanałową - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską kłapką - przezroczysta komora kroplowa z filtrem - rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu?

**Odpowiedź:** Nie , zgodnie z zapisami SIWZ.

**Pytanie nr 16-**Czy Zamawiający dopuści w poz. 123-124 strzykawki bez podwójnej skali?

**Odpowiedź:** Nie , zgodnie z zapisami SIWZ.

**Pytanie nr 17-**Czy Zamawiający dopuści w poz. 130 strzykawkę bez podwójnej skali I bez logo producenta na strzykawce?

**Odpowiedź:** Nie , zgodnie z zapisami SIWZ.

**Pytanie nr 18-**Czy Zamawiający dopuści w poz. 133-134 woreczki o pojemności 100 ml?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 19-**Czy Zamawiający wymaga w pozycji 138-139 wzierniki pakowane folia\_ papier?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 20-**Czy Zamawiający dopuści w poz 153 zaciskacz sterylny?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 21-Pytania do wzoru umowy:§8, ust. 1, pkt. a**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu umowy na: 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca?

**Odpowiedź:** Zamawiający dokonał modyfikacji wzoru umowy w/w paragrafie.

**Pytanie nr 22- §3, ust. 1, pkt. b - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu umowy na: 2% wartości brutto niedostarczonego w terminie zamówionego asortymentu za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie?**

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

**Pytanie nr 23-Pytania do SIWZ: Część 1, pozycja 21-23** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników Foley 100% silikon w opakowaniach zewnętrznych folia/folia? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 24 - Część 1, pozycja 62-67** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drenów brzusznych wykonanych z silikonu lub medycznego PVC? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 25- Część 1, pozycja 62-67** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drenów łączących do odsysania o długości 2000 mm lub 1500 mm o średnicy wewnętrznej 4,4 mm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 26- Część 1, pozycja 82** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły jednorazowej w rozmiarze 0,3x12 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 27-Część 1, pozycja 87** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie końcówki do odsysania pola operacyjnego z drenem o długości 2500 mm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 28-Część 1, pozycja 106-114** Czy Zamawiający wyrazi oczekuje ostrzy europejskiego producenta gwarantujących najwyższą jakość?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 29-Część 1, pozycja 125-128** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek z pojedynczym zabezpieczeniem tłoka przed wypadnięciem, z nazwą producenta nadrukowaną na cylindrze oraz standardowym opakowaniu z wyraźnie oznaczonymi pojemnościami strzykawek oraz piktogramami zgodnymi z normą ISO 7886-1 oraz Europejską Normą EN 980:2003? Proponowane strzykawki są zgodne z wymogami normy dopuszczającej strzykawkę jednorazowego użytku – ISO 7886-1, w przypadku negatywnej odpowiedzi żądamy wyjaśnienia i przedstawienia przesłanek medycznych i użytkowych, przemawiających za preferowanymi wymogami.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 30-Część 1, pozycja 154** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowych z workiem do osłony podawanego płynu pakowanym oddzielnie? Wskazany opis jednoznacznie sugeruje produkt jednego producenta.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 31-Część 1, pozycja 156** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządu z precyzyjnym regulatorem przepływu o następujących parametrach:

- Komora kroplowa o długości 6 cm z filtrem płynu o wielkości oczek 15µm;
- Kolec komory kroplowej z odpowietrznikiem i filtrem 0,45µm;
- Wyposażony w zacisk rolkowy oraz precyzyjny regulator przepływu;
- Regulator przepływu z nadrukowaną podwójną skalą;

- pierwsza skala, z niebieskim nadrukiem na białym tle, używana do określenia przepływu płynów o lepkości mniejszej lub równej 10%, o zakresie regulacji od „off” (oznaczającego zamknięcie przepływu) do 250 ml/h;

- druga skala, z białymi numerami na niebieskim tle, do określenia przepływu płynów o lepkości od 10 do 40%, o zakresie regulacji od „off” do 200 ml/h;

- Dren z PCW o długości 150 cm z portem Y;
- Wolny od ftalanów.

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 32-Część 4, pozycja 2** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieliszków w opakowaniach a'80 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź:** Dopuszczamy.

**Pytanie nr 33-Część 4, pozycja 5** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie okularków ochronnych do fototerapii w rozmiarze 30x38 cm w zamian za 30-35 cm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 34-Część 4, pozycja 9-15** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie ww. pozycji do oddzielnego pakietu, co umożliwi start w postępowaniu większej ilości Wykonawców, a Zamawiającemu pozwoli uzyskać więcej konkurencyjnych cenowo ofert?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 35-Pakiet 1, pozycja 12-18** Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania bez powierzchni mrożonej?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 36-Pakiet 1, pozycja 24-32** Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley'a sterylizowane tlenkiem etylenu?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 37-Pakiet 1, pozycja 45-47** Czy Zamawiający dopuści cewnik Nelaton ze standardowym konektorem? Jeżeli nie to proszę wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu co umożliwi złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców, a Państwu wybór korzystniejszej oferty.

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 38-Pakiet 1, pozycja 59-61** Czy Zamawiający dopuści cewnik do karmienia bez powierzchni zmrożonej?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 39-Pakiet 1, pozycja 59-61** Czy Zamawiający dopuści cewnik do karmienia bez wkładki redukcyjnej luer?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SIWZ.


**Pytanie nr 40-Pakiet 1, pozycja 59-61** Czy Zamawiający dopuści cewnik do karmienia o długości 500mm spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 41-Pakiet 1, pozycja 62-67** Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny wykonany z silikonowanego PCV? ocznymi?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 42-Pakiet 1, pozycja 77** Czy Zamawiający dopuści dren do ssaka z zakończeniem lejek - łącznik z kontrolą odsysania typu Kapkon, umożliwiającym nadzór nad siłą odsysania oraz podłączeniem drugiego drenu o średnicy CH 24 - Ø 5,60 mm/8,00 mm (wew./zew.) i długości 2100mm?



**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 43-Pakiet 1, pozycja 82** Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,3 x 13?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 44-Pakiet 1, pozycja 97** Czy Zamawiający dopuści końcówkę Yankauer z drenem o średnicy wewnętrznej 5,60mm?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 45-Pakiet 1, pozycja 105** Czy Zamawiający dopuści wycenę osłonek na głowicę USG w opakowaniach a'144szt. z przeliczeniem na 70 opakowań?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 46-Pakiet 1, pozycja 117** Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z komorą wykonaną z medycznego PCV bez nazwy producenta bezpośrednio na przyrządzie? W przypadku negatywnej odpowiedzi czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do oddzielnego zadania.

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 47-Pakiet 1, pozycja 117** Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi bez pochewki na igłę biorczą?

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 11 GRUDNIA 2012r. w sprawie leczenia krwią: Przyrządów do przetaczania krwi nie powinno rozłączać się z workiem, w związku z czym wymóg aby przyrząd posiadał pochewkę jest irracjonalny i naraża zamawiającego na prawdopodobieństwo praktyki niezgodnej z obowiązującymi przepisami: "Składniki krwi przetacza się za pomocą jednorazowych sterylnych zestawów (Art. 12. p. 6). „Przez jeden zestaw można przetaczać, podczas jednego zabiegu, jedną jednostkę krwi lub jej składnika, Zestaw należy zmienić również w przypadku, gdy po zakończonym przetoczeniu podaje się płyny infuzyjne” (Art. 12. p. 14) oraz „Po przetoczeniu pojemniki z pozostałością po przetoczeniu wraz z zestawami do przetoczenia opisane nazwiskiem i imieniem pacjenta oraz datą i godziną przetoczenia należy przechować w temperaturze od 2°C do 6°C przez 72 godziny w specjalnie do tego celu przeznaczonej chłodziarce, a następnie zutylizować w sposób uniemożliwiający pozyskanie danych osobowych pacjenta przez osoby nieuprawnione.” (Art. 12 p. 16)

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 48-Pakiet 1, pozycja 118** Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z igłą biorczą wykonaną z ABS bez wzmocnień włóknem szklanym oraz

bez nazwy producenta bezpośrednio na przyrządzie? W przypadku negatywnej odpowiedzi czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do oddzielnego zadania.

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 49-Pakiet 1, pozycja 125-128** Czy Zamawiający dopuści strzykawki bez kolorystycznego oznakowania rozmiaru na pojedynczym opakowaniu?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 50-Pakiet 1, pozycja 128** Czy Zamawiający dopuści strzykawki 20ml w opakowaniach a'70szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 51-Pakiet 1, pozycja 130** Czy Zamawiający dopuści strzykawkę Janette bez logo producenta na cylindrze?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 52-Pakiet 1, pozycja 132** Czy Zamawiający dopuści szczoteczki w opakowaniach a'100szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 53-Pakiet 1, pozycja 133-134** Czy Zamawiający dopuści woreczki do pobierania próbek moczu o pojemności 100ml?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 54-Pakiet 1, pozycja 140** Czy Zamawiający dopuści wieszak do worków na mocz jak na zdjęciu poniżej?



**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 55-pakiet 1, pozycja 176** Czy Zamawiający dopuści zestaw do wlewów rektalnych, niesterylny?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 56-Pakiet 1, pozycja 153** Czy Zamawiający dopuści zaciskacz o długości całkowitej ok. 52mm oraz długości ząbków w części wewnętrznej min. 35mm? Oczekiwane przez Zamawiającego zaciskacze nie są już produkowane.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 57-Pakiet 1, pozycja 154** Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą kropłową o długości 55mm w części przezroczystej, igłą biorczą wykonaną z ABS bez wzmocnień włóknem szklanym, bez nazwy producenta bezpośrednio na przyrządzie z workiem do osłony podawanego płynu o wymiarach 200mm x 300mm? W przypadku negatywnej odpowiedzi czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do oddzielnego zadania.

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 58-Pakiet 1, pozycja 156** Czy Zamawiający dopuści przyrząd z precyzyjnym regulatorem z drenem o długości 145cm oraz komorą kroplową bez odpowietrznika i filtra?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 59-Pakiet 4, pozycja 5** Czy Zamawiający dopuści okulary do fototerapii w poniższych rozmiarach?

Okulary do fototerapii rozm. S (290 mm – 355 mm)
Okulary do fototerapii rozm. M (310 mm – 375 mm)
Okulary do fototerapii rozm. L (330 mm – 395 mm)

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 60-Pakiet 4, pozycja 9-15** Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Zamawiający informuje iż w dniu 23.05.2017 r. dokonał modyfikacji formularza cenowego -zadanie częściowe nr 3 oraz dnia 26.05.2017 r. dokonał modyfikacji wzoru umowy w §8, ust. 1, pkt. a.**

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora  
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych

mgr inż. Małgorzata Krzymańska

Sprawę prowadzi: Katarzyna Królska, tel. 61 850 62 95, e-mail : [katarzyna.krolska@szoz.pl](mailto:katarzyna.krolska@szoz.pl), [zampub@szoz.pl](mailto:zampub@szoz.pl)