



**SZPITAL POWIATOWY**

w Limanowej

**Imienia Miłosierdzia Bożego**

ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa  
www.szpitallimanowa.pl  
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

**Sekcja Zamówień Publicznych**

**faks: 18 3372 710**

**e-mail: zampub@szpitallimanowa.pl**

**Pismo: NZ/27/D/N/AC/2017/87/2017**

Limanowa dnia: 2017-05-31

**Wszyscy zainteresowani !!!**

**ODPOWIEDŹ  
na zapytania w sprawie SIWZ nr 2**

Informujemy, iż w dniu 2017-05-31 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 38 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (T.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

**Dostawa i montaż sprzętu medycznego ujętego w 3 zadaniach asortymentowych,**

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zwracamy się z prośbą o udzielenie wyjaśnień i odpowiedzi na poniższe zapytania dotyczące treści SIWZ w ww. postępowaniu.

**Pytanie 1 LAMPA RTG NA ZAWIESZENIU SUFITOWYM**

Punkt 37 Wstępna kolimacja ustawiana automatycznie z programów anatomicznych oraz ręcznie

Czy Zamawiający dopuści aparat RTG z automatycznym kolimatorem ze zautomatyzowanymi blendami ustawianymi przy pomocy przycisków zlokalizowanych na froncie obudowy?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie 2 STÓŁ KOSTNY Z PŁYWAJĄCYM BLATEM**

Punkt 51 Zakres poziomego ruchu detektora w stole

Czy Zamawiający dopuści aparat RTG w którym zakres poziomego ruchu detektora w stole wynosi 39,1 cm, a zakres ruchu wzdłużnego blatu wynosi 840 mm? Różnica oferowanego rozwiązania w stosunku do wymogów Zamawiającego wynosząca 11,9 cm nie jest istotna w praktyce klinicznej.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie 3 STACJONARNY STATYW DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH**

Punkt 61 Zmotoryzowany przesuw detektora w pionie w zakresie

Czy Zamawiający dopuści aparat RTG wyposażony w funkcjonalność automatycznego pionowego nadążania lampy za ruchem pionowym detektora w statywie, przy czym przesuw statywu w pionie realizowany jest manualnie w zakresie ponad 140 cm. Takie rozwiązanie zapewnia większe bezpieczeństwo pacjenta i lepsze jego pozycjonowanie oraz jest wygodne dla technika wykonującego badanie.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza

Przedstawione stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy pzp, zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

**DYREKTOR**  
Szpitala Powiatowego w Limanowej

*mgr Marcin Radzięta*

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA  
BAKTERIOLOGICZNA