



Znak Sprawy: ZP/110/D/17

Poznań dnia: 2017-06-13

**ODPOWIEDŹ
na zapytanie w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: **Dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych do Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu**

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie nr 1:

W związku z ogłoszonym postępowaniem prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:

1. Czy Zamawiający dopuści Świadectwo Jakości Zdrowotnej PZH na płyty ceramiczne w 3 kolorach zamiast wymaganych w SIWZ „dla co najmniej 6 różnych oferowanych kolorów”? Standardowo w laboratoriach stosuje się płyty w kolorach: szarym jasnym, szarym ciemnym, niebieskim i szarych nakrapianych.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający wyraża zgodę.

Wprowadzone zmiany są wiążące i należy je uwzględnić w ofercie.

**Z-ca Kanclerza
ds. administracyjno-gospodarczych**

Maria Buzińska

ul. H. Wieniawskiego 1, Collegium Minus, 61-712 Poznań
NIP 777 00 06 350, REGON 000001293
tel. +48 61 829 43 06, fax +48 61 829 44 00
mb@amu.edu.pl

www.amu.edu.pl

M. Buzińska