20 WOJSKOWY SZPITAL
UZDROWISKOWO-REHABILITACYJNY
Samodzielny Publiczny ZOZ
Nr 641
2017 -06- 29
33-380 Krynica-Zdrój

Pismo: 16/5/ZP/2017/1
Krynica-Zdrój dnia: 2017-06-29

O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-06-28 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na: **Kriokomora ogólnoustrojowa w systemie sprężarkowo-kaskadowego układu chłodniczego.**

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

1. Czy pomieszczenia pod ustawienie nowej komory kriogenicznej będą wykończone w następujący sposób:
- wypoziomowana posadzka,
- przejścia przez stropy,
- wentylacja,
- przyłącze energii elektrycznej?

2. Czy dopuszczą Państwo do przetargu komorę uzyskującą temperaturę zabiegową maksymalnie -110'C?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad.1 .

Pomieszczenia pod ustawienie nowej komory kriogenicznej będą wykończone w następujący sposób:

- wypoziomowana posadzka – **tak**,
- przejścia przez stropy- **istnieją po obecnie zainstalowanej komorze**,
- wentylacja – **tak**,
- przyłącze energii elektrycznej – **tak jak opisano w SIWZ**.

Ad.2.

Zamawiający **nie dopuści** proponowane urządzenie.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

DYREKTOR
20 WOJSKOWEGO SZPITALA
UZDROWISKOWO - REHABILITACYJNEGO
SP.ZOZ w Krynicy Zdroju (1)
lek. med. Romuald LIPSKI