



Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60
tel. (0-87) 562 94 21 fax (0-87) 562 92 00
e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl

NIP 844-17-86-376

REGON 790319362



Suwałki, dnia 04.07.2017 r.

L.dz. SZW/DZI.262. 240/28/PN/WU//2017

Wszyscy uczestnicy postępowania NS: 28/PN/WU/2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na : Dostawa roztworów, linii krwi i sprzętu specjalistycznego dla Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach uprzejmie informuje, iż wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o poniżej przytoczonej treści. Na mocy art. 38 ust 1 -2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) udzielamy następujących wyjaśnień:

Uczestnik 1

1. Zwracam się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w Pakiecie nr 3 w poz. 1 – Koncentrat kwaśny A w zestawach o stężeniach:

- K od 1 do 4 mmol/l
- Ca od 1,25 do 1,75 mmol/l
- Mg od 0,5 do 0,75 mmol/l

Spełniający pozostałe parametry zawarte w siwz.

Odpowiedź: Tak

Uczestnik 2

Dotyczy: 28/PN/WU/2017, Pakiet 2, ilość pozycji 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik permanentny do dializ poliuretanowy dwukanałowy 15,5FR o długości **24cm** (długość od mufy- 19cm) widoczny w Rtg. Zestaw składający się z: cewnika dwukanałowego z mufką z dwoma niezależnymi światłami tętniczymi o przepływie 2.6 cc i jednym światłem żylnym o przepływie 1.6 cc wykonany z termowrażliwego, biokompatybilnego Carbothane w zestawie z: tunelizatorem metalowym z gwintową nasadką uciskową, mankietem uszczelniającym, zespołem rozgałęziaczy, rozszerzadłem tunelizującym, rozszerzaczem naczyniowym 16F, skalpelem, igłą punkcyjną 18 G x 7cm, pianka zabezpieczająca, opatrunki na ranę, portami iniekcyjnymi, usztywniaczem.

Odpowiedź: Nie

Dotyczy: 28/PN/WU/2017, Pakiet 2, ilość pozycji 3, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści cewnik permanentny do dializ poliuretanowy dwukanałowy 15,5FR o długości **28cm** (długość od mufy- 23cm) widoczny w Rtg. Zestaw składający się z: cewnika dwukanałowego z mufką z dwoma niezależnymi światłami tętniczymi o przepływie 2.6 cc i jednym światłem żylnym o przepływie 1.6 cc wykonany z termowrażliwego, biokompatybilnego Carbothane w zestawie z: tunelizatorem metalowym z gwintową nasadką uciskową, mankietem uszczelniającym, zespołem rozgałęziaczy, rozszerzadłem tunelizującym, rozszerzaczem naczyniowym 16F, skalpelem, igłą punkcyjną 18 G x 7cm, pianka zabezpieczająca, opatrunki na ranę, portami iniekcyjnymi, usztywniaczem.

Odpowiedź: Nie

Dotyczy: 28/PN/WU/2017, Pakiet 2, ilość pozycji 3, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści cewnik permanentny do dializ poliuretanowy dwukanałowy 15,5FR o długości **32cm** (długość od mufy- 27 cm) widoczny w Rtg. Zestaw składający się z: cewnika dwukanałowego z mufką z dwoma niezależnymi światłami tętnicznymi o przepływie 2.6 cc i jednym światłem żylnym o przepływie 1.6 cc wykonany z termowrażliwego, biokompatybilnego Carbothane w zestawie z: tunelizatorem metalowym z gwintową nasadką uciskową, mankietem uszczelniającym, zespołem rozgałęziaczy, rozszerzadłem tunelizującym, rozszerzaczem naczyniowym 16F, skalpelem, igłą punkcyjną 18 G x 7cm, pianka zabezpieczająca, opatrunki na ranę, portami iniekcyjnymi, usztywniaczem.

Odpowiedź:Nie

Uczestnik 3

1.Czy w pakiecie nr 1 poz. 1 zamawiający prosi o linie z jednym jeziorkiem czy z dwoma ?

Odpowiedź: z dwoma

2 Czy w pakiecie nr 3 poz. 1 zamawiający dopuści koncentraty kwaśne w 3,5 l worku z klipssem zabezpieczającym?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

3 Czy w pakiecie nr 4 poz. 1 zamawiający dopuści suchy proszek bicarbonatem do rozpuszczania o pojemności 650 g lub 720 g?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 28/PN/WU/2017 z dnia 04.07.2017 r.

Z poważaniem

DYREKTOR

Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Adam Szalanda