



Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60
tel. (0-87) 562 94 21 fax (0-87) 562 92 00
e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl

NIP 844-17-86-376

REGON 790319362



Suwałki, dnia 04/07/2017r.

L.dz. SZW.DZI.262.241/29/PN/MN/2017

Wszyscy uczestnicy postępowania

NS: 29/PN/MN/2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Zakup i dostawa części zamiennych i eksploatacyjnych do aparatury medycznej kompatybilnych z posiadanymi przez Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, urządzeniami

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach przesyła treść zapytań dotyczących zapisów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Uczestnik 1

Pytanie 1. Pakiet 12 zad 4

W jakiej technologii ma być czujnik SPO2 do defibrylatora Lifepak 15 z pomiar podstawowy dla dorosłych ?

Odpowiedź: Z pomiarem podstawowym dla dorosłych Massimo

Pytanie 2 Pakiet 10,12,13,14

W pakiecie 10,12,13 i 14 w formularzu asortymentowo cenowym nie podano ilości danego asortymentu. Prosimy o uzupełnienie danych abyśmy mogli w sposób odpowiedni uzupełnić tabelę.

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnione dane zamieszcza w zmodyfikowanym formularzu.

Pytanie 3

Ze względu na niejasności i braki prosimy o przesunięcie terminu otwarcia ofert abyśmy mogli przygotować ofertę spełniającą wymogi zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje że, przesunął:

- ✓ Termin składania ofert: 07/06/2017r. godz. 11:30
- ✓ Termin otwarcia ofert: 07/06/2017r. godz. 12:00

Warunki dotyczące miejsca oraz godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Adam Szałanda

DYREKTOR

Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera
w Suwałkach