



# Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60  
tel. (0-87) 562 94 21 fax (0-87) 562 92 00  
e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl

NIP 844-17-86-376

REGON 790319362



Suwałki, dnia 06/07/2017r.

L.dz. SZW.DZI.262. 245/30/PN/MN/2017

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

**NS: 30/PN/MN/2017**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów oraz testów różnych do Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i Mikrobiologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach na okres 17 miesięcy

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach przesyła treść zapytań dotyczących zapisów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

## **Uczestnik 1**

### **Pytanie 1**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu umieszczania na każdym opakowaniu jednostkowym daty produkcji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

### **Dotyczy: Pakiet nr 2**

#### **Pytanie 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 1 testu kasetkowego *CLOSTRIDIUM DIFFICILE* GDH w opakowaniu zbiorczym 25 testów, zawierającym kasety testu *C. difficile* GDH – 25 szt., plastikowe probówki z buforem do pobrania próbek – 25 szt oraz instrukcję obsługi, i tym samym zaoferowanie 16 takich opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 2 testu kasetkowego *Clostridium difficile* TOXIN A+B w opakowaniu zbiorczym 25 testów, zawierającym kasety testu *C. difficile* Toxin A + B – 25szt., plastikowe probówki z roztworem ekstrakcyjnym – 25szt. x 1ml oraz instrukcję użycia, i tym samym zaoferowanie 5 takich opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pozycji nr 2 testu kasetkowego *Clostridium difficile* TOXIN A+B w opakowaniu zbiorczym 25 testów, zawierającym kasety testu *C. difficile* Toxin A + B – 25szt., plastikowe probówki z roztworem ekstrakcyjnym – 25szt. x 1ml oraz instrukcję użycia. Wykonawca przeliczy wymagane przez Zamawiającego ilości na stosowne jednostki miary, z zaokrągleniem w górę.

#### **Pytanie 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 2 testu kasetkowego *Clostridium difficile* TOXIN A+B w opakowaniu zbiorczym 25 testów, zawierającym kasety testu *C. difficile* Toxin A + B – 25szt., plastikowe probówki z roztworem ekstrakcyjnym – 25szt. x 1ml oraz instrukcję użycia, i tym samym zaoferowanie 6 takich opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Dotyczy: Wzór umowy**

**Pytanie 5**

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej w §2 ust.1 podając termin dostaw do 2 dni roboczych? W SIWZ termin dostawy został określony jako maksymalnie 5 dni roboczych.

Odpowiedź: Tak, nastąpiła omyłka pisarska. §2 ust.1 został zmodyfikowany zgodnie z odpowiedziami z dnia 05/07/2017r. Uczestnik 2 pytanie 9.

**Uczestnik 2**

**Pytanie 1 Dotyczy Pakietu 3 załącznik nr 5 do SIWZ punkt 33:**

***Wykonawca nieodpłatnie dostarczy ciepłąkę laboratoryjną – 1 szt. poj. 220 l, regulator PID, zakres temp. Nie mniej niż +3°C powyżej temperatury otoczenia do 50°C, naturalny obieg powietrza, 3 półki, wymiary wewnętrzne szer x dł.:55 x 40 cm***

Czy Zamawiający uzna za spełnienie powyższego warunku specyfikacji, jeśli Wykonawca zaoferuje w miejsce jednej ciepłąki o wskazanych parametrach, dwie takie same ciepłąki nie starsze niż 4-letnie o łącznej objętości nie mniejszej niż określone w wymagach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem

**Adam Szałanda**

**DYREKTOR**

Szpitala Wojewódzkiego  
im. dr. Ludwika Rydygiera  
w Suwałkach