



SZPITAL POWIATOWY

w Limanowej

Imienia Miłosierdzia Bożego

ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa
www.szpitallimanowa.pl
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

Sekcja Zamówień Publicznych

faks: 18 3372 710

e-mail: zampub@szpitallimanowa.pl

Pismo: NZ/43/D/N/AC/2017/123/2017

Limanowa dnia: 2017-07-25

Wszyscy zainteresowani !!!

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ nr 1**

Informujemy, iż w dniach 2017-07-18-20-21-24 wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 38 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Dostawy serwet gazowych jałowych, zestawów serwet operacyjnych oraz sterylnych osłon jednorazowego użytku ujętych w 3 zadaniach asortymentowych dla zaopatrzenia Szpitala Powiatowego w Limanowej,

Zad. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet gazowych nie poddanych wstępnemu praniu? Dzięki załączonym do oferty próbkom Zamawiający będzie miał możliwość obiektywnej oceny dostarczonych serwet.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zad.1 poz.1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofer. serwet gazowych 17n spełniających resztę wymogów opis. w SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zad.2 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o następującym składzie:

- 1 serweta na stół narzędziowy 150x190 cm
 - 1 serweta na stół Mayo 80x145 cm, którą można rozłożyć zgodnie z zasadami aseptyki
 - 1 serweta samoprzylepna (głowa) 150x250 cm z padem chłonnym 20x50cm
 - 1 serweta samoprzylepna (nogi) 175x180 cm z padem chłonnym 20x50cm
 - 2 serwety samoprzylepne 75x90 cm z padami chłonnymi 20x50cm
 - 4 ręczniki celulozowe 30x40 cm
 - 1 taśma samoprzylepna 9x50 cm?
 - Gramatura serwet operacyjnych 57,5 g/m2 a pady chłonne o gramaturze 109,5 g/m2.
- Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Zad. 2 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o następującym składzie:

- 1 serweta na stół narzędziowy 150x190 cm
 - 1 serweta na stół Mayo 80x145 cm
 - 1 serweta samoprzylepna (głowa) 150x250 cm z padem chłonnym 20x50cm
 - 1 serweta samoprzylepna (nogi) 175x180 cm z padem chłonnym 20x50cm
 - 2 serwety samoprzylepne 75x90 cm z padami chłonnymi 20x50cm
 - 4 ręczniki celulozowe 30x40 cm
 - 2 taśmy samoprzylepne 9x50 cm (jedna pakowana oddzielnie)?
 - Gramatura serwet operacyjnych 57,5 g/m2 a pady chłonne o gramaturze 109,5 g/m2.
- Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

lub alternatywnie zestaw w następującym składzie:

- 1 serweta na stół narzędziowy 150x190 cm
 - 1 serweta na stół Mayo 80x145 cm
 - 1 serweta samoprzylepna (głowa) 225x270 cm, z osłoną podpórek kończyn górnych z padem chłonnym 25x60cm
 - 1 serweta samoprzylepna (nogi) 190x225 cm z padem chłonnym 25x75cm
 - 2 serwety samoprzylepne 110x90 cm z padami chłonnymi 20x75cm
 - 4 ręczniki celulozowe 30x40 cm
 - 1 taśma samoprzylepna 9x50 cm
 - Gramatura serwet operacyjnych 57,5 g/m2 a pady chłonne o gramaturze 109,5 g/m2.
- Pozostałe parametry zgodne

Zad. 2 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegu stawu biodrowego o nast. składzie:

- 1 serweta na stół narzędziowy 150x190 cm
- 1 serweta na stół Mayo 80x145 cm, którą można rozłożyć zgodnie z zasadami aseptyki
- 1 serweta samoprzylepna z wycięciem 225x270 cm z osłonami podpórek kończyn górnych z padem chłonnym 25x60cm
- 1 serweta samoprzylepna z wycięciem „U” 280x225 cm; wycięciem „U” 10 x 100 cm z padem chłonnym 100x50cm

1 serweta pomocnicza 150x180 cm
1 serweta operacyjna przylepna 75x90 cm
1 osłona na kończynę 33x110 cm
2 taśmy samoprzylepne 10x50 cm
4 ręczniki celulozowe 30x40 cm
1 taśma samoprzylepna 9x50cm?

Gramatura serwet operacyjnych 57,5 g/m² a pady chłonne o gramaturze 109,5 g/m².

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Zad. 2 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii stawu kolanowego o następującym składzie:

1 serweta na stół narzędziowy 150 x 190 cm
1 serweta na stół Mayo 80 x 145 cm, którą można rozłożyć zgodnie z zasadami aseptyki
1 serweta pomocnicza 150 x 180 cm
1 serweta do artroskopii z workiem do zbiórki płynów 320x225 cm z otworem samouszczelniającym 6 + 7 cm i workiem (jako całość)
1 osłona na kończynę 33 x 55 cm
1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
2 ręczniki celulozowe 30x40cm cm?
Gramatura serwet operacyjnych 57,5 g/m².
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Zad. 2 poz. 5: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegu dłoni/stopy o następującym składzie:

1 serweta na stół narzędziowy 150 x 190 cm
1 serweta do zabiegów chirurgicznych dłoni/stopy 225 x 300 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3cm z padem chłonnym 100x50cm
1 serweta na stół Mayo 80 x 145 cm
2 ręczniki celulozowe 30x40cm cm?
Gramatura serwet operacyjnych 57,5 g/m² a pady chłonne o gramaturze 109,5 g/m².
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Zad. 2 poz. 6: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety samoprzylepnej w rozmiarze 150x180cm, która jest zapakowana sterylnie w opakowanie papier-folia bez wewnętrznego opakowania w papier krepowy?

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zad. 2 poz. 7: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety samoprzylepnej w rozmiarze 150x250cm z padem chłonnym 20x50cm o gramaturze wzmocnienia 109,5g/m²?

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Zad. 2 poz. 8: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety samoprzylepnej w rozmiarze 150 x180cm z padem chłonnym 20x50cm o gramaturze 109,5g/m² ?

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Zad. 2 poz. 9: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegu żyłaków kończyn dolnych o następującym składzie:

1 serweta na stół narzędziowy 150x190cm
1 serweta na stół Mayo 80 x 145 cm
1 serweta samoprzylepna (głowa) 150x240 cm
1 serweta samoprzylepna z wycięciem „U” (10x100 cm) 225x260 cm z padem chłonnym 110x50cm
1 serweta przylepna 75x90 cm
1 taśma samoprzylepna 9 x 50cm
2 ręczniki celulozowe 30x40 cm?
Gramatura serwet operacyjnych 57,5 g/m² a pady chłonne o gramaturze 109,5 g/m².
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Zad. 2 poz. 10: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegu laparoskopii o następującym składzie:

1 serweta na stół narzędziowy 150x190 cm,
1 serweta na stół Mayo 80x145 cm, którą można rozłożyć zgodnie z zasadami aseptyki
1 serweta 200/260x335 cm z decentralnym otworem 28x32 cm otoczonym taśmą lepłą i wzmocnieniem w strefie krytycznej o gramaturze 109,5g/m²
2 ręczniki celulozowe 30x40 cm?
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Zad. 2 poz. 11: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegu barku o następującym składzie:

1 serweta na stół narzędziowy 150x190 cm

1 serweta na stolik Mayo 80x145 cm, którą można rozłożyć zgonie z zasadami aseptyki
1 serweta samoprzylepna z wycięciem 225x270 cm z wycięciem 45x65cm z padem chłonnym 25x60cm
1 serweta samoprzylepna 260x225 cm w wycięciu „U” 10 x 100 cm z padem chłonnym 110x50cm
1 serweta pomocnicza 150x180 cm
1 serweta operacyjna przylepna 75x90 cm
1 osłona na kończynę 24x80 cm (pakowana oddzielnie)
1 taśma samoprzylepna 9x50 cm
4 ręczniki celulozowe 30x40 cm?
Gramatura serwet operacyjnych 57,5 g/m² a pady chłonne o gramaturze 109,5 g/m².
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zad. 2 poz. 12: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu brzuszno-kroczonego następującym składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy 150x190 cm
1 serweta na stolik Mayo 80x145 cm, którą można rozłożyć zgonie z zasadami aseptyki
1 serweta brzuszno-kroczonego 260x310cm z otworem brzuszny 28x32cm z padem chłonnym 50x60cm o gramaturze 109,5g/m² i otworem kroczykowym 10x15cm
4 ręczniki celulozowe 30x40 cm?
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Zad. 2 poz. 14: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu w następującym składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy 150x190 cm
1 serweta 225x240cm z otworem samoprzylepnym 12 cm
1 taśma samoprzylepna 9 x 50 cm
2 ręczniki celulozowe 30x40 cm?
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Zad. 2 poz. 13: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej poz. z całości zadania i stworzenie z niej oddzielnego przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Zad. 3 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej kieszeni bez sztywnika w rozmiarze 38 x 40 cm?

Odpowiedź: Nie

Zad. 3 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego pokrowca na przewody w rozmiarze 13 x 250 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Zad.3 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej osłony na kończynę o gramaturze 57,5 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Zad. 1, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści serwetę gazową z elementem radiacyjnym i tasiemką 4W 17N?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zad. 3, poz. 4 Czy Zamawiający dopuści sterylną osłonę na kończynę o gramaturze 56g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Zad. nr 2 Poz. nr 1-14 – czy Zamawiający wymaga aby asortyment w Zadaniu nr 2 pakowany był w systemie podwójnym tj. karton transportowy (zewnątrzny) oraz karton-dyspenser (wewnętrzny) gwarantujący zabezpieczenie przed uszkodzeniami podczas transportu oraz zachowanie zasad aseptyki na bloku operacyjnym?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Poz. nr 1-14 – czy Zamawiający wymaga aby asortyment w Zadaniu nr 2 wyposażony był w system dwóch etykiet samoprzylepnych służących do dokumentacji z nazwą producenta, numerem katalogowym, nr serii i datą ważności?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Poz. nr 4 – czy Zamawiający wymaga aby główna serweta do artroskopii posiadała zintegrowany z serwetą organizator przewodów typu rzep?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Poz. nr 9 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu sterylnych serwet operacyjnych do zabiegu żyłaków kończyn dolnych spełniającego wymagania SIWZ posiadającego w swoim składzie serwetę w rozmiarze 170 cm x 250 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Poz. nr 10 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu sterylnych serwet operacyjnych do zabiegu laparoskopii o następującym składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
- 1 serweta do zabiegów laparoskopii z padem chłonnym (okno 28 x 32)
(pad 2 x 50 x 15,5 cm) i torbami na narzędzia chirurgiczne 310 x 250 cm
- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Zad. nr 3.Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej jednokomorowej kieszeni spełniającej wymagania SIWZ bez sztywnika?

Odpowiedź: Nie

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA

Poz. nr 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania sterylnej pokrowca foliowego na przewody spełniającego wymagania SIWZ z jedną taśmą do mocowania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaofiarowania w pozycji 1 i 2 jałowych serwet operacyjnych wykonanych z gazy po wstępnym technologicznym praniu, z etykietą samoprzylepną.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Prosimy o dopuszczenie do zaofiarowania w pozycji 1 serwet gazowej wykonanej z gazy 17nitkowej.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 2 poz 1

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu i dopuszczenie do zaofiarowania:

Jałowy zestaw chirurgiczny uniwersalny wzmocniony - wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókna polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włóknem typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m². Chłonność w strefie krytycznej – min. 900%.

Skład :

- 1 osłona na stół Mayo o min. wym. 80x145cm
- 1 górna samoprzylepna serweta wzmocniona o minimalnych wymiarach 150x240cm
- 1 dolna serweta samoprzylepna wzmocniona o min. wym. 175x200cm
- 2 boczne serwety o min. wym. 75x90cm samoprzylepne wzmocnione (45x60cm)
- 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókna Spunlace 9x50cm
- 4 ręczniki 30x40cm

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 3 poz 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie osłony na przewody o wymiarach 13x250cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 3 poz 5

Czy Zamawiający dopuści aby osłona na kończynę i taśma chirurgiczna były pakowane osobno?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytania dotyczące zapisów umowy:

1. Prosimy o modyfikację projektu umowy poprzez dodanie do § 3 ust. 4 następującego zapisu: „Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

2. Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do wysokości 0,1 % (jednak nie więcej niż 50 zł za jeden dzień) w § 7 ust. 1.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

3. Prosimy o modyfikację zapisu § 7 ust. 2 oraz ust. 3 projektu umowy poprzez określenie, że kara umowna w zastrzeżonej wysokości naliczana będzie od wartości brutto niezrealizowanej części umowy, a nie od wartości brutto całej umowy. Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń. Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

4. Prosimy o wykreślenie zapisów § 13 ust. 1 i 2 projektu umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Zapytanie I dot. Pakiet 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw sterylnych serwet operacyjnych wykonanego z laminatu czterowarstwowego, pełnobarierowego w strefie krytycznej, nieprzemakalnego, skład:

1. serweta górna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów	240x150	1
2. serwety boczne z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej	90x75	2
3. serweta dolna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów	175x175	1
4. taśma samoprzylepna	9x49	1
5. ręczniki chłonne	18x25	4
6. osłona na stół MAYO	79x145	1
7. serweta na stół - (owinięcie zestawu)	150x190	1

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zapytanie II dot. Pakiet 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw sterylnych serwet operacyjnych wykonanego z laminatu trójwarstwowego, pełnobarierowego w strefie krytycznej, nieprzemakalnego, skład:

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



1. serweta górna z taśmą samoprzylepną - ekran anestezyjologiczny	175x150	1
2. serwety boczne z taśmą samoprzylepną	75x75	2
3. serweta dolna z taśmą samoprzylepną	175x150	1
4. taśma samoprzylepna	9x49	1
5. ręczniki chłonne	18x25	4
6. serweta na stół - (owinięcie zestawu)	150x190	1

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zapytanie III dot. Pakiet 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw sterylnych serwet operacyjnych do zabiegu stawu biodrowego wykonanych z laminatu czterowarstwowego, nieprzemakalnego, chłonnego, pełnobarierowego w strefie krytycznej skład:

1. serweta chirurgiczna górna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 300x175 cm, wzmocniona w strefie krytycznej (dodatkowa warstwa chłonna) i wyposażona w organizatory przewodów	300x175	1
2. serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 200x260 cm z wycięciem "U" o wymiarach 7x102 cm, wzmocniona (dodatkowa warstwa chłonna) w strefie krytycznej	200x260	1
3. serweta chirurgiczna	75x90	1
4. serweta na stół	150x190	1
5. osłona na kończynę	32x120	1
6. taśmy samoprzylepne	9x49	2
7. ręczniki chłonne	18x25	4
8. wzmocniona osłona na stół Mayo	79x145	1
9. wzmocniona serweta na stół - (owinięcie zestawu)	150x190	1

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zapytanie IV dot. Pakiet 2 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw sterylnych serwet operacyjnych do zabiegu artroskopii stawu kolanowego wykonanych z laminatu nieprzemakalnego, chłonnego, pełnobarierowego w strefie krytycznej, gramatura zgodna z SIWZ, w składzie:

1. serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 230x320 cm, posiadająca dwa samouszczelniające otwory z neoprenu o średnicy 7 cm i 5 cm, z możliwością zamocowania drenów. Serweta jest wyposażona w torbę do przechwytywania płynów z możliwością podłączenia drenu	230x320	1
2. serweta na stół	150x190	1
3. osłona na kończynę	22x75	1
4. taśmy samoprzylepne	9x49	2
5. ręczniki chłonne	18x25	4
6. osłona na stół MAYO	79x145	1
7. osłona na stół - (owinięcie zestawu)	150x190	1

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zapytanie V dot. Pakiet 2 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw sterylnych serwet operacyjnych do zabiegu dłoni/stopy wykonanych z laminatu czterowarstwowego nieprzemakalnego, chłonnego, pełnobarierowego w strefie krytycznej, gramatura zgodna z SIWZ, w składzie:

1. serweta chirurgiczna do zabiegu na kończynie o wymiarach 230x315 cm, posiadający samouszczelniający otwór (Ø 3,5 cm) otoczony warstwą chłonną z możliwością zamocowania drenów	230x315	1
2. wzmocniona osłona na stół MAYO	79x145	1
3. wzmocniona serweta na stół (owinięcie zestawu)	150x190	1

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zapytanie VI dot. Pakiet 2 poz. 6 i 7

Czy Zamawiający dopuści serwetę chirurgiczną trójwarstwową 150x175 cm, gramatura zgodna z SIWZ, nie pakowana w papier krepowy?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zapytanie VII dot. Pakiet 2 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści serwetę chirurgiczną trójwarstwową 90 x150 cm, gramatura zgodna z SIWZ, nie pakowana w papier krepowy?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zapytanie VIII dot. Pakiet 2 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści zestaw sterylnych serwet operacyjnych do zabiegu żyłaków kończyn dolnych wykonanych z czterowarstwowego laminatu nieprzemakalnego w strefie krytycznej, chłonnego, pełnobarierowego, gramatura i chłonność zgodna z SIWZ, w składzie:

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



1. serweta chirurgiczna górna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 240x175 cm, wzmocniona w strefie krytycznej (dodatkowa warstwa chłonna) i wyposażona w organizatory przewodów	240x175	1
2. serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 200x260 cm z wycięciem U o wymiarach 20x102 cm, z wydłużoną warstwą chłonną (70x160 cm) w strefie krytycznej.....	200x260	1
3. serweta chirurgiczna	100x150	1
4. taśma samoprzylepna	9x49	1
5. ręczniki chłonne	18x25	2
6. serweta na stół - (owinięcie zestawu)	150x190	1

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zapytanie IX dot. Pakiet 2 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści zestaw sterylnych serwet operacyjnych do zabiegu laparoskopii wykonanych z laminatu nieprzemakalnego, chłonnego, pełnobarierowego w strefie krytycznej, gramatura zgodna z SIWZ, w składzie:

1. serweta chirurgiczna do laparoskopii o wymiarach 175/250x325 cm, zintegrowana z ekranem anestezjologicznym, posiada samoprzylepny otwór w okolicach jamy brzusznej o wymiarach 25x30 cm, otoczony warstwą chłonną. Obłożenie jest wyposażone w organizatory przewodów i cztery zintegrowane kieszenie	175/250x325	1
2. taśma samoprzylepna typu RZEP	2,5x30	1
3. taśma samoprzylepna	9x49	1
4. ręczniki chłonne.....	18x25	4
5. osłona na kamerę (perforowana końcówka)	14x250	1
6. osłona na stół MAYO	79x145	1
7. serweta na stół - (owinięcie zestawu)	150x190	1

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zapytanie X dot. Pakiet 2 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści zestaw sterylnych serwet operacyjnych do zabiegu barku wykonanych z czterowarstwowego laminatu w strefie krytycznej nieprzemakalnego, chłonnego, pełnobarierowego, gramatura i chłonność zgodna z SIWZ, w składzie:

1. serweta chirurgiczna o wymiarach 240x170 cm, z wycięciem U o wymiarach 15x45 cm z taśmą samoprzylepną, wyposażona w torbę do przechwytywania płynów z możliwością podłączenia drenów	240x170	1
2. serweta chirurgiczna o wymiarach 230x295 cm, z wycięciem U o wymiarach 10x70 cm, wzmocniona warstwą chłonną	230x295	1
3. osłona na kończynę	22x75	1
4. taśmy samoprzylepne	9x49	2
5. ręczniki chłonne	18x25	4
6. wzmocniona osłona na stół MAYO	79x145	1
7. wzmocniona serweta na stół - (owinięcie zestawu)	150x190	1

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zapytanie XI dot. Pakiet 2 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści zestaw sterylnych serwet operacyjnych do zabiegu brzuszno-kroczonego z dwuwarstwowego laminatu w strefie krytycznej nieprzemakalnego, chłonnego, pełnobarierowego, gramatura zgodna z SIWZ, w składzie:

1. serweta chirurgiczna do zabiegów brzuszno-kroczonego o wymiarach 250/175/270x260 cm zintegrowana z ekranem anestezjologicznym i nogawicami, posiada samoprzylepny otwór w okolicach jamy brzusznej o wymiarach 25x30 cm, otoczony warstwą chłonną i otwór w okolicach kroczu o wymiarach 13x24 cm z zabezpieczeniem w postaci zintegrowanej serwety o wymiarach 38x64 cm. Obłożenie jest wyposażone w organizatory przewodów i cztery zintegrowane kieszenie	250/175/270x260	1
2. serweta z taśmą samoprzylepną	75x75	1
3. taśma samoprzylepna typu RZEP	2,5x30	1
4. taśma samoprzylepna	9x49	1
5. ręczniki chłonne	18x25	4
6. osłona na stół MAYO	79x145	1
7. serweta na stół - (owinięcie zestawu)	150x190	1

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zapytanie XII dot. Pakiet 2 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści zestaw sterylnych serwet operacyjnych do chirurgii biodra z czterowarstwowego laminatu w strefie krytycznej nieprzemakalnego, chłonnego, pełnobarierowego, gramatura i chłonność zgodna z SIWZ, w składzie:

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



1. serweta chirurgiczna górna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 300x175 cm, wzmocniona w strefie krytycznej (dodatkowa warstwa chłonna) i wyposażona w organizatory przewodów	300x175	1
2. serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 200x260 cm z wycięciem "U" o wymiarach 7x102 cm, wzmocniona (dodatkowa warstwa chłonna) w strefie krytycznej	200x260	1
3. serweta chirurgiczna	75x90	1
4. serweta na stolik	150x190	1
5. osłona na kończyne	32x120	1
6. taśmy samoprzylepne	9x49	2
7. ręczniki chłonne	18x25	4
8. wzmocniona osłona na stolik Mayo	79x145	1
9. wzmocniona serweta na stolik - (owinięcie zestawu)	150x190	1

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zapytanie XIII dot. Pakiet 2 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści zestaw sterylnych serwet operacyjnych do zabiegu ORL z trójwarstwowego laminatu w strefie krytycznej nieprzemakalnego, chłonnego, pełnobarierowego, gramatura zgodna z SIWZ, w składzie:

1. serweta o wymiarach 200x240 cm z otworem samoprzylepnym typu FLEX o wymiarach 6x8 cm....	200x240	1
2. taśma samoprzylepna	9x49	2
3. serweta na stolik.....	150x170	1

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Przedstawione stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy pzp, zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego w Limanowej

mgr Marcin Radzięta

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001

