

ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-08-01 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na: **Kriokomora ogólnoustrojowa w systemie sprężarkowo-kaskadowego układu chłodniczego.**

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Zgodnie z pkt. 12.6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z dnia 11.07.2017 zwracamy się do Zamawiającego z pytaniami, które przedstawiamy poniżej. Pytania nasze dotyczą Opisu przedmiotu zamówienia z Załącznika nr 2 do SIWZ, a konkretnie następujących pozycji:

1/Poz. 2: Czy Zamawiający dopuści inny kolor zewnętrzny obudowy kriokomory, w uzgodnieniu z Zamawiającym?

2/Poz. 21: Czy Zamawiający dopuści nowsze rozwiązanie techniczne powłoki zewnętrznej podłogi, która jest wykonywana teraz z ryflowanej blachy ze stali nierdzewnej? Podłoga taka również zapobiega poślizgom i jest odporna na niskie temperatury, a do tego jest bardziej odporna na uszkodzenia mechaniczne i wilgoć.

3/Poz. 33: Czy Zamawiający dopuści inny sposób odtwarzania muzyki, np. z nośników podłączonych przez USB? Jest to rozwiązanie dużo nowocześniejsze.

4/Poz. 36: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę kriokomory bez konieczności montażu wyposażenia dodatkowego w pomieszczeniu zabiegowym oraz technicznym ? Klimatyzator Q=5kW w pomieszczeniu agregatów, klimatyzator Q=5kW w pomieszczeniu obudowy komory oraz osuszacz w pomieszczeniu komory zabiegowej są wyposażeniem dodatkowym, nie związanym w żaden sposób z instalacją kriokomory. Zwracamy uwagę, że wyposażenie to

zgodnie z podanym przez Zamawiającego Wspólnym Słowniku Zamówień nie mieści się w pojęciu: 33165000-4 -Przyrządy do kriochirurgii i krioterapii. Poza tym na podstawie wcześniejszego Dialogu technicznego ustalono, że w pomieszczeniu zabiegowym oraz technicznym u Zamawiającego są zainstalowane poprawnie działające tego typu urządzenia. Wymiana tych klimatyzatorów i osuszacza zwiększyłaby ogólne koszty zakupu kriokomory.

5/Poz. 37: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie wymogu jednorazowego rocznego przeglądu głównego na koszt Wykonawcy w ramach pakietu gwarancyjnego?

Podane przez Zamawiającego Warunki gwarancji i konserwacji zawierają konieczność wykonania corocznego przeglądu kriokomory na koszt Wykonawcy. Koszty związane z tymi przeglądami w takim przypadku musiałyby być uwzględnione z góry przez Wykonawcę w kosztach dostawy kriokomory. W związku z postępem w technologii chłodniczej oraz dzięki modyfikacjom technicznym Producenta kriokomory okres między wymaganymi przeglądami technicznymi układu chłodniczego znacznie się wydłużył i średnio przekracza obecnie 12 miesięcy. Wobec powyższego wyłączenie konieczności corocznego przeglądu głównego z zakresu dostawy spowoduje znaczne obniżenie kosztów zakupu ale także użytkowania kriokomory.

6/Poz. 38: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodatkowe wydłużenie czasu usunięcia usterki do 14 dni, w przypadku konieczności sprowadzenia od producenta kriokomory specjalistycznych części zamiennych do naprawy kriokomory? Wnioskowany przez nas dodatkowy punkt warunków serwisowych jest często stosowany w przypadku dostaw skomplikowanych technicznie urządzeń, takich jak np. kriokomora do krioterapii ogólnoustrojowej

7/Poz. 38: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie ryczałtu kary za każdy dzień zwłoki w naprawie do wysokości 1000,00 zł za każdą dobę? Zwracamy uwagę, że nawet tak obniżone ewentualne kary nałożone na Wykonawcę będą kilkakrotnie wyższe niż ewentualna kara dla Zamawiającego, tj. odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych (np. płatność)- ok. 9,5% od wartości dostawy w skali roku.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad.1. Tak, Zamawiający dopuści inny kolor zewnętrzny obudowy kriokomory, w zgodnieniu z Zamawiającym.

Ad.2. Tak, Zamawiający dopuści proponowane rozwiązanie.

Ad.3. Tak, Zamawiający dopuści proponowane rozwiązanie.

Ad.4. Nie, Zamawiający nie dopuści dostawy kriokomory bez konieczności montażu wyposażenia dodatkowego w pomieszczeniu zabiegowym oraz technicznym.

Ad.5. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie wymogu jednorazowego rocznego przeglądu głównego na koszt Wykonawcy w ramach pakietu gwarancyjnego.

Ad.6. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dodatkowe wydłużenie czasu usunięcia usterki do 14 dni.


Ad.7. Tak, Zamawiający wyrażą zgodę na zmniejszenie ryczałtu kary za każdy dzień zwłoki w naprawie do wysokości 1000,00 zł za każdą dobę.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe odpowiedzi podczas sporządzania i składania ofert w tym także wypełniania załączników i druków, składania wymaganych dokumentów.

Powyższe odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert oraz wszystkich czynnościach do jakich są zobowiązani zapisami SIWZ - wykonawcy i zamawiający.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

**Z up. Zamawiający
Dyrektora
20 WSzU-R SP ZOZ
w Krynicy-Zdroju**

**Spec. ds. Zamówień Publicznych i Informatyki
Administrator Bezpieczeństwa Informacji
20 WSzU-R SP ZOZ Krynica-Zdrój**

mgr Tomasz Bieś