



SZPITAL POWIATOWY

w Limanowej

Imienia Miłosierdzia Bożego

ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa
www.szpitallimanowa.pl
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

Sekcja Zamówień Publicznych

faks: 18 3372 710

e-mail: zampub@szpitallimanowa.pl

Pismo: NZ/48/D/N/AC/2017/137/2017

Limanowa dnia: 2017-08-16

Wszyscy zainteresowani !!!

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ nr 2**

Informujemy, iż w dniu 2017-08-14 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 38 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (T.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Dostawa i montaż aparatu RTG cyfrowego - 1 szt. w ramach Projektu pn. Wsparcie istniejącego szpitalnego oddziału ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Limanowej" w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa IX wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia.,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie 1:

Dotyczy: Specyfikacja parametrów techniczno użytkowych - Zadanie nr 1 punkt 25

ORAZ: odpowiedzi na pytanie Zestaw 2 - pytanie 5 udzielonych 14-08-2017 r.

Udzielając odpowiedzi, Zamawiający dokonał zmiany opisu wymogu pkt 25 usuwając konieczność zaoferowania funkcji akceptacji lub odrzucenia obrazu pozostawiając jednak konieczność wyświetlania badania/ obrazu na monitorze zlokalizowanym na kołpaku lampy. Wnosimy o odstąpienie również od wymogu "wyświetlanie badania/obrazu" gdyż ten wymóg właśnie wskazuje na pozamerytoryczne ograniczenie konkurencji. Powielając argumentację z poprzedniego pytania, zwracamy uwagę, że wykonując badanie operator znajduje się w sterowni. I to na dużym czytelnym monitorze w sterowni wyświetlane są badania natychmiast po akwizycji. Wymagania aby dodatkowo ten sam obraz wyświetlany był na małym monitorze zlokalizowanym na kołpaku lampy nie ma żadnego wpływu na funkcjonalność urządzenia i jakość wykonywanych badań. Dlatego jeszcze raz wnosimy o odstąpienie od wymogu wyświetlania badania/obrazu na wielofunkcyjny monitorze dotykowym zlokalizowanym na kołpaku ponieważ jest to wymóg uniemożliwiający nam złożenie ważnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu wyświetlania badania/obrazu na wielofunkcyjny monitorze dotykowym zlokalizowanym na kołpaku

Przedstawione stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy pzp, zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Szpital Powiatowy w Limanowej
ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Lecznictwa

lek. med. Mariusz Bobula

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA