



SZPITAL POWIATOWY

w Limanowej

Imienia Miłosierdzia Bożego

ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa
www.szpitallimanowa.pl
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

Sekcja Zamówień Publicznych

faks: 18 3372 710

e-mail: zampub@szpitallimanowa.pl

Pismo: NZ/52/D/N/AC/2017/145/2017

Limanova dnia: 2017-09-11

Wszyscy zainteresowani !!!

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ nr 3

Informujemy, iż w dniu 2017-09-08 i 2017-0-10 wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 38 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (T.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Dostawa i montaż aparatu RTG cyfrowego - 1 szt. w ramach Projektu pn. Wsparcie istniejącego szpitalnego oddziału ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Limanowej" w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa IX wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia.,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Zestaw 1

Pytanie nr 1. Dotyczy pkt 7.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat RTG z generatorem o mocy 50kW

i maksymalnym prądzie 630mA? Moc generatora przekłada się na maksymalny prąd, który dla generatora 50kW wynosi 630mA. Wartość ta jest wystarczająca, a prądów ponad 500mA w rentgenodiagnostyce ogólnodiagnostycznej w praktyce się nie używa.

Odpowiedź: NIE

Pytanie nr 2. Dotyczy pkt 9.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat RTG z zakresem prądów 10-630mA?

Wyjaśnienie jak wyżej.

Odpowiedź: NIE

Pytanie nr 3. Dotyczy pkt 11.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat RTG o zakresie czasów ekspozycji 1ms- 6,3s?

W praktyce nie wykonuje się ekspozycji trwającej ponad 5s.

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 4. Dotyczy pkt 22.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat RTG o zakresie pionowego ruchu kołpaka 1500mm?

Różnica 70mm jest niewielka i nie wpływa na wartość diagnostyczną badania oraz komfort użytkownika systemu.

Odpowiedź: NIE

Pytanie nr 5. Dotyczy pkt 58.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat RTG o zakresie przesuwu detektora w pionie 132cm?

Różnica 8cm jest niewielka i nie wpływa na wartość diagnostyczną badania oraz komfort użytkownika systemu.

Odpowiedź: NIE

Pytanie nr 6. Dotyczy pkt 96.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat RTG o stacji technika z oprogramowaniem częściowo w języku polskim z niektórymi określeniami w języku angielskim?

Odpowiedź: NIE

Pytanie nr 7. Dotyczy pkt 97.

Prosimy o usunięcie punktu 97. Producentem oprogramowania stacji technika jest producent całego aparatu rentgenowskiego. To raczej lepsze rozwiązanie od tego, które jest opisane przez Zamawiającego. Ponadto z punktu widzenia użytkownika nie ma znaczenia kto jest autorem oprogramowania.

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA

Oferent bierze odpowiedzialność za całą dostawę, posiada autoryzację na serwis i sprzedaż całego aparatu i może nie posiadać oddzielnej autoryzacji na serwis i sprzedaż od konkretnego producenta detektora. Posiada natomiast autoryzację na sprzedaż i serwis od producenta aparatu RTG. W związku z powyższym prosimy o usunięcie tego punktu.

Odpowiedź: NIE

Pytanie nr 8. Dotyczy pkt 108.

Prosimy o rezygnację z możliwości automatycznego wygenerowania raportu dla różnych kryteriów wyszukiwania?

Odpowiedź: Zamawiający NIE rezygnuje.

Zestaw 2

I. Dotyczy SIWZ:

Pytanie nr 1. W pozycji 8.4. SIWZ podano:

"Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:

1) W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Wykaz dostaw

Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert - nie mniej niż 1 dostawę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia tj. dostawa w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia o wartości minimum 700.000,00 złotych brutto - dostawa aparatu RTG cyfrowego tego samego producenta co aparat zaoferowany w przedmiotowym postępowaniu z sufitowym zawieszeniem lampy wraz z instalacją i szkoleniem personelu.". Wymaganie dostawy dokładnie tożsamej z przedmiotem zamówienia stanowi czyn ograniczania konkurencji. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie legitymowania się dostawą aparatu RTG cyfrowego (np. telekomando) tego samego producenta co aparat zaoferowany w przedmiotowym postępowaniu o wartości minimum 570.000,00 złotych brutto.

Odpowiedź: NIE

II. Dotyczy "SPECYFIKACJI PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH".

Pytanie nr 1. W pozycji 108 podano: "Wyświetlanie obrazu badania każdorazowo po wykonaniu ekspozycji z możliwością akceptacji lub odrzucenia z podaniem przyczyny i możliwością automatycznego wygenerowania raportu dla różnych kryteriów wyszukiwania". Odrzucenie obrazu badania każdorazowo po wykonaniu ekspozycji przez obsługę naraża pacjenta na niepotrzebną dawkę promieniowania rtg i ewentualnie na dodatkową ekspozycję. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie braku możliwości odrzucenia obrazu badania każdorazowo po wykonaniu ekspozycji przez obsługę.

Odpowiedź: NIE

Pytanie nr 2. W pozycji 114 podano: "Dostęp do stacji tylko dla osób uprawnionych przez logowanie". Osoby z obsługi zestawu rtg są uprawnione do wykonywania badań rtg na sprzęcie i nie potrzebują logowania. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie braku możliwości logowania osób obsługi.

Odpowiedź: NIE

Pytanie nr 3. W pozycji 115 podano: "Wielopoziomowy dostęp do zaawansowanych opcji zależny od uprawnień nadanych poszczególnym technikom". Poszczególni technicy obsługi zestawu rtg muszą mieć dostęp do wszystkich opcji, w tym opcji zaawansowanych, przez co nie potrzebują wielopoziomowego dostępu. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie braku możliwości wielopoziomowego dostępu.

Odpowiedź: NIE

Pytanie nr 4. W pozycji 118 podano: "Umieszczania komentarzy w dowolnym miejscu na obrazie. Po obrocie obrazu komentarz pozostaje w pozycji pionowej". Komentarze na obrazie pisane są wyłącznie poziomo a nie pionowo i obracają się razem z obrazem. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie takiego rozwiązania.

Odpowiedź: TAK

Przedstawione stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy pzp, zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego w Limanowej

mgr Marcin Radzięta

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA