



Poznań, data 12.09.2017 r.

Nasz znak: **ADZP –381-A-126/17**

Do Wykonawców

ODPOWIEDŹ

na pytania do zaproszenia do składania ofert

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 04.- 07.09.2017r. do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisów ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień (Zarządzenie DN-021-1-33/17 z dnia 15.05.2017r.) obowiązującego w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu pn. :

Dostawa opakowań do sterylizacji, wskaźników kontroli mycia mechanicznego, wskaźników kontroli sterylizacji oraz akcesoriów eksploatacyjnych do sterylizacji dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

1. Dotyczy zamówienia częściowego nr 1- opakowania do sterylizacji. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (Lp. I poz. 1-5 oraz II poz. 1-4) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Odpowiedź: TAK. Zamawiający wydziela ww. pozycje i modyfikuje formularz cenowy.

2. Dotyczy zamówienia częściowego nr 1- opakowania do sterylizacji. Czy Zamawiający w poz. II 1 dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy z fałdą o wymiarach 75mm x 35mm x 100m?

Odpowiedź: TAK

3. Dotyczy zamówienia częściowego nr 1- opakowania do sterylizacji. Czy Zamawiający w poz. II 3 dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy z fałdą o wymiarach 200mm x 55mm x 100m?

Odpowiedź: TAK

4. Dotyczy zamówienia częściowego nr 1- opakowania do sterylizacji. Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy foliowo-papierowe o wskaźnikach i z informacją o kierunku otwierania umieszczonych na papierze, pod folią w obrębie fabrycznego zgrzewu?

Odpowiedź: TAK

5. Dotyczy zamówienia częściowego nr 1, poz. II.1: Czy zamawiający dopuści do oceny opakowanie o rozmiarze 75 x 25 x 100 zamiast opakowania 75 x 25 x 100?

Odpowiedź: TAK (zamiast opakowania 75x30x100 wg SIWZ)

6. Dotyczy zamówienia częściowego nr 1, poz. II.4: Czy zamawiający dopuści do oceny opakowanie o rozmiarze 380 x 80 x 100 zamiast opakowania 400 x 80 x 100?

Odpowiedź: TAK

7. Dotyczy zamówienia częściowego nr 1, poz. III.1: Czy zamawiający dopuści do oceny opakowanie o rozmiarze 55 x 250 zamiast opakowania 50 x 250 ?

Odpowiedź: TAK

8. Dotyczy zamówienia częściowego nr 1, poz. III.4: Czy zamawiający dopuści do oceny opakowanie o rozmiarze 150 x 610 zamiast opakowania 100 x 600?

Odpowiedź: TAK (zamiast opakowania 160x 600 wg SIWZ)

9. Dotyczy zamówienia częściowego nr 1, poz. III.5: Czy zamawiający dopuści do oceny opakowanie o rozmiarze 210 x 330 zamiast opakowania 210 x 280?

Odpowiedź: TAK

10. Dotyczy zamówienia częściowego nr 1, poz. IV.1: Czy zamawiający dopuści do oceny opakowanie o rozmiarze 100 x 50 x 300 zamiast opakowania 75 x 30 x 300?

Odpowiedź: NIE

11. Dotyczy zamówienia częściowego nr 1, poz. IV.2: Czy zamawiający dopuści do oceny opakowanie o rozmiarze 100 x 40 x 300 zamiast opakowania 100 x 40 x 300?

Odpowiedź: Pytanie bezprzedmiotowe. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ takiego opakowania o rozmiarze 100x40x300

12. Dotyczy zamówienia częściowego nr 1, poz. IV.3: Czy zamawiający dopuści do oceny opakowanie o rozmiarze 200 x 50 x 480 zamiast opakowania 150 x 50 x 460?

Odpowiedź: NIE

13. Dotyczy zamówienia częściowego nr 1, poz. VI i VII: Czy zamawiający zgodzi się wyłączyć wskazane pozycje i utworzyć odrębny pakiet? Swoją prośbę motywujemy faktem iż firma InformerMed posiada wyłączność na dystrybucję opakowań Ultra o gramaturze 93g/m³ wskazanej w pozycji VII w pakiecie numer 1.

Odpowiedź: TAK. Zamawiający wydziela ww. pozycje i modyfikuje formularz cenowy.

14. Dotyczy zamówienia częściowego nr 1 - opakowania do sterylizacji, pozycja I - rękaw papierowo- foliowy. Czy Zamawiający dopuści produkty równoważne, spełniające opisy SIWZ, posiadające papier o gramaturze 60g/m²? To właściwości i parametry wytrzymałościowe świadczą o jakości papieru, a nie jego gramatura.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. Wyższa gramatura papieru i jego odporność powodują większe bezpieczeństwo i gwarancję niezawodności podczas procesu sterylizacji. Zastosowanie papieru o wyższej gramaturze zwiększa wytrzymałość mechaniczną, poprawia bezpyłowe otwieranie opakowania, zmniejsza ryzyko penetracji przez bakterie.

15. Dotyczy zamówienia częściowego nr 1 - opakowania do sterylizacji, pozycja II - rękaw papierowo- foliowy **poz. nr 1**: Czy Zamawiający dopuści rękaw spełniający opis SIWZ, z zakładką o szerokości 25 mm, co nieznacznie odbiega od wymagań Zamawiającego?

Odpowiedź: TAK

16. Dotyczy zamówienia częściowego nr 1 - opakowania do sterylizacji, pozycja II - rękaw papierowo- foliowy **poz. nr 2**: Czy Zamawiający dopuści rękaw spełniający opis SIWZ, z zakładką o szerokości 40 mm, co nieznacznie odbiega od wymagań Zamawiającego?

Odpowiedź: TAK

17. Dotyczy zamówienia częściowego nr 1 - opakowania do sterylizacji, pozycja II - rękaw papierowo- foliowy **poz. nr 3**: Czy Zamawiający dopuści rękaw spełniający opis SIWZ, z zakładką o szerokości 60 mm, co nieznacznie odbiega od wymagań Zamawiającego?

Odpowiedź: TAK

18. Dotyczy zamówienia częściowego nr 1 - opakowania do sterylizacji, pozycja III - torebka papierowo-foliowa zgrzewalna **poz. nr 1, 2**: Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na torebkę zgrzewalną o wymiarach 75 x 210 mm, spełniającą pozostałe zapisy SIWZ?

Odpowiedź: Zamówienie częściowe nr 1 Pozycja III poz.1 NIE. Zamówienie częściowe nr 1 Pozycja III poz.2 TAK (pozostałe zgodnie z SIWZ)

19. Dotyczy zamówienia częściowego nr 1 - opakowania do sterylizacji, pozycja III - torebka papierowo-foliowa zgrzewalna **poz. nr 1, 2**: Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na torebkę zgrzewalną o wymiarach 75 x 280 mm, spełniającą pozostałe zapisy SIWZ?

Odpowiedź: Zamówienie częściowe nr 1 **Pozycja III poz.1 NIE**

Zamówienie częściowe nr 1 **Pozycja III poz.2 TAK (pozostałe zgodnie z SIWZ)**

20. Dotyczy zamówienia częściowego nr 1 - opakowania do sterylizacji, pozycja III - torebka papierowo-foliowa zgrzewalna **poz. nr 3:** Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na torebkę zgrzewalną o wymiarach 100 x 420 mm, spełniającą pozostałe zapisy SIWZ?

Odpowiedź: TAK

21. Dotyczy zamówienia częściowego nr 1 - opakowania do sterylizacji, pozycja III - torebka papierowo-foliowa zgrzewalna **poz. nr 4:** Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na torebkę zgrzewalną o wymiarach 200 x 500 mm, spełniającą pozostałe zapisy SIWZ?

Odpowiedź: TAK

22. Dotyczy zamówienia częściowego nr 1 - opakowania do sterylizacji, pozycja III - torebka papierowo-foliowa zgrzewalna **poz. nr 4:** Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na torebkę zgrzewalną o wymiarach 300 x 580 mm, spełniającą pozostałe zapisy SIWZ?

Odpowiedź: NIE

23. Dotyczy zamówienia częściowego nr 1 - opakowania do sterylizacji, pozycja III - torebka papierowo-foliowa zgrzewalna **poz. nr 5:** Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na torebkę zgrzewalną o wymiarach 200 x 320 mm, spełniającą pozostałe zapisy SIWZ?

Odpowiedź: TAK

24. Dotyczy zamówienia częściowego nr 2 – wskaźniki kontroli mycia mechanicznego, pozycja. 1, 2 - Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne, tj. test kontroli skuteczności maszynowego mycia, pakowany po 100 szt. (z przeliczeniem ilości opakowań), z potwierdzoną przez producenta możliwością stosowania również w myjkach ultradźwiękowych, gdzie substancja testowa umieszczona jest na dwóch stronach arkusza, w czterech różnych miejscach, co wraz z kompatybilnym uchwytem umożliwia jednoczesną kontrolę skuteczności mycia z czterech różnych kierunków? W przypadku pozytywnej odpowiedzi, wraz z pierwszą dostawą zostaną dostarczone uchwyty kompatybilne z zaoferowanymi testami (w ilości odpowiadającej ilości myjni i myjek ultradźwiękowych posiadanych przez Zamawiającego), a ilość opakowań w pozycji nr 2 zostanie odpowiednio przeliczona. Obecny opis SIWZ, włącznie z podaniem nazwy uchwyty, wyraźnie wskazuje tylko na jeden produkt - test Wash Check, co ogranicza możliwość złożenia ofert konkurencyjnych cenowo.

Odpowiedź: NIE. Zamawiający posiada wskazane uchwyty, wymaga kompatybilności testów z uchwytami. Nie przewiduje przyjmowania nowych.

25. Dotyczy zamówienia częściowego nr 3 , pozycja nr I.3: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 100 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Odpowiedź: TAK

26. Dotyczy zamówienia częściowego nr 3, pozycja nr I.4: Czy Zamawiający dopuści wskaźniki w opakowaniu po 250 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Odpowiedź: TAK

27. Dotyczy zamówienia częściowego nr 3, pozycja nr II.2: Uprzejmie prosimy o dopuszczenie testów biologicznych nasyconych zawiesiną spor bakteryjnych 10⁵. Taka populacja w zupełności wystarcza do prawidłowej kontroli procesu sterylizacji.

Odpowiedź: NIE, zgodnie z SIWZ.

28. Dotyczy zamówienia częściowego nr 3, pozycja nr II.3: Uprzejmie prosimy o określenie jaki inkubator Zamawiający posiada? Czy w przypadku zaoferowania testów o odczycie 3h niekompatybilnych z posiadanym przez Szpital sprzętem, Zamawiający dopuści bezpłatne użyczenie inkubatora do zaoferowanych testów na czas trwania umowy?

Odpowiedź: Zamawiający posiada na własność urządzenie SMART WELL wraz z przynależną drukarką, która potwierdza wydrukiem informacje wyświetloną na inkubatorze o wyniku kontroli. Nie przewiduje formy użyczenia.

29. Dotyczy zamówienia częściowego nr 3, pozycja nr II.3: Czy Zamawiający dopuści wskaźniki w opakowaniu po 50 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Odpowiedź: TAK

30. Dotyczy części nr 4, pozycja nr II.4: Czy Zamawiający dopuści osłonki przeznaczone do narzędzi o maksymalnej szerokości 10mm?

Odpowiedź: TAK

31. Dotyczy zamówienia częściowego nr 4, pozycja nr II.5: Czy Zamawiający dopuści osłonki przeznaczone do narzędzi o maksymalnej szerokości 25mm?

Odpowiedź: TAK

32. Dotyczy zamówienia częściowego nr 2, Poz. 1 Czy Zamawiający wymaga aby czerwona substancja wskaźnikowa testu skuteczności mycia mechanicznego miała postać koła umieszczonego na cienkiej metalowej płytce o długości nie mniejszej niż 8 cm kompatybilnej z wskazanym uchwytem mającym za zadanie utrudnienie dostępu czynnika myjącego a zarazem ukrytycznienie testu?

Odpowiedź: Nie wymaga postaci koła. Wymaga kompatybilności z posiadanym uchwytem utrudniającym dostęp czynnika myjącego podczas procesu.

33. Dotyczy zamówienia częściowego nr 2, Poz. 2. Czy Zamawiający wymaga aby niebieska substancja wskaźnikowa testu skuteczności mycia ultradźwiękowego miała postać kwadratu umieszczonego na cienkiej metalowej płytce o długości nie mniejszej niż 8 cm kompatybilnej z uchwytem mającym za zadanie utrudnienie dostępu czynnika myjącego a zarazem ukrytycznienie testu?

Odpowiedź: Nie wymaga postaci kwadratu. Wymaga kompatybilności z posiadanym uchwytem utrudniającym dostęp czynnika myjącego podczas procesu.

34. Dotyczy zamówienia częściowego nr 3. Czy w części I. Chemiczne wskaźniki sterylizacji pkt. 3 Zamawiający wymaga, aby test składał się z 2 niezależnych okienek wskaźnikowych zapewniając pewność prawidłowego odczytu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

35. Dotyczy zamówienia częściowego nr 3. Czy w części I. Chemiczne wskaźniki sterylizacji pkt. 3 zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga, aby na testach chemicznych znajdowało się oznaczenie norm potwierdzających klasę testów?

Odpowiedź: Informacje / oznaczenia testów zgodne z obowiązującymi normami.

36. Dotyczy zamówienia częściowego nr 3. Czy w części I. Chemiczne wskaźniki sterylizacji pkt. 3 Czy w celu ułatwienia interpretacji wyniku Zamawiający wymaga, aby na teście umieszczone były informacje w języku polskim?

Odpowiedź: Informacje / oznaczenia testów zgodne z obowiązującymi normami.

37. Dotyczy zamówienia częściowego nr 3. Czy w części I. Chemiczne wskaźniki sterylizacji, pkt. 5. Zamawiający w celu zapewnienia wysokiej krytyczności wymaga, aby pakiet testowy składał się karty testowej umieszczonej pomiędzy arkuszami specjalnego papieru i pianki?

Odpowiedź: Zgodny z obowiązującymi normami.

38. Dotyczy zamówienia częściowego nr 3. Czy w części I. Chemiczne wskaźniki sterylizacji, pkt. 5. Zamawiający dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu wymaga, aby informacje zawarte na karcie testowej i na etykiecie były w języku polskim?

Odpowiedź: Informacje / oznaczenia testów zgodne z obowiązującymi normami

39. Dotyczy zamówienia częściowego nr 3. Czy w części I. Chemiczne wskaźniki sterylizacji, pkt. 5. Czy Zamawiający wymaga, aby w celu dodatkowego zabezpieczenia przed uszkodzeniem i zabrudzeniem każdy pakiet Bowie & Dick opakowany był w woreczek strunowy?


Odpowiedź: NIE

40. Dotyczy zamówienia częściowego nr 3. Czy w części II. Biologiczne wskaźniki sterylizacji, pkt. 3 Zamawiający wymaga, aby ampułkowy test biologiczny o szybkim odczycie był kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającym inkubatorem Smart Well?

Odpowiedź: TAK

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w związku z wydzieleniem pozycji z zamówienia częściowego nr 1 modyfikuje ogłoszenie o zamówieniu, formularz oferty, formularz cenowy oraz wzór umowy.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych

mgr inż. Małgorzata Krzymańska

Sprawę prowadzi: Ewa Turzańska-Oleksyn, tel. 61 850 62 95, e-mail: ewa.oleksyn@szoz.pl