



Poznań, 03.10.2017 r.

ADZP-381-37/17

Do Wykonawców

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dnia 29.09.2017r. do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w trybie przetargu nieograniczonego, na:
" **Sukcesywna dostawa materiałów do laparotomii i laparoskopii, leczenia nietrzymania moczu i korekcji narządów rodnych**".

Treść wspomnianych prośb jest następująca:

Pytanie nr 1 - Czy Zamawiający dopuści w Części nr 5:

40 szt. taśm do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, monofilamentowych, polipropylenowych, z plastikową dwuczęściową osłonką na taśmie, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości max. 1870 µm, grubości taśmy 0,33 mm, gramaturze 48 g/m², wytrzymałości 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), taśma bez płytki i przewodnicy, oraz

- 2 szt. igły wielorazowego użytku spiralnych, prawa i lewa ze stali chirurgicznej, o średnicy 4mm, do implantacji w/w systemów przez otwory zasłonowe?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2 -Czy Zamawiający dopuści w Części nr 6:

3 szt. taśm do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, monofilamentowych, polipropylenowych, z plastikową dwuczęściową osłonką na taśmie, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości max. 1870 µm, grubości taśmy 0,33 mm, gramaturze 48 g/m², wytrzymałości 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), bez 10 nitok regulujących?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.



Pytanie nr 3-Dotyczy Pakietu 5, LP1:

Czy zamawiający dopuści do postępowania produkt renomowanej firmy Boston Scientific będącej liderem na rynku światowym w postaci Taśmy podcewkowej do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet TOT zakładanej „Out-In”, pozostałe parametry:

- zakładany przez otwory zasłonowe
- długość taśmy 44 cm, szerokość 1,1 cm, kolor biały
- gramatura siatki w zakresie 100 – 105 g/m²
- porowatość siatki w zakresie 1180 – 1200 µm
- grubość siatki w zakresie 0,60 – 0,66 mm
- materiał taśmy: 100% z polipropylen, monofilament
- krawędzie taśmy w części podcewkowej zgrzewane na gorąco, zapobiegające strzępieniu, wygładzone
- Plastikowe osłonki na taśmie, ułatwiające jej przeprowadzenie oraz chroniące niewygładzone brzoży taśmy, pomagające w prawidłowym zakotwiczeniu w tkance, chronią przed uszkodzeniem
- Niebieska wypustka środkująca identyfikująca środek siatki oraz pomagająca w prawidłowym naprężeniu taśmy,
- dwa systemy igieł do aplikacji (do wyboru), w tym jeden charakteryzujący się zarówno dwupłaszczyznowym wygięciem igieł jak i podziałem lewa/prawa

Odpowiedzi: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4-Dotyczy pakietu 3, LP1

Czy zamawiający dopuści do postępowania produkt renomowanej firmy Boston Scientific będącej liderem na rynku światowym w postaci Taśmy podcewkowej do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet TOT zakładanej „Out-In”, pozostałe parametry:

- zakładany przez otwory zasłonowe
- długość taśmy 22 cm, szerokość 1,1 cm, kolor niebieski
- gramatura siatki w zakresie 100 – 105 g/m²
- porowatość siatki w zakresie 1180 – 1200 µm
- grubość siatki w zakresie 0,60 – 0,66 mm
- materiał taśmy: 100% z polipropylen, monofilament
- końce taśmy w osłonie plastikowej ze zwężanymi ramionami wprowadzającymi, umożliwiającymi płynne przeprowadzenie taśmy przez struktury anatomiczne, taśma bez osłony plastikowej w części podcewkowej
- krawędzie taśmy w części podcewkowej zgrzewane na gorąco, zapobiegające strzępieniu, wygładzone
- plastikowa, ergonomiczna wypustka środkująca zapewniająca równy rozkład taśmy po obu stronach cewki moczowej oraz pomagająca w jej prawidłowym naprężeniu, łatwa do usunięcia, luźno połączona z taśmą
- dwa systemy igieł do aplikacji (do wyboru), w tym jeden charakteryzujący się zarówno dwupłaszczyznowym wygięciem igieł jak i podziałem lewa/prawa.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ



**Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem
w Poznaniu**

ul. Bolesława Kryśiewicza 7/8, 61-825 Poznań

Bank Śląski S.A. O/Poznaniu Nr 93 1050 1520 1000 0005 0332 1192

tel. 61 850 62 00
fax. 61 852 98 06
e-mail: kancelaria@szoz.pl
www.szoz.pl
NIP: 778-11-28-565
REGON: 630863147

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych

mgr inż. MarzeŃa Krzymańska

Sprawę prowadzi: Katarzyna Królska, tel. 61 850 62 95, e-mail : katarzyna.krolska@szoz.pl, zampub@szoz.pl

Szpital św. Józefa
ul. Kryśiewicza 7/8
61-825 Poznań
tel. 61 850 62 00
fax. 61 852 98 06

Szpital św. Józefa
ul. Nowowiejskiego 56/58
60-734 Poznań
tel. 61 852 44 91

Szpital św. Rodziny
ul. Jarochońskiego 18
60-235 Poznań
tel. 61 866 50 12
fax. 61 866 23 24