



SZPITAL POWIATOWY

w Limanowej

Imienia Miłosierdzia Bożego

ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa
www.szpitallimanowa.pl
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

Sekcja Zamówień Publicznych

faks: 18 3372 710

e-mail: awiecek@szpitallimanowa.pl

Pismo: NZ/57/D/Nu/A/2017/157/2017

Limanowa dnia: 2017-10-10

Wszyscy zainteresowani !!!

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie IWZ nr 1**

Informujemy, iż w dniu 2017-10-06, 05, 04 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym w trybie **przetarg nieograniczony** procedura poniżej 30 000 € na:

Dostawy próbek, wymazówek, pojemników medycznych, ez bakteriologicznych, szczotek cytologicznych, pipet, mikrokuwet do oznaczania glukozy oraz barwników laboratoryjnych ujętych w 8 zadaniach.,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie 1

zadanie nr 4

poz. 1 Czy Zamawiający dopuści pojemnik sterylny o pojemności 100 ml, pojemność całkowita 120 ml?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 2

Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści pojemnik niesterylny o pojemności 100 ml, pojemność całkowita 120 ml?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 3

Zadanie nr 1 poz. 6 - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania próbek sterylnych z białym korkiem?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 4

Zadanie nr 1 poz. 9 - Czy Zamawiający dopuści próbki szklane?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 5

Zadanie nr 2 poz. 1 - 5 - Czy Zamawiający dopuści wymazówki sklasyfikowane jako wyroby medyczne do diagnostyki in vitro?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 6

Dotyczy: Projekt umowy

1. (§ 10) Czy Zamawiający dopuści, po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym w razie zaistnienia niniejszej sytuacji, możliwość zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji umowy, o innej nazwie, kodzie i/lub sposobie opakowania produktu oraz zbliżonych parametrach jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w danej pozycji oferty w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on niedostępny u producenta? W przypadku innego sposobu pakowania (konfekcji), cena za opakowanie zbiorcze oferowanego zamiennika została by przeliczona w ten sposób, że cena za sztukę lub oznaczenie zamiennika byłaby równa cenie za sztukę lub oznaczenie produktu znajdującego się danej pozycji umowy.

Uzasadnienie: Wprowadzenie niniejszego zapisu pozwoli zarówno na zabezpieczenie ciągłości procesu diagnostycznego i uchroni, zarówno Zamawiającego oraz Wykonawcę przed nieoczekiwanymi oraz niezależnymi od nich skutkami wypadków losowych, do których mogą należeć: czasowa awaria linii produkcyjnej u producenta, czasowe wycofanie produktu przez producenta brak dostępności surowców, niekorzystne zmiany makroekonomiczne czy wpływ klęsk żywiołowych?

Odpowiedź: w ramach § 10 umowy.

Pytanie 7

(§ 10) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie cen jednostkowych brutto, a co za tym idzie wartości brutto umowy, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT?

Odpowiedź: w ramach § 4 ust 4

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Faks: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA

Pytanie 8

(§ 10) Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT?

Odpowiedź: jw.

Pytanie 9

(§ 10) Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto?

Odpowiedź: jw.

Pytanie 10

(§ 10) Czy Zamawiający zawrze w projekcie umowy ustęp dotyczący możliwości zmiany wynagrodzenia (dokonane w formie pisemnego aneksu), w przypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych, tj. zmiany:

- stawki od towarów i usług,
- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne?

Odpowiedź: Bez zmian

Pytanie 11

(§ 6 ust. 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO?

Odpowiedź: Bez zmian

Pytanie 12

(§ 6 ust. 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO?

Odpowiedź: Bez zmian

Pytanie 13

(§ 6 ust. 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kary od wartości niezrealizowanej części umowy? Uzasadnienie:

Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odpowiedź: Bez zmian

Pytanie 14

Czy Zamawiający dopuści e-mailowy sposób porozumiewania w przypadku reklamacji?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 15

Dotyczy Zadania 2, poz. 1-4:

Czy Zamawiający wymaga wymazówek klasy medycznej IIa? Mają one zastosowanie również w wymazach inwazyjnych; z ran ciała, chirurgia oraz pole operacyjne.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga

Pytanie 16

Dotyczy Zadania 2, poz. 1-5:

Czy Zamawiający wymaga, aby wymazówki były w opakowaniu/blistrze papierowo-foliowym?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga

Pytanie 17

Dotyczy Zadania 2, poz. 1-5:

W trosce o jakość wykonywanych badań czy Zamawiający wymaga, aby wymazówki pochodziły od jednego Producenta?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga

Pytanie 18

Dotyczy Zadania 3, poz. 1 i 2:

Czy Zamawiający wymaga ez z PP, w opakowaniu/blistrze papierowo-foliowym?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga

Pytanie 19

Dotyczy Zadania 4, poz. 3:

Czy Zamawiający wymaga pojemników o pojemności 30ml, o wymiarach (25x90mm)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga

Pytanie 20

Dotyczy Zadania 6: poz. 1 i 2:

Czy Zamawiający wymaga pipet sterylnych, pakowanych po 5 szt. w opakowaniu/blistrze papierowo-foliowym?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga

Pytanie 21

Dotyczy treści IWZ

1. Czy Zamawiający zgodzi się na podanie cen z dokładnością do 3 miejsc po przecinku w pozycjach, gdzie jednostką miary jest sztuka?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 22

Zad. 2 p. 5 Czy Zamawiający zgodzi się na wymazówki dł. 150 mm?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 23

Zad. 3 p. 1 i Zamawiający wymaga certyfikatu kalibracji (poz. 1 i 2) wraz z ofertą. Mając ponad 20-letnie doświadczenie wyniesione przy pracy nad urządzeniami służącymi do odmierzania cieczy w sposób precyzyjny, jakimi są pipety automatyczne, zauważamy, że aby odmierzyć pojemności 1 ul czy 10 ul w sposób dokładny potrzebne jest urządzenie wyspecjalizowane, jakim jest pipeta automatyczna. Z racji tak małych objętości cieczy ich dokładne odmierzanie wymaga skomplikowanego mechanizmu, który mimo to jest obciążony pewnym błędem, na temat którego każdy producent pipet podaje informację w materiałach produktowych ich dotyczących. Biorąc to pod uwagę wyrób jakim są ezy z tworzywa nie może zapewnić dokładności odmierzania cieczy. Wyrób ten jest bowiem wytwarzany w sposób masowy (miliony sztuk) na formach wtryskowych. Z racji samej specyfiki procesu produkcyjnego wyrobów pozyskiwanych z tworzywa nie będą one nigdy posiadały objętości deklarowanej w opisie produktu. Proszę zauważyć, że do końcówek do pipet automatycznych, które są produkowane w taki sam sposób, a posiadają również pojemność określaną w mikrolitrach (np. 10 ul, 200 ul), nie wystawia się żadnych dokumentów potwierdzających ich pojemność. Czemu? Dlatego, że to pipeta, na którą nakłada się końcówkę jest tym urządzeniem, które gwarantuje pobranie dokładnej (a mimo to obciążonej błędem) objętości cieczy.

Wyrób wytwarzany masowo na formie wtryskowej nigdy nie będzie wykonany w sposób precyzyjny. Dlatego wystawianie certyfikatów kalibracji na ezy czy jakiegokolwiek inne produkty wytwarzane w ten sposób jest niepoważnym traktowaniem użytkownika końcowego, który może być nieświadomy nikłej wartości takiego dokumentu. Mając to na uwadze Zamawiający powinien zadać sobie pytanie do czego służy niektórym z Wykonawców taki „dokument”. Wobec jego bezwartościowości dla użytkownika jest on narzędziem eliminacji konkurentów. Ci, którzy traktują użytkowników w sposób poważny nie narażają ich na posługiwanie się tego typu „dokumentem”. Czy wobec powyżej przytoczonej informacji Zamawiający zgodzi się odstąpić od wymogu złożenia certyfikatu kalibracji?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 24

Zad. 4 p. 1 Czy Zamawiający zgodzi się na pojemnik bez pola do opisu?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 25

Zad. 4 p. 2 Czy Zamawiający zgodzi się na pojemnik bez pola do opisu?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 26

Zad. 4 p. 3 Czy Zamawiający zgodzi się na pojemnik z wieczkiem (nie z zakrętką)?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 27

Zad. 6 p. 2 dot. końcówek niebieskich. Czy Zamawiający zgodzi się na spakowanie po 1000 szt. i odpowiednie przeliczenie oferowanej ilości opakowań?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 28

Zad. 6 p. 2 dot. końcówek białych. Czy Zamawiający zgodzi się na spakowanie po 250 szt. i odpowiednie przeliczenie oferowanej ilości opakowań?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 29

Dotyczy treści przedmiotu zamówienia

Zad. 1 p. 9 Czy Zamawiający zgodzi się na próbówki 16x100 mm z uwagi na brak na rynku próbek 10x100 mm?

Zad. 1 p. 9 pyt. 2 Jeśli Zamawiający nie zgadza się na powyższe to czy zgodzi się na próbówki 12x75 mm?

Zad. 1 p. 9 pyt. 3 Jeśli Zamawiający nie zgadza się na żadne z powyższych to czy zgodzi się na wyłączenie pozycji z zadania z uwagi na brak dostępu na rynku do próbek 10x100 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na próbówki 16x100

Pytanie 30

Pytanie pakiet nr 2

- Czy Zamawiający Wymaga, aby przedmiot zamówienia należał do Medycznej klasy IIa czy dopuszcza niższą klasę I? SIWZ nie zawiera informacji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 31

- Czy Zamawiający Wymaga wyrobów sterylnych radiacyjnie (sterile-R) czy dopuszcza wyroby aseptyczne lub sterylizowane gazowo?

Odpowiedź: Zgodnie z IWZ wymagamy wyrobów sterylnych

Pytanie 32

Pakiet nr 2 , pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści patyczki o dł. min. 150mm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 33

Pakiet nr 4 , pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści pojemniki na kał z łopatką wykonane z polistyrenu z korkiem wciskany?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 34

Pakiet nr 5 , pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki cytologiczne o długości 188mm, długość aplikatora 20 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 35

Pytania dotyczące umowy:

Dotyczy § 1

Z uwagi specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na podstawie ilości podanych przez Zamawiającego w przetargu, czy Zamawiający nie rozważy możliwości zmiany zapisu na: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji Umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”

Odpowiedź: Nie

Pytanie 36

Dotyczy § 2 ust.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł netto”?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź: Tak

Pytanie 37

Dotyczy § 2 ust.6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu „...w terminie 48 godzin..” na „w terminie 48 godzin roboczych....”

Odpowiedź: Tak

Pytanie 38

Dotyczy § 6 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację wysokości kary umownej do wysokości 0,1 % wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 39

Dotyczy § 6 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na „5 % niezrealizowanej wartości umowy.”

Obecny zapis jest mało precyzyjny. Można domniemywać, że Zamawiający ma na myśli kary wysokości 10 % liczone od wartości całej umowy.

Naliczenie kary umownej w proponowanej przez Zamawiającego wysokości 10% wartości umowy, na gruncie znowelizowanego przepisu art. 24.ust 1 pkt 1 ustawy pzp może doprowadzić do wykluczenia wykonawcy z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na okres trzech lat.

Zdaniem Wykonawcy, konsekwencje proponowanej przez Zamawiającego kary umownej są nieadekwatne w przypadku przetargu na relatywnie małą wartość. W związku z powyższym zaproponowaną przez Zamawiającego karę umowną uznać należy za niewspółmiernie wysoką, a wręcz rażąco wygórowaną.

W związku z powyższym prosimy o zmianę sposobu liczenia kary na od niezrealizowanej wartości umowy.

Odpowiedź: Nie

Pytanie 40

Pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia

Dotyczy pakietu 1:

Pozycja 1 – punkt na 1,0 ml krwi:

Czy Zamawiający dopuści probówki do morfologii, o wym. 12x75mm z suchym, rozpylonym roztworem EDTA-K2, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 41

Pozycja 1 – punkt na 1,5 ml krwi:

Czy Zamawiający dopuści Probówki na 2 ml krwi, o wym. 12x75mm z suchym, rozpylonym roztworem EDTA-K2, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 42

Pozycja 6

a) Czy Zamawiający dopuści Probówki do pozyskania surowicy o poj. 4 ml (o wym: 12 x 75 mm), z korkiem, z granulem do szybkiego wykrzepiania krwi i separacji surowicy ?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 43

b) Czy Zamawiający dopuści Probówki do pozyskania surowicy o poj. 4 ml (o wym: 12 x 75 mm), z tworzywa MEDOPLAST- tworzywo podobne właściwościami do polistyrenu, z korkiem i granulem do szybkiego wykrzepiania krwi i separacji surowicy ?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 44

Pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści probówki o poj. 7 ml (Φ13x100 mm), okrągłodenne, z PS?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 45

Pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści probówki o wymiarach: 30 x 115 mm, z podziałką co 2,5 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 46

Pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści probówki z PS, okrągłodenne z korkiem, sterylne, z etykietą, o poj. użytkowej 10 ml i całkowitej 11 ml o wym. 16x100 mm, pakowane po 5 szt?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 47

Dotyczy pakietu 2:

Pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści Wymazówki o dł. 150 mm ?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 48

Dotyczy pakietu 3:

Pozycja 1,2

Czy Zamawiający wymaga ez pakowanych w torebki strunowe?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 49

Dotyczy pakietu 4:

Pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści pojemniki o poj. użytkowej 120 ml i całkowitej 140 ml?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 50

Pozycja 1, 3

Czy Zamawiający dopuści pojemniki wykonane z PP z zakrętką z PE?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 51

Pozycja 3

Czy Zamawiający wymaga aby łopatką oddalona była od dna pojemnika maksymalnie o 1 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga

Pytanie 52

Dotyczy pakietu 5:

Pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szczoteczek cytologicznych typu Cervex do wymazów ginekologicznych umożliwiające pobranie jednocześnie komórek z szyjki macicy, z kanału szyjki oraz strefy transformacji, przeznaczone do wykonania cytologii metodą konwencjonalną oraz metodą badania jednowarstwowego (wachlarz zdejmowany z trzonka), pakowane indywidualnie, sterylne?

Odpowiedź: Tak

Przedstawione stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego w Limanowej
mgr Marcin Radzięta