



Pismo: CRZP/50/2017/AEZ/10

Gdynia dnia: 2017-10-17

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ_3

Szanowni Państwo
Uczestnicy postępowania

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-10-16 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w trybie **przetargu nieograniczonego** na:

„Infrastruktura dydaktyczna wspierająca kształcenie praktyczne na Wydziałach Mechanicznym, Elektrycznym i Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni – zakup wyposażenia laboratoriów dydaktycznych - Laboratorium Fizyki Morza”

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Prosimy o odpowiedzi na pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 7):

1. (Dot. pkt. 17g) Prosimy o wyrażenie zgody na ofertę na spektrofotometr z szybkością skanowania w zakresie 2-3000 nm/min?

Skanowanie z szybkością 2 nm/min daje możliwości bardzo dokładnych i precyzyjnych pomiarów, natomiast skanowanie z szybkością 3000 nm/min umożliwia zebranie widma w wymaganym zakresie (190-900 nm) poniżej 18 sekund.

Odpowiedź: Szybkość skanowania istotna jest dla nas przy spektrofluorymetrze, czyli głównym urządzeniu przetargowym. W urządzeniu dodatkowym/przystawce jaką pełni spektrofotometr nie jest bardzo istotna. Najważniejszymi parametrami w pomiarach spektrofotometrycznych są zakres długości fali, zakres fotometryczny oraz dokładność pomiarowa. Zmniejszenie szybkości skanowania na rzecz poprawy precyzji pozytywnie wpłynie na jakość przyrządu. W związku z tym zgadzam się na dopuszczenie do przetargu aparatu z szybkością skanowania w zakresie 2-3000 nm/min.

Wprowadzone tym pismem odpowiedzi są wiążące dla Wykonawców i należy je traktować, jako wyjaśnienie SIWZ zgodnie z art. 38 Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579). Stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej: <http://przetargi.propublico.pl/ZamawiajacySzczegoly.aspx?id=359>

Zespół d/s Zamówień Publicznych
Główny Specjalista
Anita Brunowicz
Anita Brunowicz