

Suwałki, dnia 31/10/2017r.

L.dz. SZW.DZI.262.324/43/PN/MN/2017

Wszyscy uczestnicy postępowania
NS: 43/PN/MN/2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: **zakup i dostawa sprzętu i urządzeń na potrzeby wyposażenia pracowni histopatologii w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach**

Uczestnik 1

Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4 – pakiet 1 – mikrotom

Pytanie 1 poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie mikrotomu saneczkowego z zakresem cięcia 0,5-40um?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 poz. 4 :

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie mikrotomu z zakresem cięcia 0,5-10um ze skokiem co 0,5um (bardzo precyzyjna możliwość ustawienia grubości cięcia w początkowym najczęściej wykorzystywanym podczas skrawania zakresie) oraz z zakresem cięcia 10-40um ze skokiem co 5um?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 poz. 9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie mikrotomu z przesuwem poziomym w zakresie 180mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4 poz. 10 :

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie mikrotomu z przesuwem pionowym w zakresie 48mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: Rozdział 18 SIWZ – termin dostawy – pakiet 1

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści do wydłużenia terminu realizacji zamówienia do końca grudnia 2017 dla pakietu nr 1? Prośbę swą motywujemy faktem, iż zamawiany towar sprowadzany jest bezpośrednio od producenta zza granicy na specjalne zamówienie klienta. Wykonawca nie chcąc dopuścić do opóźnienia w dostawie z przyczyn od nas nie zależnych prosi o wydłużenie terminu jak na wstępie. Z góry dziękujemy.

Odpowiedź: Zamawiający wydłuża termin realizacji zamówienia maksymalnie do dnia 10/12/2017r.

Uczestnik 2

Pytanie nr 1; dotyczy zadania 1 - MANUALNY MIKROTOM SANECZKOWY– 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie urządzenia równoważnego pod kątem techniczno-użytkowym będącego najwyższej klasy aparaturą badawczą – diagnostyczną w dziedzinie histopatologii, z zachowaniem wszystkich wymaganych przez zamawiającego parametrów dotyczących: dostawy, instalacji, warunków gwarancji, szkoleń o poniższych parametrach:



1. Ręczny, prosty w obsłudze mikrotom pozwalającym na wykonanie skrawków parafinowych o grubości od 0.5 μm do 60 μm .
2. Niewymagające specjalnej konserwacji urządzenie stolikowe z sankami noża na prowadnicy rolkowej i automatyczną regulacją grubości cięcia.
3. Stabilna, beznaprężeniowa konstrukcja z systemem przesuwu mikrometrycznego w zamkniętej obudowie, chronionej przed dostępem odpadów parafinowych.
4. Urządzenie posiada zoptymalizowaną pod względem ergonomii pozycję głowicy preparatu; sanki noża odznaczające się płynnością ruchu można zablokować w bezpiecznym miejscu, wskokach co 10 mm.
5. Nie wymaga zasilania elektrycznego.
6. Posiada możliwość ręcznego lub automatycznego dosuwania głowicy z preparatem (o wybraną wcześniej grubość cięcia).
7. Opcja ręcznego wysuwu głowicy pozwala na znaczne skrócenie czasu pracy w przypadku wykonywania dużej ilości ścinoków.
8. Regulowany indywidualnie uchwyt Ergo dla łatwego przesuwu sanek.
9. Urządzenie wyposażone w uniwersalny zacisk do kasetek.
10. System szybkiej wymiany uchwytów.
11. Zakresy grubości cięcia:
 - od 0.5 μm do 5 μm w krokach co 0.5 μm
 - od 5 μm do 10 μm w krokach co 1 μm
 - od 10 μm do 20 μm w krokach co 2 μm
 - od 20 μm do 60 μm w krokach co 5 μm .
12. Automatyczny przesuw próbki: 0 do 30 μm .
13. Zakres pionowego przesuwu preparatu: 50 mm.
14. Poziomy zakres ruchu noża: 185 mm.
15. Regulacja kąta natarcia (przyłożenia): -3° do 10° .
16. Maksymalna wielkość preparatu: 50 x 60 x 40 mm.
17. System precyzyjnej orientacji przestrzennej głowicy z preparatem w osiach XY o wartość 8° ze wskazaniem położenia 0/0°.
18. Regulacja kąta deklinacji (odchylenia) w zakresie 0° - 45° .
19. Urządzenie jest wyposażone w uchwyt ostrzy jednorazowych SE.
20. Uchwyt ostrza posiada zintegrowaną osłonę.
21. Koło przesuwu z grubego odznaczające się płynnością poruszania jest do wyboru w wersji z obrotem zgodnym z ruchem wskazówek zegara oraz z ruchem przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
22. Urządzenie posiada pojemną, antystatyczną tackę na odpadki.

WYMIARY URZĄDZENIA:

Głębokość:	430 mm
Wysokość:	343 mm
Szerokość:	390 mm
Waga:	25 kg

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Uczestnik 3

Pytanie 1

Jakiego minimalnego pola widzenia FN wymaga Zamawiający w układzie optycznym mikroskopu?

Odpowiedź: Minimum FN=26.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie 4 obiektywów o następujących parametrach (bez obiektywu o powiększeniu 2x):

Plan Achromat C obiektyw 4x. Odległość czołowa 18.5 mm, apertura numeryczna 0.10; obserwacja zarówno poprzez jak i bez szkiełka nakrywkowego.

Plan Achromat C obiektyw 10x. Odległość czołowa 10.6 mm, apertura numeryczna 0.25. Korekcja na dowolnej grubości szkiełka nakrywkowe.

Plan Achromat C obiektyw 20x. Odległość czołowa 1.2 mm, apertura numeryczna 0.40, korekcja na szkiełko nakrywkowe 0.17 mm.

Plan Achromat C obiektyw 40x. Odległość czołowa 0.6 mm, apertura numeryczna 0.65, korekcja na szkiełko nakrywkowe 0.17 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mikroskopu z kondensorem bez uchylnej soczewki (uchylna soczewka jest konieczna tylko do obserwacji przez obiektyw o powiększeniu 2x)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stolika z pokręteł przesuwu po prawej stronie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

M.N./M.N.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie tubusu binokularowego uchylnego o kącie nachylenia 5-35 stopni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu bez płyty pod mikroskop – mikroskop będzie wyposażony w uchylną nasadkę okularową, pozwalającą na dopasowanie mikroskopu do operatora, więc dodatkowe pochylanie samego mikroskopu nie ma uzasadnienia praktycznego

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mikroskopu bez kolorystycznie oznakowanych ustawień na kondensorze dla poszczególnych obiektów, a wyposażonego w skalę NA.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 15.12.2017r.

Odpowiedź: Zamawiający wydłuża termin realizacji zamówienia maksymalnie do dnia 10/12/2017r.

Pytanie 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację treści umowy:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowej realizacji umowy w wysokości 0,3 % wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień roboczy opóźnienia ponad termin określony w § 2 ust. 1 umowy.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w wysokości 0,3 % wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień roboczy zwłoki ponad terminy określone, odpowiednio w § 2 ust. 7 umowy.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku opóźnienia w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 03 % wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień roboczy opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Uczestnik 4**Pytanie 1 Dotyczy wzoru umowy Pakiet 1 :**

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów do projektu umowy w §5, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą niewykraczające poza dopuszczalne zgodnie z art. 3531 k.c. granice swobody umów :

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w §1 ust. 2 umowy.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2 Dotyczy wzoru umowy Pakiet nr 1:

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów do projektu umowy w §3

W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2016, poz. 684 t. j.).

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, dokonuje modyfikacji w zakresie załącznika nr 4 do SIWZ tj. parametry techniczne - pakiet 3 – lodówka, poprzez zmianę parametrów sprzętu. Zamawiający wymaga złożenia oferty na zmodyfikowanych drukach. Wersję edytowalną Zamawiający zamieścił na stronie zamawiającego www.szpital.suwalki.pl

Treść niniejszego pisma stanowi uzupełnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 25/10/2017r.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia zmian wynikających z odpowiedzi na zapytania w składanych ofertach.

Z poważaniem

Adam Szałanda

DYREKTOR

Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera
w Suwałkach