



# Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60  
tel. (0-87) 562 94 21 fax (0-87) 562 92 00  
e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl

NIP 844-17-86-376

REGON 790319362



Suwałki, dnia 31/10/2017r.

L.dz. SZW.DZI.262. 325/43/PN/MN/2017

**Wszyscy uczestnicy postępowania  
NS: 43/PN/MN/2017**

## **SPROSTOWANIE DO ODPOWIEDZI Z DNIA 31/10/2017r.**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: **zakup i dostawa sprzętu i urządzeń na potrzeby wyposażenia pracowni histopatologii w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach**

### **Uczestnik 3**

#### **Jest:**

#### **Pytanie 1**

Jakiego minimalnego pola widzenia FN wymaga Zamawiający w układzie optycznym mikroskopu?

Odpowiedź: Minimum FN=26.

#### **Powinno być:**

#### **Pytanie 1**

Jakiego minimalnego pola widzenia FN wymaga Zamawiający w układzie optycznym mikroskopu?

Odpowiedź: Minimum FN=25.

Treść niniejszego pisma stanowi uzupełnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 25/10/2017r.  
Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia zmian wynikających z odpowiedzi na zapytania w składanych ofertach.

Z poważaniem

**Adam Szałanda**

**DYREKTOR**

Szpitala Wojewódzkiego  
im. dr. Ludwika Rydygiera  
w Suwałkach