



**SZPITAL POWIATOWY**

w Limanowej

**Imienia Miłosierdzia Bożego**

ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa  
www.szpitallimanowa.pl  
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

**Sekcja Zamówień Publicznych**

**faks: 18 3372 710**

**e-mail: zampub@szpitallimanowa.pl**

**Pismo: NZ/63/D/N/L/2017/179/2017**

Limanowa dnia: 2017-11-02

**Wszyscy zainteresowani !!!**

**ODPOWIEDŹ  
na zapytania w sprawie SIWZ nr 1**

Informujemy, iż w dniach 2017-10-30-31-11-02 wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 38 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (T.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

**Dostawy wyrobów medycznych ujęte w 24 zadaniach asortymentowych dla zaopatrzenia Szpitala Powiatowego w Limanowej;**

Zadanie 18 - Maski krtaniowe, pojemniki do pobierania wydzieliny z drzewa oskrzelowego 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 2 sterylnej pojemnika do pobierania wydzieliny z drzewa oskrzelowego o pojemności 15 ml, celem dopuszczenia większej liczby Oferentów, co pozwoli Państwu na uzyskanie jak najlepszej oferty przetargowej w w/w zadaniu.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Zadanie 20 - Maski tlenowe, twarzowe, nebulizatory, resuscytatory 1. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, Czy Zamawiający wymaga w zestawie masek twarzowych dla pozycji nr 2 i 4?

**Odpowiedź:** Tak

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycjach nr 2, 4, 5 resuscytatorów wielorazowego użytku z możliwością sterylizacji wszystkich elementów z wyłączeniem rezerwuaru tlenowego.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

Zadanie 15, poz. 1 (1.1-1.3) pierwszy opis. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej bez portu bocznego, z zastawką antyzwrotną uniemożliwiającą wypływ krwi w czasie kaniulacji, z logo producenta na kaniuli. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Zadanie 15, poz. 1 (1.1-1.3) drugi opis. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej bez portu bocznego z zastawką antyzwrotną uniemożliwiającą wypływ krwi w czasie kaniulacji, z logo producenta na kaniuli. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Zad. 15, poz. 1 (1.1-1.3) drugi opis. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej z portem bocznym, z zastawką antyzwrotną uniemożliwiającą wypływ krwi w czasie kaniulacji, z logo producenta na kaniuli. Pozostałe param. zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Zadanie 15, poz. 1 (1.1-1.3) drugi opis. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej z portem bocznym, z filtrem hydrofobowym, z 3 paskami radiocieniującymi. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pakiet 18 pozycja 1-1.6** Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania maski krtaniowej jednorazowego użytku, z PCV, do wentylacji pacjenta z zabezpieczeniem w postaci uźebrowania chroniącego przed możliwością wklínowania nagłośni oraz z luźnym niewbudowanym na całej długości rurki oddechowej drenem do napełniania mankieta co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu od zębów pacjenta, w rozmiarach (1 – 5)?

**Odpowiedź:** Tak

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA  
BAKTERIOLOGICZNA

**Pakiet 18 pozycja 2** Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania sterylne pojemnika do pobierania wydzieliny z drzewa oskrzelowego z 2 końcówkami z kontrolą siły ssania?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu nr 15 poz. 2 Kaniuli dożylniej, bezpiecznej, bez portu bocznego, wyposażonej w automatyczny mechanizm bezpieczeństwa chroniący przed zakłuciem uruchamiany zaraz po użyciu kaniuli, wykonanej z poliuretanu bez zawartości lateksu i PCV, wyposażonej w minimum 4 paski radiocieniujące, skrzydełka mocujące, **przejrzysty uchwyt z filtrem hydrofobowym, bez dodatkowej zastawki.**

Zgodnie z Polską Normą PN EN-ISO 10555 cewnik obwodowy ma być wyposażony w zatyczkę odpowietrzającą zdefiniowaną jako „umocowana na stałe lub zdejmowana zatyczka pozwalająca na wypuszczenie powietrza przy równoczesnym ograniczeniu lub lepiej niedopuszczeniu do wypływu krwi”. Taką funkcję pełni zarówno zastawka antyzwrotna, jak i filtr hydrofobowy.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

#### **Zadanie nr 21 Kołnierze szyjne**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w zadaniu nr 21 pozycja 1 oraz 2 kołnierza ortopedycznego, który jest sztywnym kołnierzem stabilizującym oraz usztywniającym kręgosłup szyjny w neutralnej i bezpiecznej pozycji, jednoczęściowym. Specjalnie zaprojektowany kształt pozwala na podparcie głowy w co najmniej trzech najbardziej newralgicznych punktach co sprawia, że jest ona właściwie ustabilizowana. Kołnierze zostały wykonane z pianki polietylenowej, z zamkniętymi komórkami aby zabezpieczyć kołnierz przed wchłanianiem krwi, wody etc. oraz o wysokiej gęstości z pianką co zapewnia opatentowane wsparcie podbródka.

Regulacja wielu wysokości pasuje niemal dla wszystkich dorosłych (4 pozycje) i dzieci (3 pozycje).

Duży otwór znajdujący się w przedniej części kołnierza umożliwia dostęp do tchawicy i kontrolę tętna na tętnicach szyjnych.

Konstrukcja kołnierza zapewnia komfort i bezpieczeństwo poszkodowanego. Jest nietoksyczny, hipoalergiczna pianka redukuje podrażnianie skóry. Nie posiada lateksu. Jest łatwo zmywalny.

Kołnierze zapinane są na rzepy. Kołnierze są przepuszczalne dla promieni RTG oraz kompatybilne z CT i MRI

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu nr 15 Kaniuli dożylniej, bezpiecznej, z zatyczką posiadającą zastawkę antyzwrotną uniemożliwiającą wypływ krwi zamiast filtra hydrofobowego, o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

Zgodnie z Polską Normą PN EN-ISO 10555 cewnik obwodowy ma być wyposażony w zatyczkę odpowietrzającą zdefiniowaną jako „umocowana na stałe lub zdejmowana zatyczka pozwalająca na wypuszczenie powietrza przy równoczesnym ograniczeniu lub lepiej niedopuszczeniu do wypływu krwi”. Taką funkcję pełni zarówno zastawka antyzwrotna, jak i filtr hydrofobowy.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

#### **Zad. nr 2 Czy Zamawiający dopuści w pkt. 1.1-1.4 łyżki wyposażone w diodę o jasności 1500 lux?**

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

**Zad. nr 4, poz. 1** Czy Zamawiający dopuści zastawkę umożliwiającą używanie przez 7 dni lub 100 podań, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Zadanie nr 4, pozycja 1** Czy Zamawiający dopuści zastawkę posiadającą nieprzezroczystą niebieską membranę, umożliwiającą używanie przez 7 dni lub 140 podań, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Zadanie nr 8, pozycja 1** Czy Zamawiający dopuści okulary ochronne do fototerapii o następujących parametrach:

zapewniają optymalną ochronę przed promieniowaniem poprzez specjalną osłonę na oczy chroniącą je przed szkodliwym działaniem światła, doskonale dopasowują się do każdego kształtu główki, dzięki specjalnym, regulowanym zakładkom, odpowiedni kształt okularów (litera Y) uniemożliwia ich przesuwanie się podczas fototerapii, wykonane z miękkiego materiału, zmniejszają ryzyko podrażnienia delikatnej skóry dziecka, nie zawierają lateksu, dostępne w 3 rozmiarach S, M, L

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA  
Bakteriologiczna



**Zadanie nr 11, pozycja 1** Czy Zamawiający dopuści ortopedyczny zestaw do odsysania o następującym składzie: Czy Zamawiający dopuści ortopedyczny zestaw do odsysania pola operacyjnego o składzie: zakrzywiona kaniula o długości 23cm, uchwyt z zamontowanym filtrem, dren CH30 o długości 250cm, dodatkowy filtr, jak na poniższym zdjęciu ?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ



**Zad. nr 13. Poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści kaczki o pojemności 875 ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

**Zad. nr 13. Poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści miski o wymiarach: dł x szer x wys: 280 x 165 x 45 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

**Zad. nr 18, poz. 2** Czy Zamawiający dopuści pojemnik 20ml do pobierania wydzieliny z drzewa oskrzelowego, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Zad. nr 20, poz. 1** Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do odrębnego pakietu?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

**Zadanie nr 12: Akcesoria do defibrylatora i kardiomonitorów firmy EMTEL**

**POZYCJE: 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2-** prosimy o podanie jakie zakończenia mają mieć odprowadzenia, które chce otrzymać Zamawiający:

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001




PRACOWNIA  
Bakteriologiczna



ISO 9001:2008  
Zarządzanie  
Jakością  
ISO 9001:2008  
Systematycznie monitorowany





• a) czy b) ?

**Odpowiedź:** Zakończenia „b”

**POZYCJE: 1.5, 2.5-** prosimy o podanie czy czujnik temperatury ma być **dla dorosłych czy pediatryczny?**

**Odpowiedź:** Dla dorosłych

**POZYCJE: 1.7, 2.6, 3.6, 4.6-** prosimy o dopuszczenie kabla głównego do czujnika o **długości 3 metrów.**

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

**POZYCJA 5.1-** prosimy o opisanie lub przedstawienie zdjęcia, wejścia do monitora w defibrylatorze EMTEL DEFIMAX

**Odpowiedź:** Rok produkcji 2011 seria 03110294

Czy Zamawiający dopuści - system do bezpiecznej infuzji leków cytostatycznych przez personel medyczny, w celu zapobiegania wszelkiego rodzaju kontaminacji. Zestaw ten oferuje szeroki zakres linii centralnych, który wraz z regulatorem przepływu leku cytostatycznego może tworzyć kompletny system. Zestaw zawiera w szczególności: kołec wlotowy z odpowietrzeniem łatwy do czyszczenia, przeźroczyste dreny, 2 dodatkowe wloty, bezigłowy konektor Luer-Lock, pojemnik wyrównawczy 20-kropli/ml z filtrem, linia podaży leku przeźroczysta o długości 160cm, regulator przepływu leku cytostatycznego, bezigłowy port typu Y wraz z konektorem Luer-Lock z samopłuczącą się nakrętką, zakrętki hydrofobowe. Regulator przepływu leku cytostatycznego jest liderem na rynku i może być stosowany zamiast elektrycznych pomp tworząc kompletny system i regulując koszty. Produkt pakowany pojedynczo w kartonie zbiorczym po 20 sztuk produktu.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4 z Pakietu nr 16 i stworzy osobny pakiet?

Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

#### **Dotyczy pakietu 19**

Czy Zamawiający dopuszcza w części 19 pozycja 1 Zestaw do przezskórnej tracheostomii Ciaglia „Blue Rihno” do wprowadzenia metodą Seldingera w skład którego wchodzi:

- Jednostopniowe niebieskie rozszerzadło o kształcie rogu nosorożca z założonym cewnikiem wprowadzającym
- Prowadnica Seldingera ze znacznikami pozycjonującymi o średnicy 0,052 inch (1,32 mm) w plastikowej osłonie
- Stożkowe prowadniki do rurki tracheostomijnej w rozmiarze: 21F, 24F i 27F
- Igła 7 cm, rozmiar 15 Ga
- Igła z koszulką 7 cm, o rozmiarze 15 Ga
- Krótkie Rozszerzadło w rozmiarze 14,0 Fr dl. 6,5 cm
- Skalpel jednorazowego użytku nr 15
- Strzykawka jednorazowa
- Czerwony pojemnik na zużyte igły
- Żel poślizgowy
- Rurka tracheostomijna wykonana z miękkiego PCV z mankietem. Rurka posiada stożkowe zakończenie oraz wymienne kaniule wewnętrzne.

Rozmiary rurki w zależności od zamówienia przez Zamawiającego:

- 7 (średnica zewnętrzna rurki 10mm, długość 78cm)
- 8 (średnica zewnętrzna rurki 11mm, długość 86cm)
- 9 (średnica zewnętrzna rurki 12mm, długość 97cm)

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

#### **Pakiet 3, ilość pozycji 9, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi z kolorystycznie oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych, cewnik 14FR o podanych długościach w SIWZ widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA  
Bakteriologiczna



ISO 9001:2008  
Zarządzanie  
Jakością  
ISO 9001:2008  
Systematycznie monitorowany



cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczone przewodnice J-Flex Tip 0.038", dwa koreczki heparynizowane.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 z Pakietu nr 3 i stworzy osobny pakiet?

Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 3, ilość poz. 9. Poz. 9. Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Flow™ (cytrynian sodu) w stężeniu 46,7% w postaci ampułko-strzykawki 3ml x 2 Twin Pack (łączna objętość 6ml) stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego o wysokiej czystości chemicznej i wysokim profilu bezpieczeństwa dla pacjenta. CitraFlow posiada udokumentowane klinicznie działanie przeciwzakrzepowe oraz przeciwbakteryjne. Specjalna budowa ampułko-strzykawki CitraFlow typu Luer Lock chroni cewnik dializacyjny i port dożylny przed uszkodzeniem gdyż maksymalne ciśnienie wytwarzane podczas wprowadzania produktu do kanału cewnika wynosi 1,37 bara. Ciśnienie infuzji nie powinno nigdy przekraczać 25 psi (1,7 bara) co w przypadku zwykłych strzykawek może nie spełniać tego warunku i wynosić 39 psi (2.69 bara). CitraFlow pakowany w fabrycznie napełnione ampułko-strzykawki zabezpiecza przed utratą produktu podczas nabierania np: z fiolki - brak zachowanego sterylnego pola. Nie wymaga konieczności posiadania dodatkowych strzykawek oraz igieł które w konsekwencji podnoszą koszty leczenia pacjenta i wydłużają czas pracy personelu medycznego. Specjalnie zaprojektowana budowa ampułko-strzykawki CitraFlow nie powoduje refluksu krwi chroniąc przed działaniem niepożądanym jak (metaliczny posmak, mrowienie dłoni) zabezpiecza przed tworzeniem skrzepu i nie ogranicza przepływu krwi. Opakowanie typu Twin Pack zawiera dwie ampułko-strzykawki aseptycznie zamknięte brak cząstek podczas otwierania opakowania (zachowane sterylne pole) w ilości 100 sztuk w opakowaniu z przeliczeniem zamawianej ilości.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę 1ml cytrynianu sodu w stężeniu 46,7% ze względu na większą łączną objętość ampułko-strzykawek, która wynosi 6ml.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 9 z Pakietu nr 3 i stworzy osobny pakiet?

Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pakiet nr 18, poz. 2:** Czy Zamawiający dopuści sterylny pojemnik do pobierania wydzieliny z drzewa oskrzelowego z 2 końcówkami o pojemności 25ml, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert? **Pakiet nr 18, poz. 2:** W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Dotyczy Zadania nr 12 poz. 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1**

Prosimy o podanie numeru katalogowego kabla obecnie stosowanego u Zamawiającego, co umożliwi złożenie oferty zgodnej z oczekiwaniami Zamawiającego.

**Odpowiedź:** EC094-3 AI dla wszystkich pozycji.

**Dotyczy Zadania nr 12 poz. 1.4, 2.4, 2.8, 3.4, 4.4**

Czy Zamawiający dopuści kabel o długości 90 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Dotyczy Zadania nr 12 poz. 1.5, 2.5**

Czy Zamawiający wymaga czujnika dla dorosłych?

**Odpowiedź: Dla dorosłych**

**Dotyczy Zadania nr 20 poz. 2, 4**

Czy Zamawiający dopuści resuscytator z możliwością podłączenia zastawki PEEP, przy zastosowaniu dodatkowej złączki?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Dotyczy Zadania nr 20 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści resuscytator o objętości oddechowej 1060 ml?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Dotyczy Zadania nr 20 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści resuscytator o objętości worka 320 ml?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pakiet 24, ilość pozycji 7, pozycja 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4 z Pakietu nr 24 i stworzy osobny pakiet?

Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



Zarządzanie  
Jakością  
ISO 9001:2008  
Systematycznie monitorowany



PRACOWNIA  
Bakteriologiczna



**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Zadanie nr 6. Poz.12,14,15,16** Czy zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu, ze względu na zróżnicowanie asortymentu ? Czy zamawiający wydzieli poz. 12,14,15,16 do zadania nr 13?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Zadanie nr 13 Poz.2** Czy zamawiający dopuści miskę nerkową o pojemności 700 ml?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający w Zadaniu 23 w Pozycji 1 dopuści również równoważny chirurgiczny stapler skórny do szybkiego zamykania ran, sterylny, jednorazowego użytku, załadowany 35 sztukami zszywek o średnicy 0,53-0,58mm ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający w Zadaniu 23 w Pozycji 1 wymaga chirurgiczny stapler skórny do szybkiego zamykania ran, sterylny, jednorazowego użytku, załadowany 35 sztukami zszywek, normalny (rozpiętość zszywki 5,7mm, długość nówek zszywki 3,9mm) czy szeroki (rozpiętość zszywki 6,9mm, długość nówek zszywki 3,9mm) ?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga normalny (rozpiętość zszywki 5,7mm, długość nówek zszywki 3,9mm).

**Zadania nr 13 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaczki jednorazowego użytku o pojemności 875 ml. Dopuszczenie produktu o powyższych parametrach pozwoli na udział większej liczbie oferentów i uzyskanie przez Zamawiającego lepszej cenowo oferty.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

Przedstawione stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy pzp, zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

DYREKTOR  
Szpitala Powiatowego w Limanowej  
*mgr Marcin Radzięta*

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



Zarządzanie  
Jakością  
ISO 9001:2008  
Systematycznie monitorowany



PRACOWNIA  
Bakteriologiczna