



SZPITAL POWIATOWY

w Limanowej

Imienia Miłosierdzia Bożego

ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa
www.szpitallimanowa.pl
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

Sekcja Zamówień Publicznych

faks: 18 3372 710

e-mail: zampub@szpitallimanowa.pl

Pismo: NZ/63/D/N/L/2017/180/2017

Limanowa dnia: 2017-11-03

Wszyscy zainteresowani !!!

ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ nr 2

Informujemy, iż w dniu 2017-11-02 wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 38 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (T.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Dostawy wyrobów medycznych ujęte w 24 zadaniach asortymentowych dla zaopatrzenia Szpitala Powiatowego w Limanowej,

Zadania nr 12 poz. 1.7, 2.6, 3.6, 4.6. Prosimy o określenie technologii, w jakiej mają być wykonane czujniki.

Odpowiedź: Zamawiający nie określa wymogów w tym zakresie.

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 4 ust. 6 poprzez zmianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odpowiedź: Zamawiający nie znajduje podstaw do modyfikacji zapisu.

2. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

3. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1, 2, 3: W razie wystąpienia opóźnienia w realizacji dostaw Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 0,2 % wartości brutto wynikającej z danego zamówienia - za każdy dzień opóźnienia, przekraczający termin realizacji zamówienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionego w realizacji zamówienia.**

Odpowiedź: Zamawiający nie znajduje podstaw do modyfikacji zapisu.

W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w całości lub w części z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, Zamawiający będzie uprawniony do nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości 10% wartości brutto **niezrealizowanej części** wynagrodzenia określonego w § 3.

Odpowiedź: Zamawiający nie znajduje podstaw do modyfikacji zapisu.

W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 2, Zamawiający będzie uprawniony do nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości 10% wartości brutto **niezrealizowanej części** wynagrodzenia umownego.

Odpowiedź: Zamawiający nie znajduje podstaw do modyfikacji zapisu.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 9 do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

pakiet 3 pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, ze wsuniętymi mandrynami, cewnik o przekroju 14FR i długościach: 17 cm, 20 cm, 25 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apiogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewód z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 do osobnego pakietu?

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

1.Czy Zamawiający dopuści do postępowania produkt DualCap™ w kolorze niebieskim stosowany do bezigłowych zaworów, zawierający 70% alkoholu izopropylowego (IPA), w pełni aseptyczny, usuwający drobnoustroje (CRBSI) o działaniu w pierwszych 30 sekundach od zastosowania do użycia przez 7 dni.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

2..Czy Zamawiający dopuści korek pakowany po 350 szt. w kartonie z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza korek pakowany pojedynczo w kartonach zbiorczych po 350 szt. z przeliczeniem odpowiedniej ilości.

3.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji? Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej, jak również wpłynie na ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznymi.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy Zadania nr 24 poz. 5 W związku ze zmianami dokonanymi przez producenta zestawów do nadłonowego drenażu pęcherza firmę BBraun, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu w skład którego wchodzi: cewnik CH10 o długości 65 cm., długość igły 12 cm, worek na mocz o pojemności 2 l, usuwalna kaniula. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do odrębnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Czy zamawiający w pakiecie 4 wymaga prostego toru przepływu,?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Czy zamawiający w pakiecie 4 będzie wymagał objętości wypełnienia nie większej niż 0,07 ml

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Czy zamawiający w pakiecie 4 dopuści system bezigłowy posiadający mechanizm zapobiegający wstecznemu wypływowi krwi do cewnika, niwelując ryzyko zatkania cewnika

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Czy zamawiający w pakiecie 4 będzie wymagał system bezigłowy z objętością wypełnienia nie większą niż 0,2 zapewniający szczelność przed w trakcie i po użyciu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Czy zamawiający w pakiecie 4 celem zakupu sprzętu najwyższej jakości będzie wymagał badań klinicznych potwierdzających skuteczność wypłukania krwi z bezigłowych systemów. Jest to istotne ze względu na ryzyko formacji biofilmu, co może zwiększyć ryzyko kolonizacji cewnika, a w konsekwencji odcewnikowego zakażenia krwi

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

1. Prosimy o uzupełnienie § 2 ust.1 że wykonawca będzie dostarczał przedmiot umowy własnym transportem o słowa „lub zleconym przez siebie, np. firmą kurierską”, ponieważ wymóg własnego transportu jest niezgodny ze swobodą działalności gospodarczej, stanowi również nieuprawnione ograniczenie kręgu wykonawców, naruszając zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis par 2 ust 1 projektu umowy nadając mu następującą treść: Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko."
Dotyczy pakietu nr 19

Czy Zamawiający w pakiecie nr 19 dopuści kompletny zestaw do przezskórnej tracheotomii z jednostopniowym rozszerzadłem w postaci śruby z powłoką hydrofilną, prowadnicą Seldingera, skalpelem, igłą z kaniulą, strzykawką, rurką tracheostomią z regulowanym położeniem kołnierza i mandrynem wprowadzającym z uchwytem, oraz z szeroką, miękką opaską?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Prosimy o dopuszczenie dostarczania faktury za zamówiony asortyment wyłącznie na adres poczty elektronicznej w formie pliku PDF? Faktura w formie elektronicznej zostanie dostarczona następnego dnia roboczego po dniu wysłania zamówionego asortymentu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Prosimy o dopuszczenie dostarczania zamówionego asortymentu wraz z dokumentem dostawy, natomiast faktura VAT zostanie dostarczona do 5 dni roboczych od dnia dostawy

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 2 Prosimy o potwierdzenie czy chodzi o łyżki z wbudowanymi żarówkami czy o łyżki ze światłowodem

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
Bakteriologiczna

przeznaczone do współpracy z rękojeściami zgodnymi z zielonym standardem

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 12 Poz. 1.4, 2.4, 2.8, 3.4, 4.4 – prosimy o dopuszczenie długości kabla 90 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 4 W związku z możliwością stosowania zaworu w terapii domowej zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy powierzchnia styku z końcówką luer strzykawki ma być wykonany z poliuretanu, materiału o znacznie mniejszej możliwości przylegania drobnoustrojów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

2. Prosimy o wyjaśnienie czy bezigłowy port do iniekcji ma posiadać protektor męski z możliwością połączenia bez ryzyka skażenia wkłucia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 11 Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy oczekuje zestawu do ortopedycznego odsysania pola operacyjnego z 3 różnymi końcówkami: końcówki ssącej prostej z otworami odbarczającymi dł. min. 28 cm, końcówki ssącej zagiętej z otworami odbarczającymi dł. min. 15 cm, końcówki ssącej zagiętej z otworami odbarczającymi dł. min. 23 cm, drenu do ssaka z miękkimi zabezpieczeniami antyzagięciowymi i uniwersalną docinaną końcówką od strony ssaka (8-18 mm), dł. min 70 cm w komplecie z 2 wymiennymi filtrami podwójnie pakowany w worek foliowy i zewn. opakowanie papierowo- foliowe?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 15 Do poz. 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul z min. 4 paskami radiocieniującymi, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Taki opis jest w SIWZ

Pakiet 18 poz. 1 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy maska ma być wolna od lateksu, DEHP oraz bisfenolu (BPA)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

2. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy rozmiar maski ma być kodowany kolorem mankietu i balonika kontrolnego z dodatkowym oznaczeniem numerycznym na baloniku kontrolnym oraz na rurce oddechowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 18 poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika do pobierania wydzieliny o poj. 10ml.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 23 poz.1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie tolerancji w rozmiarze średnicy zszywki +/-20%.

Odpowiedź: **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

Pakiet 18 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z zadania nr 18 pozycji nr 2, co wymusi konkurencyjność składanych ofert poprzez dopuszczenie bezpośrednich dostawców/producentów masek krtańowych nieposiadających w ofercie sterylnych pojemników do pobierania wydzieliny z drzewa oskrzelowego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 20 poz. 2,3,4 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy rezerwuary tlenu w resuscytatorach mają nadawać się do sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134°C, czy też Zamawiający dopuszcza resuscytatory z rezerwuarami tlenu nadającymi się do mycia w maszynie myjącej (w temperaturze do 60°C).

Odpowiedź: **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

Przedstawione stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy pzp, zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego w Limanowej
mgr Marcin Radzięta

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
Bakteriologiczna