



Pismo: CRZP/69/2017/AEZ/22

Gdynia dnia: 2018-01-04

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ_2

Szanowni Państwo
Uczestnicy postępowania

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-01-03 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w trybie **przetargu nieograniczonego** na:

**„Infrastruktura dydaktyczna wspierająca kształcenie praktyczne na Wydziałach Mechanicznym, Elektrycznym i Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni
zakup wyposażenia laboratoriów dydaktycznych
Laboratorium Maszyn i urządzeń okrętowych oraz modernizacja i przebudowa stanowiska silnika 3AL25/30”**

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

zgodnie z CRZP/69/2017/AEZ, SIWZ dla części 3 (pkt 15),4 (pkt16) oraz 9 (pkt 14) przywołuje : *dostawa, montaż, uruchomienie.*

Prosimy o uszczegółowienie wymagań zamawiającego w zakresie *montażu*. W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości prosimy o krótką listę wymaganych prac dla każdej z części.

Odpowiedź:

Jeżeli chodzi o montaż urządzeń.:

1. zamontowanie na stałe urządzenia w miejscu wykazanym przez użytkownika.
2. wszystkie rurociągi zakończone zaworami odcinającymi.
- 3 możliwość podłączenia przewodu zasilania do listwy zaciskowej w rozdzielni urządzenia z odpowiednimi zabezpieczeniami.

Wprowadzone tym pismem odpowiedzi są wiążące dla Wykonawców i należy je traktować, jako wyjaśnienie SIWZ zgodnie z art. 38 Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579). Stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej: <http://przetargi.propublico.pl/ZamawiajacySzczegoly.aspx?id=359>

Łoszczęd d/s Zamówień Publicznych
Główny Specjalista

Anita Brunowicz
Anita Brunowicz