



Pismo: CRZP/6/2018/AEZ/10

Gdynia dnia: 2018-01-30

**ODPOWIEDŹ**  
**na zapytania w sprawie SIWZ\_1**

*Szanowni Państwo*  
*Uczestnicy postępowania*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-01-29 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego** na:

**„Infrastruktura dydaktyczna wspierająca kształcenie praktyczne na Wydziałach  
Mechanicznym, Elektrycznym i Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni –  
zakup wyposażenia laboratoriów dydaktycznych –  
Modernizacja laboratorium Optoelektroniki i fotowoltaiki”**

**Treść wspomnianej prośby jest następująca:**

1. Zadanie 2 - Zasilacze (6szt), poz. 3 - Zasilacze programowalne - 3sztuki

Czy Zamawiający dopuszcza interfejs RS232 zamiast USB?

**Odpowiedź: tak, jeżeli wykonawca dostarczy odpowiednie konwertery pozwalające na współpracę zasilaczy z komputerami (z systemami operacyjnymi równoważnymi Windows 8.1 oraz Windows 10) i dedykowanym oprogramowaniem poprzez porty USB.**

2. Zadanie 5 - Mostek RLC oraz generatory sygnałowe, poz. 2 - 4 sztuki

Czy Zamawiający dopuszcza generator z wbudowanym miernikiem częstotliwości do 40MHz i wadze 4,1kg ale także z dodatkowym wyjściem mocy o napięciu 50Vpp i prądzie 1App?

**Odpowiedź: tak, jednakże ze spełnieniem pozostałych wymogów specyfikacji.**

Wprowadzone tym pismem odpowiedzi są wiążące dla Wykonawców i należy je traktować, jako wyjaśnienie SIWZ zgodnie z art. 38 Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). Stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej: <http://przetargi.propublico.pl/ZamawiajacySzczegoly.aspx?id=359>

espół d/s Zamówień Publicznych  
Główny Specjalista

*Anita Brunowicz*  
Anita Brunowicz