



Pismo: CRZP/6/2018/AEZ/13

Gdynia dnia: 2018-02-01

**ODPOWIEDŹ**  
**na zapytania w sprawie SIWZ\_3**

*Szanowni Państwo*  
*Uczestnicy postępowania*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-02-01 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego** na:

**„Infrastruktura dydaktyczna wspierająca kształcenie praktyczne na Wydziałach  
Mechanicznym, Elektrycznym i Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni –  
zakup wyposażenia laboratoriów dydaktycznych - Modernizacja laboratorium  
Optoelektroniki i fotowoltaiki”**

**Treść wspomnianej prośby jest następująca:**

1. Zadanie 2 - Zasilacze (6szt), poz. 4 - Zasilacz mocy  
Czy Zamawiający dopuszcza zasilacz bez interfejsu RS485?

**Odpowiedź: TAK.**

Wprowadzone tym pismem odpowiedzi są wiążące dla Wykonawców i należy je traktować, jako wyjaśnienie SIWZ zgodnie z art. 38 Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). Stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej: <http://przetargi.propublico.pl/ZamawiajacySzczegoly.aspx?id=359>

spół d/s Zamówień Publicznych  
Główny Specjalista  
*Anita Brunowicz*  
Anita Brunowicz