



SZPITAL POWIATOWY

w Limanowej

Imienia Miłosierdzia Bożego

ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa
www.szpitallimanowa.pl
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

Sekcja Zamówień Publicznych

faks: 18 3372 710

e-mail:awiecek@szpitallimanowa.pl

Pismo: NZ/09/D/Nu/A/2018/19/2018

Limanowa dnia: 2018-02-09

Wszyscy zainteresowani !!!

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie IWZ nr 1**

Informujemy, iż w dniu 2018-02-08, 06 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym w trybie **przetarg nieograniczony – procedura poniżej 30 000 €** na:

Dostawy bielizny szpitalnej oraz dostawa i montaż łóżeczek dziecięcych ujęte w 2 zadaniach asortymentowych.,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Zestaw 1

Pytanie 1

Zadanie nr 2 - Łóżka dziecięce - 4 szt.

1Czy Zamawiający dopuści łóżeczko o długości całkowitej 1370 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści łóżeczko o wysokości całkowitej 1550 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Zestaw 2

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko dziecięce z leżem jednosegmentowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko dziecięce z leżem wypełnionym metalową siatką?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści łóżko dziecięce bez miękkiego materiału pod leżem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści łóżko dziecięce o wymiarach zewnętrznych 80 x 167 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści łóżko dziecięce o wysokości 170,1 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści łóżko dziecięce z leżem o wymiarach 68 x 135 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści łóżko dziecięce z regulacją wysokości leża w zakresie 75-91 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści łóżko dziecięce z Trendelenburgiem 7° i anty-Trendelenburgiem 7°?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści łóżko dziecięce z mechanizmami blokady/odblokowania w skrajnych górnych częściach barierki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści łóżko dziecięce z wysokością barierki do 81 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuści łóżko dziecięce o bezpiecznym obciążeniu 50 kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuści łóżko dziecięce bez metalowych uchwytów na materac, co jest parametrem zbędnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Przedstawione stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii, zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego w Limanowej

mgr Marcin Radzięta

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA