



**SZPITAL POWIATOWY**

w Limanowej

**Imienia Miłosierdzia Bożego**

ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa  
www.szpitallimanowa.pl  
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

**Sekcja Zamówień Publicznych**

**faks: 18 3372 710**

**e-mail: zampub@szpitallimanowa.pl**

**Pismo: NZ/08/D/N/AC/2018/26/2018**

Limanowa dnia: 2018-02-13

**Wszyscy zainteresowani !!!**

**ODPOWIEDŹ  
na zapytania w sprawie SIWZ nr 1**

Informujemy, iż w dniu 2018-02-09 i 2018-02-12 wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 38 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (T.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

**Dostawy: odczynników, kontroli, kalibratorów i matreiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych, odczynników i materiałów zużywalnych do analizatora Starlyte V, pasków plastikowych z antybiotykami, testów immunochromatograficznych kasetkowych, krążków antybiogramowych, krążków diagnostycznych oraz testów do oznaczania wrażliwości na kolistynę metodą mikrorozcieńczeń w bulionie ujęte w 7 zadaniach asortymentowych,**

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

**Zastaw nr 1**

Dotyczy SIWZ

**Pytanie 1** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy towaru do 7 dni roboczych, a terminu dostaw cito do 72 h?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Dotyczy zadania 3:

**Pytanie 2** - Czy Zamawiający akceptuje zaoferowanie testów do określania MIC wykonanych na standardowym podłożu celulozowym? Zgodnie z informacją producenta testy te zapewniają prawidłowe przyleganie paska do podłoża, nie ma możliwości wytworzenia się mikropęcherzyków powietrza pod paskiem (nośnik ten, w przeciwieństwie do plastiku, jest przepuszczalny dla powietrza), czego konsekwencją jest równomierne i szybkie przenikanie antybiotyku do podłoża.

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie 3** - Prosimy o wykreślenie zapisu pkt 8.4.5) Inne wymagane dokumenty pkt 7. Kryteria interpretacji MIC są określone przez Konsultanta Krajowego ds. Mikrobiologii i jako dystrybutor nie mamy obowiązku przygotowania takich zestawień.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 4** - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia do oferty opinii Konsultanta Krajowego ds. Mikrobiologii ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

Dotyczy zadania 5:

**Pytanie 5** - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia do oferty opinii Konsultanta Krajowego ds. Mikrobiologii ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Zestaw nr 2**

Dotyczy zadania nr 7

**Pytanie 1** - Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej w pkt. 4 wymagań dotyczących testów podając wartość MIC kolistyny w zakresie 0,25 – 16 mg/L zamiast 0,25-16 µg/ml?

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający koryguje zapis w pkt. 4 wartość MIC kolistyny w zakresie 0,25-16 µg/ml.**

**Pytanie 2** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu w opakowaniu umożliwiającym wykonanie 16 oznaczeń (4x4 testy) i zaoferowanie 32 takich opakowań?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA  
BAKTERIOLOGICZNA

**Pytanie 3** - Czy Zamawiający uzna za spełnieni wymagań zawartych w punkcie 8.4, podpunkt 4 SIWZ jeżeli Wykonawca przedstawi certyfikat kontroli jakości wydany przez producenta testu?

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie 4** - Czy Zamawiający mógłby dokładniej określić jaki rodzaj dokumentu należy przedstawić na potwierdzenie spełniania wymagań określonych w punkcie 8.4, podpunkt 4 SIWZ?

**Odpowiedź: Certyfikat kontroli jakości dołączony będzie do dostawy.**

Dotyczy umowy

**Pytanie 5** - Czy wyrazi zgodę na transport oferowanego produktu w zadaniu nr 7 w temperaturze odbiegającej od wymaganej temperatury przechowywania jeżeli nie powoduje ona zmian fizyko-chemicznych zamawianego towaru?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

### Zestaw nr 3

**Pytanie 1** - Dot. zadania nr 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby certyfikaty kontroli jakości były dostępne na stronie internetowej oferenta, do której Zamawiający posiada bezpłatny, całodobowy dostęp, bez konieczności dostarczania ich z każdą dostawą? Adres strony internetowej zostanie podany w ofercie.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 2** - Czy Zamawiający wyraża zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym, zapisów dotyczących tylko tych części, na które Wykonawca będzie składał ofertę? Zapisy dotyczące pozostałych pakietów zostaną usunięte.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 3** - Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane paski gradientowe do oznaczania wartości MIC pochodziły od jednego producenta, przez co zapewni Zamawiającemu właściwą kontrolę nad procesem diagnostycznym (kontrola jakości) oraz nad powtarzalnością metody?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.**

**Pytanie 4** - Czy Zamawiający wymaga aby paski gradientowe do oznaczania wartości MIC miały pozytywną opinię KORLD, którą należy dołączyć do oferty?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.**

**Pytanie 5** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące terminy ważności:

Zadanie nr 3 Poz. 3 – min. 6 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego?

Uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników – nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SIWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta. Pytania do umowy:

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 6** - §5 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 5 dni roboczych?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 7** - §7 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„W razie wystąpienia opóźnienia w realizacji dostaw Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 1 % wartości brutto zamówionego a niedostarczonego w terminie towaru - za każdy dzień opóźnienia, przekraczający termin realizacji zamówienia określony w § 2 ust. 2,”?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 8** - §7 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w całości lub w części z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, Zamawiający będzie uprawniony do nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości 5% niezrealizowanej wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 3”?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 9** - §7 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 2, Zamawiający będzie uprawniony do nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości 5% niezrealizowanej wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 3”?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 10** - §7 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Kary, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 płatne są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do ich zapłaty.”?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

### Zestaw nr 4

Dotyczy: Projekt umowy – zadania nr 2-7

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA  
BAKTERIOLOGICZNA

**Pytanie 1** (§ 9) Czy Zamawiający dopuści, po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym w razie zaistnienia niniejszej sytuacji, możliwość zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji umowy, o innej nazwie, kodzie i/lub sposobie opakowania produktu oraz zbliżonych parametrach jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w danej pozycji oferty w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on niedostępny u producenta? W przypadku innego sposobu pakowania (konfekcji), cena za opakowanie zbiorcze oferowanego zamiennika zostałaaby przeliczona w ten sposób, że cena za sztukę lub oznaczenie zamiennika byłaby równa cenie za sztukę lub oznaczenie produktu znajdującego się danej pozycji umowy. Uzasadnienie: Wprowadzenie niniejszego zapisu pozwoli zarówno na zabezpieczenie ciągłości procesu diagnostycznego i uchroni, zarówno Zamawiającego oraz Wykonawcę przed nieoczekiwanymi oraz niezależnymi od nich skutkami wypadków losowych, do których mogą należeć: czasowa awaria linii produkcyjnej u producenta, czasowe wycofanie produktu przez producenta brak dostępności surowców, niekorzystne zmiany makroekonomiczne czy wpływ klęsk żywiołowych?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym możliwość zaoferowania zamiennika produktu tylko o identycznych parametrach jakościowych.**

**Pytanie 2** (§ 9 ust. 1 pkt 7 lit. a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie cen jednostkowych brutto, a co za tym idzie wartości brutto umowy, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 3** (§ 9 ust. 1 pkt 7 lit. a) Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 4** (§ 9 ust. 1 pkt 7 lit. a) Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 5** (§ 7 ust. 1) Czy Zamawiający dopuści zmianę określenia "opóźnienie" na "zwłoka"?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 6** (§ 7 ust. 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości NETTO?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.**

**Pytanie 7** (§ 7 ust. 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości NETTO?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.**

**Pytanie 8** (§ 7 ust. 3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości NETTO?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.**

**Pytanie 9** (§ 7 ust. 1) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar umownych, których suma nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy?

**Odpowiedź: Zamawiający nadaje § 7 ust 1 następujące brzmienie:**

**"W razie wystąpienia opóźnienia w realizacji dostaw Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 2 % wartości brutto wynikającej z danego zamówienia - za każdy dzień opóźnienia, przekraczający termin realizacji zamówienia określony w § 2 ust. 2, jednak nie więcej niż 10% wartości umowy".**

**Pytanie 10** Czy Zamawiający dopuści e-mailowy sposób porozumiewania w przypadku reklamacji?

Dotyczy: SIWZ rozdział 8 punkt 8.4. punkt 5 podpunkt 3, 4 (karty, katalogi)

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 11** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie dokumentów w postaci elektronicznej na płycie CD wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność kopii na płycie z elektronicznymi pierwowzorami?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 12** W przypadku konieczności dostarczenia dokumentów w postaci papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie ich w postaci zbindowanych tomów, gdzie poświadczenie za zgodność będzie widniało tylko na pierwszej stronie tomu dla jego pozostałych stron?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

## Zestaw nr 5

Dotyczy Zadania nr 1

Pytanie 1 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie czasu naprawy aparatu do 48 godzin w dni robocze. W przypadku przekroczenia tego terminu zobowiązujemy się do pokrycia kosztów wykonania badań na zewnątrz.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 2** Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie wysokości kar umownych w §7 pkt. 1 do wysokości 1% za każdy dzień opóźnienia lub ograniczenie odgórne do wartości nie większej niż 20% wartości umowy.

Jednocześnie prosimy o doprecyzowanie, że kary za nieterminowe dostawy będą naliczane od wartości towaru niedostarczonego w terminie.

**Odpowiedź: Zamawiający nadaje § 7 ust 1 następujące brzmienie:**

**"W razie wystąpienia opóźnienia w realizacji dostaw Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 2 % wartości brutto wynikającej z danego zamówienia - za każdy dzień opóźnienia, przekraczający termin realizacji zamówienia określony w § 2 ust. 2, jednak nie więcej niż 10% wartości umowy".**

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA  
BAKTERIOLOGICZNA

## Zestaw nr 6

**Pytanie 1** dotyczy pakiet 5

Czy Zamawiający dopuści krążki antybiotykowe konfekcjonowane w hermetycznie zamkniętym opakowaniu, które zawiera 4 fiołki z krążkami po 50 sztuk każda zabezpieczone pochłaniaczem wilgoci?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 2** dotyczy pakietu nr 7

Czy we wskazanym pakiecie Zamawiający odstąpi od wymogu podłoża MH a w jego miejsce dopuści zaoferowanie medium (podłoże do przygotowania inokulum) dedykowanego przez producenta do wykonania testów lekowrażliwości, w ilości równej ilości testów.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

## Zestaw nr 7

Zadanie nr 7 – testy do oznaczania wrażliwości na kolistynę metodą mikrorozcieńczeń w bulionie:

**Pytanie 1** Czy Zamawiający wymaga zaoferowania testu, w którym wynik odczytuje się na zasadzie zmiany koloru, a nie zmętnienia próbki?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie 2** Czy Zamawiający wymaga testu, który jest stabilny 30 dni po otwarciu?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.**

Przedstawione stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy pzp, zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

DYREKTOR  
Szpitala Powiatowego w Limanowej  
*mgr Marcin Radzięta*

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA  
BAKTERIOLOGICZNA