



SZPITAL POWIATOWY

w Limanowej

Imienia Miłosierdzia Bożego

ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa
www.szpitallimanowa.pl
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

Sekcja Zamówień Publicznych

faks: 18 3372 710

e-mail: zampub@szpitallimanowa.pl

Pismo: NZ/03/Rb/N/AC/2018/28/2018

Limanova dnia: 2018-02-14

Wszyscy zainteresowani !!!

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ nr 1**

Informujemy, iż w dniu 2018-02-07 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 38 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (T.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Adaptacja pomieszczeń oraz dostawa wyposażenia dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni Szpitala Powiatowego w Limanowej,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Zestaw nr 1

Dotyczy parametrów techniczno-użytkowych

Pkt. 6.8 - Myjnia ultradźwiękowa

Pytanie nr 1 - Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie pozwalało na mycie narzędzi zagłębionych oraz narzędzi rurowych o wąskich przekrojach za pomocą wymuszonego obiegu wody i ultradźwięków? Proponowane przez Nas rozwiązanie pozwoli na mycie ultradźwiękowe np. części laparoskopów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 2 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach całkowitych 760x560x398 W mm umożliwiające ustawienie myjny na stoliku. Z załączonych przez Zamawiającego rysunków pomieszczeń wynika, iż wymagana przestrzeń będzie zapewniona.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 - Czy Zamawiający wymaga, aby myjnia ultradźwiękowa była wyrobem medycznym zgodnie z dyrektywą 93/42 EEC oraz spełniała wymogi normy PN EN 15 883 -1 dotyczącej myjni automatycznych?

Ponieważ myte narzędzia będą miały bezpośredni kontakt z pacjentem myjnia ultradźwiękowa powinna posiadać ww. certyfikaty w przeciwnym razie nie będzie ona wyrobem medycznym dopuszczonym do obrotu w placówkach szpitalnych

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pkt. 6.13 - Myjnia dezynfektor 8 tac DIN

Pytanie nr 4 - Prosimy o dopuszczenie myjny o głębokości 71 cm. Podany przez nas wymiar odbiega od wymaganego o 1 cm. Z załączonych rysunków architektonicznych wynika, iż proponowana przez Nas głębokość urządzenia jest możliwa do instalacji oraz nie będzie miała wpływu na pracę w Sterylizatorni.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5 - Czy Zamawiający dopuści wlot wody ciepłej i zimnej w środkowej dolnej części komory? Proponowane przez Nas rozwiązanie jest równoważne do wymaganego, w czasie pobierania wody narzędzia znajdujące się w komorze są przepłukiwane wodą pobraną.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie z trzema pompami detergentu?

Proponowana przez Nas ilość pomp zapewnia pełną skuteczność mycia narzędzi. Obecnie dostępne detergenty do mycia pozwalają na stosowanie jednego środka zarówno jako środka myjącego jak i środka dezynfekcyjnego w wyższym stężeniu, dzięki temu rozwiązaniu nie ma potrzeby stosowania 4 tej pompy. Ponadto detergent zwykle stosowany do 4 tej pompy jest rzadko używany i często dochodzi do jego przeterminowania.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7 - Prosimy o dopuszczenie urządzenia w którym sterownie odbywa się za pomocą klawiszy dotykowych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8 - Czy Zamawiający dopuści do oceny myjni wyposażoną w 40 programów mycia, w której 3 najpopularniejsze programy wybierane są bezpośrednio za pomocą dedykowanych klawiszy, zaś pozostałe programy wybierane są z rozwijanego menu za pomocą 2 klawiszy? Pod względem funkcjonalnym jest to rozwiązanie tożsame z opisanym w SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym ramiona do czyszczenia są zdejmowane?

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA

Przelotowe płukanie ramion natryskowych opisane przez Zamawiającego wymaga przenoszenia wózka wsadowego lub półek. W proponowanym przez nas rozwiązaniu personel po demontażu ramienia natryskowego może je swobodnie przepłukać i oczyścić z ewentualnych pozostałości. Ponadto przy dobrze wykonanej procedurze manualnego mycia wstępnego zgodnie z wytycznymi Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej nie pozostają w komorze a zatem i ramionach myjących elementy igieł itp.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pkt. 6.13.3. - Wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji narzędzi laparoskopowych

Pytanie nr 10 - Prosimy o dopuszczenie wózka wsadowego który posiada 36 przyłączy do narzędzi tabularnych oraz pozwala na jednoczesne umieszczenie 3 tac DIN na dolnych poziomach mycia.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pkt. 7.9. - Sterylizator parowy przelotowy z wytwornicą pary 6 STE

Pytanie nr 11 - Czy Zamawiający dopuści sterylizator o szerokości do transportu -95 cm ? Z załączonych rysunków architektonicznych wynika iż proponowana przez Nas szerokość sterylizatora umożliwi transport wewnątrz pomieszczeń .

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale pod warunkiem doprowadzenia pomieszczeń do stanu pierwotnego po ewentualnych przeróbkach.

Pytanie nr 12 - Prosimy o dopuszczenie sterylizatora z przekątną 5,7". Proponowana przez Nas przekątna ekranu pozwala na prostą obsługę ekranu oraz na wyświetlanie wszystkich niezbędnych informacji o stanie cyklu i urządzenia.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 13 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez rejestracji parametrów na zewnętrznym nośniku pamięci, ale z możliwością rejestracji za pomocą oprogramowania na komputerze klasy PC ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 14 - Czy Zamawiający wymaga również, aby po stronie załadowczej był umieszczony manometr wskazujący ciśnienie w płaszczu komory?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 15 - Prosimy o doprecyzowanie, czy elementy orurowania sterylizatora takie jak np. zawory mają również być wykonane ze stali kwasoodpornej oraz czy połączenia te mają być wykonane w sposób ułatwiający szybkie przeprowadzenie czynności serwisowych np. za pomocą złączy typu tri-clamp?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 16 - Prosimy o dopuszczenie rozwiązania równoważnego tj. pełnego płaszcza grzewczego, w którym spawy widoczne są bezpośrednio po dokonaniu demontażu izolacji.

Pelen płaszcz grzewczy jest rozwiązaniem nowoczesnym pozwalającym na szybsze, niż w przypadku konstrukcji żebrowanej, nagrzewanie komory sterylizatora oraz gwarantuje równomierny rozkład temperatury wewnątrz komory sterylizatora.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pkt. 7.11. - Sterylizator parowy nastołowy

Pytanie nr 17 - Czy Zamawiający dopuści komorę o przekroju okrągłym?

Sterylizator parowy nastołowy z prostopadłościenną komorą jest produkowany wyłącznie przez firmę Getinge - pozostałe urządzenia dostępne na rynku posiadają komory cylindryczne.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 18 - Prosimy o dopuszczenie drzwi otwieranych zamiast rozsuwanych.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zestaw nr 2

Pytanie nr 1 - Dot. pkt. 5.2, 6.6, 7.5

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka o wymiarach gabarytowych:

- długość bez rączki: 95 cm,
- szerokość: 55 cm,
- wysokość: 80 cm,

Spełniający wszystkie pozostałe wymagania zawarte w w/w punktach.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 - Dot. pkt. 6.13

Czy Zamawiający zrezygnuje z wykonania walidacji operacyjnej oraz procesowej w ramach walidacji urządzenia oraz dopuści wykonanie tylko walidacji instalacyjnej w ramach instalacji i uruchomienia sterylizatorów oraz załączenie protokołu z walidacją instalacyjnej do protokołu odbioru końcowego?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 3 - Dot. pkt. 7.9

W związku z rozbieżnymi wymaganiami dotyczącymi pojemności Sterylizatorów parowych przelotowych („Sterylizator parowy przelotowy z wytwornicą pary 6 STE” oraz „Pojemność komory 8 jedn. wsadu wg PN-EN 285”), prosimy o potwierdzenie, że należy zaoferować sterylizatory o pojemności komory 6 jednostek wsadu wg PN-EN 285

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 4 - Dot. pkt. 7.9

Czy Zamawiający zrezygnuje z wykonania walidacji operacyjnej oraz procesowej w ramach walidacji urządzenia oraz dopuści wykonanie walidacji instalacyjnej w ramach instalacji i uruchomienia sterylizatorów oraz załączenie protokołu z walidacji instalacyjnej do protokołu odbioru końcowego?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 5 - Dot. pkt. 7.11

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz ze sterylizatorem drukarki do dokumentacji parametrów procesów?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 6 - Dot. pkt. 12.1

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szafy ubraniowej o wymiarach:

wys. x szer. x gł.: 180x80x49 cm (+/-5%)?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 7 - Dot. pkt. 14.2.

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania wózka transportowego o pojemności 6 STE o wymiarach 600 x 300 x 300 mm.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 8 - Dot. pkt. 14.3, 14.4

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia dwóch rodzajów pojemników transportowych wraz z pokrywą do zabezpieczenia w transporcie ładunku czy jednego rodzaju pojemnika transportowego. Prosimy o doprecyzowanie zapisów.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia jednego rodzaju pojemnika jak w SIWZ i anuluje pkt. 14.4.

Pytanie nr 9 - Dot. Projektu umowy - §5 ust. 7

Prosimy o wyjaśnienie lub skorygowanie zapisu §5 ust. 7 – postanowienie to odnosi się do zobowiązania wykonawcy do naprawienia zamawiającemu ewentualnie poniesionej szkody w przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2 tego paragrafu. Ustępy te dotyczą jednak podania przedstawiciela wykonawcy na budowie oraz inspektora nadzoru – wydaje się, że doszło do pomyłki w podawaniu konkretnych przepisów i zobowiązanie odnosi się do czegoś innego.

Odpowiedź: Zamawiający koryguje zapis § 5 ust 7 projektu umowy w ten sposób, że w miejsce odwołania do ust 1 i 2 winno być odwołanie do ust 6.

Pytanie nr 10 - Dot. Projektu umowy - §7 ust. 1 oraz 2

Prosimy o obniżenie wysokości kar umownych z 0,5% do 0,1% wartości umowy.

Odpowiedź: Zamawiający obniża wysokość kar umownych w § 7 ust 1 pkt 1 - 3 do wartości 0,1% wartości umowy.

Pytanie nr 11 - Dot. Projektu umowy - §7 ust. 3

Prosimy o obniżenie wysokości kar umownych z 0,5% do 0,1% wynagrodzenia brutto.

Prośbę motywujemy bardzo wysokim poziomem kar umownych (liczonych od całej wartości kontraktu) nieproporcjonalnym do winy Wykonawcy.

Opóźnienie w usunięciu nawet drobnych wad nie powodujących u Zamawiającego przerw w funkcjonowaniu przedmiotu umowy może wiązać się z bardzo wysokimi karami przekraczającymi 10.000 zł dziennie.

Prosimy zatem o dostosowanie poziomu kar umownych do okoliczności oraz zakresu jakiego dotyczą.

Odpowiedź: Zamawiający obniża wysokość kar umownych w § 7 ust 1 pkt 5 – 8 do wartości 0,1% wartości umowy.

Pytanie nr 12 - Dot. Projektu umowy - §7 ust. 5, 6, 7

Prosimy o obniżenie wysokości kar umownych z 0,5% do 0,1% wynagrodzenia brutto lub o okres lenie kar umownych względem wartości umów z podwykonawcami.

Prośbę motywujemy bardzo wysokim poziomem kar umownych (liczonych od całej wartości kontraktu) nieproporcjonalnym do wartości umów zawieranych z podwykonawcami..

Prosimy zatem o dostosowanie poziomu kar umownych do zakresu jakiego dotyczą.

Odpowiedź: Zamawiający obniża wysokość kar umownych w § 7 ust 1 pkt 5 – 8 do wartości 0,1% wartości umowy.

Pytanie nr 13 - Dot. Projektu umowy - §8 ust. 1

Prosimy o wydłużenie terminu dopuszczalnej przerwy w realizacji umowy z 10 do 21 dni.

Z uwagi na termin realizacji wynoszący 12 miesięcy, przerwa 10 dniowa nie jest w stanie zagrozić realizacji inwestycji, a charakter prac może wymagać przerw technologicznych pomiędzy poszczególnymi etapami pracy, wymagających minimum 10-dniowych przerw.

Prosimy więc o zmianę tego zapisu na dostosowany do wymaganego 12 miesięcznego terminu realizacji przedmiotu umowy.

Odpowiedź: Zapis § 8 ust 1 pkt 1 projektu umowy nie dotyczy przerw technologicznych, a przerw, do których doszło z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca (a zatem zawinionych).

Pytanie nr 14 - Prosimy o rozważenie możliwości rezygnacji z wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w pkt. 21.1 SIWZ lub jego zmniejszenie do 2% wartości prac budowlanych.

Odpowiedź: Zamawiający obniża wartość zabezpieczenia do 3% wartości umowy.

Pytanie nr 15 - Ze względu na długi okres realizacji inwestycji prosimy o rozważenie możliwości płatności częściowych proporcjonalnie do stopnia zaawansowania prac budowlanych.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza do umowy płatności częściowe na następujących zasadach:

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA

- 1) Strony przy podpisaniu umowy uzgodnią harmonogram rzeczowo – finansowy, w którym Wykonawca może przewidzieć 2 etapy częściowe (o porównywalnej wartości) zadania, przy czym ich łączna wartość nie może przekraczać 75% łącznego wynagrodzenia brutto za całość zadania.
- 2) Zamawiający przeprowadzi odbiory częściowe zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem
- 3) Przy odbiorach częściowych obowiązywać będą zasady określone umową dla odbioru końcowego.
- 4) Podstawą wystawienia faktury za etap rozliczeniowy będzie protokół odbioru etapu zadania, w którym stwierdzone zostanie, że roboty przewidziane do wykonania w ramach tego etapu zostały wykonane zgodnie z umową.
- 5) Faktura końcowa zostanie wystawiona na podstawie protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.
- 6) Termin płatności faktury wynosi 30 dni od daty jej wystawienia
- 7) Przy rozliczeniu faktur częściowych obowiązują postanowienia dotyczące rozliczeń z podwykonawcami..

Zestaw nr 1

Pytanie nr 1 - Po przeanalizowaniu załączonej SIWZ w celu umożliwienia złożenia nam spełniającej Państwa wymagania oferty oraz w związku z dużym zakresem wykonywanych prac wymagających szczegółowego zapoznania się z dokumentacją projektową prosimy o rozważenie możliwości przesunięcia terminu składania ofert do dnia 21.02.2018 r.. Pozwoli to wszystkim potencjalnym oferentom na szczegółowe zapoznanie się z zapisami SIWZ oraz złożenie oferty spełniającej wszystkie Państwa wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i przesuwając termin otwarcia przetargu na dzień 22-02-2018 r. godz. 11.00

Przedstawione stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy pzp, zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego w Limanowej

mgr Marcin Radzięta

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA