



Pismo: ADZP-381-20/18

Poznań dnia: 2018-02-21

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego**

**ODPOWIEDŹ  
na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 14.02.2018 r., 15.02.2018 r., 16.02.2018 r., 20.02.2018 r. do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, w trybie **przetargu nieograniczonego**, w przedmiocie: **Dostawa sprzętu medycznego anestetycznego, urologicznego jednorazowego użytku oraz kołderek do ogrzewania pacjentów dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu.**

Treść wspomnianych próśb jest następująca:

**Pytanie Nr 1:** Czy Zamawiający dopuści do postępowania produkt DualCap™ w kolorze niebieskim stosowany do bezigłowych zaworów, zawierający 70% alkoholu izopropylowego (IPA), w pełni aseptyczny, usuwający drobnoustroje (CRBSI) o działaniu w pierwszych 30 sekundach od zastosowania do użycia przez 7 dni.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie Nr 2:** Czy Zamawiający dopuści korek pakowany po 10 sterylnych koreczków na blistrze, opakowanie zbiorcze 350 szt.?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Nr 3:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 25 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Nr 4:** Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 pkt. 4 oraz § 8 pkt. 1:

Wykonawca zobowiązuje się do:

*4) w przypadku niedostarczenia zamówionego asortymentu w terminie określonym w § 2 ust. 2 Umowy Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,5 % wartości nie dostarczonego asortymentu zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki, z jednoczesnym zastrzeżeniem, iż ta kara ta nie może być wyższa niż 10% wartości brutto nie dostarczonego w terminie asortymentu. Po upływie ww. określonego terminu Zamawiający dokona zakupu niedostarczonego asortymentu tej samej ilości i tego samego gatunku obciążając różnicą kosztów zakupu Wykonawcy.*

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SIWZ.

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

*a) w wysokości 10 % wartości umownej brutto, w zakresie jej niezrealizowanej części, gdy któraś ze Stron odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.*

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Nr 5: Dotyczy: ADZP-381-20/18, Zamówienie częściowe Nr 4: Dostawa igieł do znieczuleń, ilość pozycji 53, pozycja 25**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 25 z Zamówienia częściowego nr 4 i stworzy osobny pakiet?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Nr 6: PYTANIA DOTYCZĄCE ZAŁĄCZNIKA NR 3 - WZÓR UMOWY**

Pytanie 1 - dotyczy §5 ust. 4

Prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 0,5% od wartości niezrealizowanej dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, co jest powszechnie stosowaną wysokością kar.

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Nr 7: Dotyczy Zadania nr 1 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści filtr antybakteryjno-wirusowy jałowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla pacjentów o masie ciała 3-8 kg, dla objętości oddechowej powyżej 25 ml, nawilżaniu 32 mg/l przy VT=25ml, przestrzeń martwa 8 ml, waga 9g?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Nr 8: Dotyczy Zadania nr 1 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,999%, wirusowej 99,999%, skuteczności nawilżania 32 mg H<sub>2</sub>O przy Vt=250 ml, przestrzeń martwa 26ml, masa 18 g, objętość oddechowa powyżej 75 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, wyposażony w złącze proste, sterylne, z portem kapno na lince, pakowany pojedynczo?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Nr 9: Dotyczy Zadania nr 1 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999%, walidowany w kierunku WZW, HIV, Tbc, bez wymiennika ciepła i wilgoci, o przestrzeni martwej 32 ml i masie 23 g, dla objętości oddechowej 150-1200 ml, oporach przepływu 0,6 cm H<sub>2</sub>O przy 30 l/min, filtr ze złączem prostym, sterylne, z portem kapno na lince typu Luer?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Nr 10: Dotyczy Zadania nr 1 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999%, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziomie nawilżania 33 mgH<sub>2</sub>O przy Vt=500 ml, przestrzeń martwa 45 ml, masa 25 g, filtr ze złączem prostym, sterylne, z portem kapno na lince typu Luer?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Nr 11: Dotyczy Zadania nr 1 poz. 1-4**

Wnosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych. Obecna konstrukcja znacząco ogranicza konkurencję, uniemożliwiając złożenie oferty większej ilości oferentów. Pragniemy przypomnieć, że zgodnie z nowelizacją ustawy PZP: decyzja co do podziału zamówienia na określoną ilość części należy do zamawiającego. Zamawiający podejmuje ją w zależności od swoich potrzeb, jednakże jego swoboda jest ograniczona zasadą zachowania uczciwej konkurencji. Należy zatem badać, czy w konkretnych okolicznościach decyzja (co do podziału zamówienia i na ile części) nie naruszy konkurencji poprzez ograniczenie możliwości ubiegania się o zamówienie mniejszym podmiotom, w szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom.

W przedmiotowym postępowaniu konstrukcja powyższego pakietu ogranicza udział innych podmiotów (zawłaszcza przedsiębiorców małych i średnich), umożliwia złożenie tylko jednej oferty (konkretnego wykonawcy- firmy Medtronic, co ma swoje potwierdzenie w opisie przedmiotu zamówienia) i naraża tym samym Zamawiającego na nieuzasadnione wydatkowanie środków publicznych. W przypadku negatywnej odpowiedzi, prosimy o wyjaśnienie, jaki jest cel organizowania postępowania przetargowego, skoro wybór wykonawcy określony jest już na etapie tworzenia SIWZ a przeprowadzenie przetargu w tym zakresie jest zbędne.

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Nr 12: Dotyczy Zadania nr 8 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści czujniki plasterkowe?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie Nr 13: Pakiet 3, Poz. 1-5**

Czy zamawiający wymaga aby rurki intubacyjne posiadały wyraźne oznaczenie w postaci czarnego grubego oringu wokół rurki (grubość znacznika intubacji minimum 2 cm) umożliwiające określenie lokalizacji rurki względem laryngoskopu? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga. Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Nr 14:** Pakiet 3, Poz. 18-22

Czy zamawiający oczekuje zaoferowania rurek guedela jednoczęściowej konstrukcji posiadające zintegrowany bloker zgryzu eliminujący oddzielny blok zgryzieniowy jaki można znaleźć w większości konwencjonalnych rurkach Guedela. Zintegrowany bloker zgryzu, zapewnia podwyższony stopień bezpieczeństwa poprzez uniemożliwienie oddzielenia blokeru zgryzu od pozostałych elementów rurki Guedela w trakcie procedury udrożnienia górnego odcinka dróg oddechowych?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Nr 15:** Pakiet 3, Poz. 23-33

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rurek intubacyjnych zbrojonych z mankietem renomowanej firmy Teleflex, posiadające oring dookoła rurki widoczny z każdej strony, ułatwiający lokalizację położenia rurki względem laryngoskopu, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie Nr 16:** Pakiet 5 poz. 4:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cystostomii w rozmiarach CH8-11-14, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie Nr 17:** Pakiet 7 poz. 8:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika balonowego trójdrożnego, z końcówką typu dufour, silikonowego pokrytego hydrożelem, z balonem o pojemności 50 ml, o długości 42 cm.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

2. Czy Zamawiający wymaga, aby cewnik balonowy trójdrożny, z końcówką typu dufour był wykonany z silikonu pokrytego hydrożelem? Powłoka hydrożelowa po aktywacji znacznie zmniejsza możliwość uszkodzenia cewki moczowej.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Nr 18:** Pakiet 7 poz. 9:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika balonowego trójdrożnego, z końcówką typu dufour silikonowego pokrytego hydrożelem, z balonem o pojemności 80 ml, o długości 42 cm.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

2. Czy Zamawiający wymaga, aby cewnik balonowy trójdrożny, z końcówką typu dufour był wykonany z silikonu pokrytego hydrożelem? Powłoka hydrożelowa po aktywacji znacznie zmniejsza możliwość uszkodzenia cewki moczowej.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Nr 19:** Pakiet 7 poz. 10:

1. Czy Zamawiający wymaga, aby cewnik balonowy trójdrożny, z końcówką typu dufour był wykonany z silikonu pokrytego hydrożelem? Powłoka hydrożelowa po aktywacji znacznie zmniejsza możliwość uszkodzenia cewki moczowej.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie Nr 20:** Pakiet 7 poz. 11-13:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika z balonem o pojemności 15 ml, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Nr 21:** Pakiet 7 poz. 18:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do nefrostomii dwuczęściowej 18 G, o długości 20 cm z dodatkowym kanałem powietrznym zwiększającym widoczność w USG.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Nr 22:** Pakiet 7 poz. 19:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego dwururowego, karbowanego, do aparatu do znieczulania, pediatrycznego, o średnicy 15mm, rury dł. 1,8 m, wykonanego z polietylenu, kolanko z portem kapno, rura worka o długości 1m wykonana z polietylenu, bezłateksowy worek 1L, rura z workiem połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Nr 23:** Pakiet 7 poz. 20:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego dwururowego karbowanego do aparatu do znieczulania dla dorosłych, średnica rur 22mm, rury wykonanego z polipropylenu, rozciągliwego w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, kolanko z portem kapno, dodatkowa rura rozciągliwa od 0,5 m do 1,5m, bezłateksowy worek 2L, konektor rury 22M/22M. Rura worka, worek i konektor nie połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Nr 24:** Pakiet 7 poz. 22-23:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 %, p/wirusowej 99,998 %, z piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 32 mg H<sub>2</sub>O/l przy VT=250 ml, utrata wilgotności 5,5 mg H<sub>2</sub>O/l przy VT=250 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 34 ml, opory przepływu 0,9 cm H<sub>2</sub>O przy przepływie 30 l/min, objętość oddechowa V<sub>t</sub> 120-750 ml, waga 17 g, filtr ze złączem prostym, biologicznie czysty, z portem kapno z zatyczką na uwięzi.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie Nr 25:** Pakiet 7 poz. 24-25:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojedynczego pigtail singiel o długości 90 cm.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający wymaga, aby Mono-J miał być wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan, zapewniającego bezpieczeństwo i wygodę pacjenta?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie Nr 26:** Pakiet 7 poz. 26:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły jałowej do biopsji szpiku mostka i talerza biodrowego, w rozmiarze 18 G x 14-38 mm.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Nr 27:** Pakiet 7 poz. 27-29:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nefrostomii dwustopniowej zawierającego: cewnik poliuretanowy typ J z balonem 2-2,5ml, cewnik pokryty w dystalnej donerkowej części powłoką hydrożelową, igły dwuczęściowej 18G dł. 20cm, prowadnicy Lunderquista z bezpiecznym miękkim końcem typ J, kranika trójdrożnego i łącznika do worka na mocz. Rozmiary 8F, 10F

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Nr 28:** Pakiet 7 poz. 32:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej wody do nawilżania tlenu w jednorazowym pojemniku 500 ml, z adapterem do dozownika tlenu, z możliwością użycia do wyczerpania pojemności opakowania przez okres minimum 30 dni.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

2. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga pojemnika ze sterylną wodą o dwukomorowej budowie zabezpieczającej przed osadzaniem się cząsteczek wody wewnątrz drenu tlenowego?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Nr 29: Pakiet 7 poz. 30**

Czy Zamawiający dopuści mechaniczne rozszerzadło w rozmiarach 6-16 ch poliuretanowe dł 69 cm z prostą giętką końcówką z prowadnicą ze stali nierdzewnej dł. 150 cm?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie Nr 30: Pakiet 7 poz. 31**

Czy Zamawiający dopuści mechaniczne rozszerzadło w rozmiarach 6-16 ch poliuretanowe dł 69 cm z giętką końcówką z prowadnicą ze stali nierdzewnej dł. 150 cm?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.


**Pytanie Nr 31: Pakiet 7 poz. 30**

Czy Zamawiający dopuści filtr antybakteryjno-wirusowy, mikrobiologicznie czysty z wymiennikiem ciepła i wilgoci, dla dzieci, zakres objętości oddechowej 50-900ml, opór przepływu 1,4cm przy 20 LPM, wydajność nawilżania 31,8mg H<sub>2</sub>O/l przy Vt 250 ml, przestrzeń martwa 26ml, waga 15g. Pakowany folia papier?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, stanowisko Zamawiającego zostało zamieszczone na stronie internetowej oraz rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora  
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych  
  
mgr inż. Marzena Krzymańska

Sprawę prowadzi: Milena Sitarz, 61 850 62 95, [milena.sitarz@szoz.pl](mailto:milena.sitarz@szoz.pl)