



SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. DR. LUDWIKA RYDYGIERA W SUWAŁKACH

Suwałki, dnia 12/03/2018r.

L.dz. SZW.DZI.262.45//06/PN/WU/2018

Wszyscy uczestnicy postępowania NS: 06/PN/WU/2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa sprzętu do badań endoskopowych i urologicznych dla Szpitala Wojewódzkiego Szpitala im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Szanowni Państwo,
na podstawie art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach przesyła treść zapytań dotyczących zapisów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Uczestnik 1

1. Czy w pakiecie nr 2 pozycja nr 2 Zamawiający dopuści złożenie oferty na szczypce biopsyjne o długości roboczej 180 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów ?
Odpowiedź: Tak
2. Czy w pakiecie nr 2 pozycja nr 4 Zamawiający dopuści złożenie oferty na szczypce do usuwania ciał obcych o długości roboczej 180 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów ?
Odpowiedź: Tak
3. Czy w pakiecie nr 2 pozycja nr 6 Zamawiający dopuści złożenie oferty na szczypce do usuwania ciał obcych o długości roboczej 180 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów ?
Odpowiedź: Tak

Uczestnik 2

Część 2
Dot. poz. 4
Czy Zamawiający dopuści kleszcze do usuwania ciał obcych o długości 170 cm – pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź: Tak
Dot. poz. 6
Czy Zamawiający dopuści kleszcze do usuwania ciał obcych o długości 170 cm – pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź: Tak

Uczestnik 3

Pytanie 1

Dotyczy Część nr 1 – poz. 1

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaofiarować sfinkterotom łukowy, wielorazowy, śr. 7Fr temperowany dystalnie do 5Fr , długość 200 cm, nosek długości ok 5 mm, cięciwa długości 30 mm, z rączką w zestawie?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 2

Dotyczy Część nr 1 – poz. 2

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaofiarować pętle do polipektomii owalna, wielorazowa, plecionka, różne średnice pętli 20mm ,25mm i 35 mm, długość 230 cm, do kanałów roboczych 2,8 mm, uchwyt umocowany na stałe?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 3

Dotyczy Część nr 2 – poz. 2

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaofiarować kleszczyki do biopsji wielorazow. o długości 160cm; wszystkie pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 4

Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji do 5 dni roboczych oraz wymiany towaru wadliwego w terminie 5 dni roboczych od dnia uznania reklamacji za zasadną?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 4

Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu na poniższy:” Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie zrealizuje w terminie 3 kolejnych zamówień złożonych przez Zamawiającego, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytej realizacji umowy”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę .

Pytanie 5

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,5% do 0,25% ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 6

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,5% do 0,25% ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Uczestnik 4

Część 6, poz. 12: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, pojemnik wym. 420x85x60mm, lub 480x90x50mm, pozostałe parametry bez zmian,

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Uczestnik 5

Dotyczy części nr 2

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 2 pakietu 2 wielorazowych kleszczyków do biopsji o długości 160 cm i przeznaczonych do kanałów roboczych 2,2 mm?

Odpowiedź: Nie

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 2 pakietu 2 wielorazowych kleszczyków do biopsji o długości 200 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dł 200cm. do kanałów roboczych 2,0mm

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 3 pakietu 2 wielorazowych kleszczyków do biopsji o długości 200 cm?

Odpowiedź: Nie

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 5 pakietu 2 wielorazowych kleszczyków do usuwania ciał obcych, typu „aligator” o długości 200 cm?

Odpowiedź: Nie

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 7 pakietu 2 wielorazowych kleszczyków do usuwania ciał obcych, typu „zęby szczura” o długości 200cm?

Odpowiedź: Nie

6. Czy w związku z przeznaczeniem i charakterem produktów zawartych w części nr 2, które wymagają sprowadzenia zza granicy i nie są lekami ratującymi życie, Zamawiający wyrazi zgodę na określenie terminu realizacji zamówienia tych pozycji na 28 dni od daty złożenia zamówienia ?

Odpowiedź: Tak

Uczestnik 6

Część 1

1. Czy Zamawiający w pozycji 1 Części 1 dopuści zaoferowanie sfinkterotomu o średnicy 7F, długość 215 cm, z noskiem o długości 50 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź: Nie

2. Czy Zamawiający w pozycji 2 Części 1 dopuści zaoferowanie pętli w rozmiarze 15, 25, 30 mm, możliwość rotacji rączką, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź: Tak

Część 2.

3. Czy Zamawiający w pozycji 2 Części 2 dopuści zaoferowanie kleszczyków o długości 160 cm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź: Tak

4. Czy Zamawiający w pozycji 4 i 6 Części 2 dopuści zaoferowanie kleszczyków o długości 180 cm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź: Tak

Treść niniejszego pisma stanowi uzupełnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 05/03/2018r. i została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpital.suwalki.pl.

Z poważaniem

Adam Szalanda

DYREKTOR

Szpitala Wojewódzkiego

im. dr. Ludwika Rydygiera

w Suwałkach